

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:
Boris Flegar, dipl.oec.
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Tel: 031/511-111
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK
Department of Supply

Head of Department
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Phone: +385 31 511 111
E-mail: boris.flegar@gmail.com

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Urbroj: R6 - 16560-1/18.
U Osijeku, 23. studenoga 2018.

PREDMET: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu: **MALDI TOF/TOF MASENI SPEKTROMETAR**, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-18/24.
- dostavlja se !

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 09. studenog 2018.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na svojim internetskim stranicama objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi te tehničku specifikaciju za nabavu MALDI TOF/TOF masenog spektrometra (u količini - 1 (jedan) komad), evidencijski broj nabave: VV-18/24.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 16. studenoga 2018. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi dva (2) zainteresirana gospodarska subjekata. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskog subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

I. GOSPODARSKI SUBJEKT

Ad 1) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:

„U prilogu 1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACJA PREDMETA NABAVE pod točkom

- 3. Prostorna rezolucija: 10 mikrometara ili bolje

Molio bi da promijenite tekst kao i u dodatnom bodovanju:

- Prostorna rezolucija (PR) instrumenta ili najmanji promjer laserske zrake izražena u mikrometrima (μm).“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom tehničke specifikacije predmeta nabave

Ad 2) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:

„U prilogu 1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACJA PREDMETA NABAVE pod točkom

- 5.5. OS: Win7 ili Win10 64 bit.

Molio bih da promijenite u :

- Win10 64 bit

zbog toga što početkom 2020. godine neće biti podrške za Win 7.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom tehničke specifikacije predmeta nabave

Ad 3) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:

„Pod dodatno bodovanje bi trebali staviti:

- masenu rezoluciju ≥ 40.000 for $m/z \sim 3.000$ FWHM

Ovo je važno kako bi imali cijeli range za male i velike peptide.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi jer se isti tek neznatno razlikuje od minimalne tehničke karakteristike predmeta nabave opisanih u točki 4.2. tehničke specifikacije.

Ad 4) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:

„Pod dodatno bodovanje bi trebali staviti:

- MS/MS osjetljivost: 250 amola peptidnog fragmenta na $S/N \geq 20:1$

Ovim bi dobili na osjetljivosti samog instrumenta te bolju prepoznatljivost „pikova“.

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi u dijelu definiranja kriterija bodovanja ekonomsko najpovoljnije ponude.

U dokumentaciji o nabavi, točki 6.6.: *Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija*, dodaje se dodatna karakteristika bodovanja kako slijedi:

„Kriteriji odabira i njihov relativni značaj prikazani su u tablici:

| Red. br. | Kriterij | Maksimalni broj bodova | Relativni ponder |
|----------|--|------------------------|------------------|
| a) | Cijena ponude - C | 75 | 75% |
| b) | Broj klinički značajnih mikroorganizama čija je identifikacija moguća primjenom ponudene računalne baze podataka za identifikaciju mikroorganizama na temelju MALDI TOF spektra - BM | 10 | 10% |
| c) | Instrument s najvećom prostornom rezolucijom, odnosno najmanji promjer laserske zrake - PR | 5 | 5% |
| d) | Instrument s najvećom frekvencijom lasera - FL | 5 | 5% |
| e) | MS/MS osjetljivost: $S/N \geq 10:1$ za femtomol peptidnog fragmenta - OI | 5 | 5% |
| | Maksimalni broj bodova | 100 | |

Ad 5) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:

„Pod dodatno bodovanje bi trebali staviti:

- MS/MS točnost mase: Prosječna masena pogreška bolja od 35 ppm za relevantne fragmente peptida

Ovim bi dobili na boljoj preciznosti i prepoznavanju peptida iste ili slične mase.“

➤ Odgovor Naručitelja:

Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi. Naime, potrebna rezolucija mase, koja je usko povezana s veličinom „točnost mase“, je već definirana minimalnim tehničkim karakteristikama opisanim u točki 4.2. minimalnih tehničkih specifikacije.

II. GOSPODARSKI SUBJEKT

Ad 6) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:

„U Dokumentaciji o nabavi u točki 1.6. piše: „*procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi: 3.327.825,00 kn bez PDV-a.*“

Kako bi, kao vodeći proizvođač masenih spektrometra u svijetu i na tržištu RH, mogli sudjelovati na predmetnom javnom nadmetanju, tražimo izmjenu gore navedene procijenjene vrijednosti zbog kompleksnosti i osjetljivosti samog uređaja, te isporuke, montaže, edukacije i svih popratnih stavki koje se moraju uračunati u PV kako i zbog razloga što je riječ o unaprijeđenoj, najnovijoj tehnologiji na svijetu, koja je samim time postala skuplja jer se brzo razvija. Zbog svega navedenog su i ukupni troškovni veći, pa samim time ukupna procijenjena vrijednost nabave nije dovoljna. Sve navedene činjenice treba uzeti u obzir i zbog toga povećati procijenjenu vrijednost predmet nabave kako bi se dobio željeni uređaj.

TRAŽENA IZMJENA:

„1. Povećanje procijenjene vrijednosti predmeta nabave.“

➤ Odgovor Naručitelja:

Naručitelj razumije realnu potrebu gospodarskog subjekta za povećanjem procijenjene vrijednosti predmeta nabave te prihvaća zahtjev za povećanjem procijenjene vrijednosti nabave.

S obzirom da se predmetna nabava odnosi na projekt sufinanciran od strane EU fondova te sukladno o tome Naručitelj podliježe obvezama iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Naručitelj je ograničen u mogućnostima relokacije financijskih sredstava sukladno prijavnom obrascu i projektnom elementu koji je predmet ove nabave.

Naručitelj može osigurati povećanje procijenjene vrijednosti za 100.000,00 kn bez PDV-a, tako da se **procijenjena vrijednost nabave povećava na iznos od 3.427.825,00 kn bez PDV-a, a ukupni planirani iznos nabave na iznos od 4.284.781,25 kn s PDV-om.**

Ad 7) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:

„U dokumentaciji o nabavi u točki 2.9. piše: *Rok za isporuku, montažu, puštanje u punu funkciju rada uređaja te edukacije osoblja Naručitelja o rukovanju i radu s opremom iznosi 120 (sto dvadeset) radnih dana od dana sklapanja ugovora.*“

Zbog složenosti ukupnog procesa (od narudžbe robe, transporta te do samog puštanja u funkciju) oko samog predmeta nabave, traženi rok isporuke, montaže i puštanja u punu funkciju rada uređaja, te

edukacije osoblja Naruđitelja o rukovanju i radu nije dovoljan, te bi se trebao povećati s traženih 120 radnih dana na 150 radnih dana. Tvrđimo kako je nemoguće ispuniti sve tražene radnje u roku od 120 radnih dana. Kada bi se rok povećao za 30 dana mi bi kao zainteresirani ponuditelji, te moguća druga ugovorna strana dobili na vremenu, te kako u potpunosti izvršili isporuku, montažu, puštanje u punu funkciju rada uređaja. kako bi omogućili sve navedeno, bez da dolazi do potrebe za mogućim aneksima ugovora o produljenju roka isporuke, te ostalih mogućih neugodnosti oko transporta, molimo izmjenu ove točke.

TRAŽENA IZMJENA:

„2. Promjena roka isporuke robe, koja je predmet nabave, sa 120 radnih dana na 150 radnih dana.“

➤ **Odgovor Naruđitelja:**

Naruđitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za promjenom roka isporuke na 150 radnih dana. U dokumentaciji o nabavi u točki 2.9. upisuje se slijedeći tekst:

„Ugovorne obveze započinju danom obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi robe. Rok za isporuku, montažu, puštanje u punu funkciju rada uređaja te edukacije osoblja Naruđitelja o rukovanju i radu s opremom iznosi 150 (sto pedeset) radnih dana od dana sklapanja ugovora.“

Zaključno, s obzirom da je Naruđitelj prihvatio prijedloge gospodarskih subjekata kojima se bitno mijenja dokumentacija o nabavi u dijelu definiranja kriterija za odabir ponuda i posebnih uvjeta za izvršenje ugovora, Naruđitelj će ponovo provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

S poštovanjem,

Voditelj Službe za poslove nabave:

Boris Flegar, dipl.oec.