


KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:
Boris Flegar, dipl.oec.
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Tel: 031/511-111
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK
Department of Supply

Head of Department
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Phone: +385 31 511 111
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6 - 19548/18.
U Osijeku, 31. prosinca 2018.

PREDMET: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu

ugradbenog i potrošnog materijala za traumatologiju, za potrebe KBC-a Osijek.

evidencijski broj nabave: VV-18/22.

- dostavlja se obavijest!

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016) te 9., 10. i 11. članka Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/2017) Klinički bolnički centar Osijek je kao javni naručitelj (u daljnjem tekstu: Naručitelj) dana 13. prosinca 2018. u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na svojim internetskim stranicama objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi te tehničku specifikaciju za nabavu ugradbenog i potrošnog materijala za traumatologiju za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-18/22.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 21. prosinca 2018. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenu dokumentacije o nabavi od strane 2 (dva) zainteresirana gospodarska subjekta. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

I. GOSPODARSKI SUBJEKT:

1) Primjedba i prijedlog za izmjenu dokumentacije o nabavi:

„Uvidom u nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnik/tehničke specifikacije, po gore navedenom natječaju uočili smo da na ovakav način koncipirana natječajna specifikacija omogućuje pristup više ponuditelja. Mi kao trenutni dobavljač KBC Osijek nismo u mogućnosti dati ponudu, tj. natjecati se za

ovaj predmet nabave, konkretno za grupu IX, jer specifikacija svojim opisom onemogućuje pristup. S obzirom da se trenutno u Vašoj bolnici ugrađuje naš tibijalni čavao i na osnovu povratnih informacija od strane liječnika, isti i više nego zadovoljava sve potrebne kriterije kvalitete proizvoda; molimo da se uvrsti u zasebnu grupu troškovnik za tibijalni čavao koji se nalazi u prilogu i koji je sastavni dio ovog zahtjeva. Na taj način bi svakako dobili mogućnost izbora više različitih proizvoda po ekonomski najpovoljnijim tržišnim cijenama. Vjerujem da Vaš interes, kao korisnika proračunskih sredstava Republike Hrvatske, nije onemogućiti pristup natječaju i drugim ponuditeljima, a posebice da vam nije interes onemogućiti pristup natječaju domaćoj hrvatskoj tvrtki koja po različitim osnovama uredno izvršavajući obveze prema državnom proračunu kroz uplatu poreza, prireza i doprinosa puni taj isti proračun Republike Hrvatske.“

- **Odgovor Naručitelja:**

Stručna osoba Naručitelja ne prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi s obzirom da su tehničke specifikacije i količine predmeta nabave izrađeni sukladno potrebama Naručitelja.

II. GOSPODARSKI SUBJEKT

2) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:

„Grupa 13. - KOMPRESIVNI VIJCI - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 11.: „Titanski vijci niskoga profila 6.7 mm, samoborajući, samonarezujući; kanulirani, djelomičnog navoja dužine 18 mm i djelomičnog navoja dužine 28 mm; vijci punog navoja, dužine od 140 do 120 mm“ na način da umjesto navedenog stoji: „Titanski vijci niskoga profila 6.7 mm, samoborajući, samonarezujući; kanulirani, djelomičnog navoja dužine 18 mm i djelomičnog navoja dužine 28 mm; vijci punog navoja, dužine od 40 do 120 mm“;

„Grupa 13. - KOMPRESIVNI VIJCI - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 12.: „Titanska podložna pločica 13 mm za: Titanski vijci niskoga profila 6.7 mm, samoborajući, samonarezujući; kanulirani, djelomičnog navoja dužine 18 mm i djelomičnog navoja dužine 28 mm; vijci punog navoja, dužine od 140 do 120 mm“ na način da umjesto navedenog stoji: „Titanska podložna pločica 13 mm za: Titanski vijci niskoga profila 6.7 mm, samoborajući, samonarezujući; kanulirani, djelomičnog navoja dužine 18 mm i djelomičnog navoja dužine 28 mm; vijci punog navoja, dužine od 40 do 120 mm“;

„Grupa 13. - KOMPRESIVNI VIJCI - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 13.: „Kirschner žica 2,4 mm, sa navojnim ili troakarskim vrhom za: Titanski vijci niskoga profila 6.7 mm, samoborajući, samonarezujući; kanulirani, djelomičnog navoja dužine 18 mm i djelomičnog navoja dužine 28 mm; vijci punog navoja, dužine od 140 do 120 mm“ na način da umjesto navedenog stoji: „Kirschner žica 2,4 mm, sa navojnim ili troakarskim vrhom za: Titanski vijci niskoga profila 6.7 mm, samoborajući, samonarezujući; kanulirani, djelomičnog navoja dužine 18 mm i djelomičnog navoja dužine 28 mm; vijci punog navoja, dužine od 40 do 120 mm“;

„Grupa 15. - REKONSTRUKCIJA LIGAMENATA - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 7.: „Kit za: Sidro s navojima, dimenzija 3.5 mm x 8.5 mm sa otvorenom ušicom za prihvat tetive ili konca; kit sadrži: vodilicu za borer, nareznik, kanulirani borer 3.2 mm, kanulirani borer 3.5 mm, žice vodilice 1.35 mm- 3 komada, #2-0 pletena omča- 2 komada“ na način da umjesto navedenog stoji: „Kit za: Sidro s navojima, dimenzija 3.5 mm x 8.5 mm sa otvorenom ušicom za prihvat tetive ili konca; kit sadrži: vodilicu za borer, nareznik, 2 kanulirana borera, žice vodilice 1.35 mm- 3 komada“;

„Grupa 15. - REKONSTRUKCIJA LIGAMENATA - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 18.: „Sistem za rekonstrukciju sindesmoze skočnog zgloba, sastoji se od #5 UHMW polietilen konaca i titanskih pločica, akutna stanja i kronična stanja, set za postavljanje“ na način da umjesto navedenog

stoji: „Sistem za rekonstrukciju sindesmoze skočnog zgloba, sastoji se od #5 UHMW polietilen konaca i titanskih pločica, set za postavljanje“;

„Grupa 16. - IMPLANTATI ZA ZBRINJAVANJE ZGLOBNIH PRIJELOM POTKOLJENICE - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 11.: „4.0 mm spongiozni, niskoprofilni čelični vijci, dužine 10-30 mm“ na način da umjesto navedenog stoji: „4.0 mm spongiozni, niskoprofilni čelični vijci, dužine 10-60 mm“;

„Grupa 16. - IMPLANTATI ZA ZBRINJAVANJE ZGLOBNIH PRIJELOM POTKOLJENICE - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 12.: „4.0 mm spongiozni, niskoprofilni čelični vijci, dužine 10-30 mm, kratki navoj“ na način da umjesto navedenog stoji: „4.0 mm spongiozni, niskoprofilni čelični vijci, dužine 30-60 mm, kratki navoj“;

„Grupa 16. - IMPLANTATI ZA ZBRINJAVANJE ZGLOBNIH PRIJELOM POTKOLJENICE - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 13.: „4.0 mm spongiozni, niskoprofilni čelični vijci, dužine 10-30 mm, dugi navoj“ na način da umjesto navedenog stoji: „4.0 mm spongiozni, niskoprofilni čelični vijci, dužine 30-60 mm, dugi navoj“;

„Grupa 16. - IMPLANTATI ZA ZBRINJAVANJE ZGLOBNIH PRIJELOM POTKOLJENICE - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 14.: „4.0 mm spongiozni, niskoprofilni čelični vijci, dužine 10-30 mm, kratki navoj, kanulirani“ na način da umjesto navedenog stoji: „4.0 mm spongiozni, niskoprofilni čelični vijci, dužine 30-60 mm, kratki navoj, kanulirani“;

„Grupa 16. - IMPLANTATI ZA ZBRINJAVANJE ZGLOBNIH PRIJELOM POTKOLJENICE - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 15.: „4.0 mm spongiozni, niskoprofilni čelični vijci, dužine 10-30 mm, dugi navoj, kanulirani“ na način da umjesto navedenog stoji: „4.0 mm spongiozni, niskoprofilni čelični vijci, dužine 30-60 mm, dugi navoj, kanulirani“;

„Grupa 16. - IMPLANTATI ZA ZBRINJAVANJE ZGLOBNIH PRIJELOM POTKOLJENICE - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 16.: „Ploča za anterolateralnu distalnu tibiju, 4-18 rupa, lijeva i desna“ na način da umjesto navedenog stoji: „Ploča za anterolateralnu distalnu tibiju, 4-10 rupa, lijeva i desna“;

„Grupa 16. - IMPLANTATI ZA ZBRINJAVANJE ZGLOBNIH PRIJELOM POTKOLJENICE - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 17.: „Ploča za anterolateralnu distalnu tibiju, 4-18 rupa, lijeva i desna“ na način da umjesto navedenog stoji: „Ploča za anterolateralnu distalnu tibiju, 12-18 rupa, lijeva i desna“;

„Grupa 16. - IMPLANTATI ZA ZBRINJAVANJE ZGLOBNIH PRIJELOM POTKOLJENICE - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 21.: „Posterolateralna anatomska ploča za distalnu fibulu, 4 do 10 rupa, lijeva i desna“ na način da umjesto navedenog stoji: „Posterolateralna anatomska ploča za distalnu fibulu, 4 do 6 rupa, lijeva i desna“;

„Grupa 16. - IMPLANTATI ZA ZBRINJAVANJE ZGLOBNIH PRIJELOM POTKOLJENICE - molim izmijeniti naziv predmeta stavke 22.: „Posterolateralna anatomska ploča za distalnu fibulu, 4 do 10 rupa, lijeva i desna“ na način da umjesto navedenog stoji: „Posterolateralna anatomska ploča za distalnu fibulu, 8 do 10 rupa, lijeva i desna“;

• **Odgovor Naručitelja:**

Stručna osoba Naručitelja ne prihvaća prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi s obzirom da su tehničke specifikacije i količine predmeta nabave izrađeni sukladno potrebama Naručitelja.

Izvješće o prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj objavljuje na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave te na službenim internetskim stranicama KBC-a Osijek:
<http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>

Završetkom prethodnog savjetovanja Naručitelj ima namjeru započeti otvoreni postupak javne nabave ugradbenog i potrošnog materijala za traumatologiju sukladno uvjetima, zahtjevima i tehničkoj specifikaciji definiranih u Dokumentaciji o nabavi.

S poštovanjem,

Voditelj Službe za poslove nabave:
Boris Flegar, dipl.oec.