

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK  
Služba za poslove nabave  
Voditelj Službe:  
Boris Flegar, dipl.oec.  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Tel: 031/511-111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK  
Department of Supply  
Head of Department  
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Phone: +385 31 511 111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM  
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6-2508/2020.  
U Osijeku, 13. veljače 2020.g.

**PREDMET:** Izvešće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave **UREĐAJ ZA NEUROKIRURŠKU NAVIGACIJU** za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek  
Evidencijski broj nabave: VV-20/1.  
- dostavlja se obavijest!

Poštovani,

Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj, objavio je dana 30. siječnja 2020. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a dana 03. veljače 2020. Izmjenu dokumentacije o nabavi u prethodnom savjetovanju za postupak nabave *uređaja za neurokiruršku navigaciju* u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul *Prethodna savjetovanja*, te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/> . U sklopu prethodnog savjetovanja objavljeni su nacrt Dokumentacije o nabavi, tehnička specifikaciju i troškovnik za nabavu jednog (1 komad) uređaja za neurokiruršku navigaciju. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima bilo je otvoreno do 05. veljače 2020.g.

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave jednog (1) zainteresiranog gospodarskog subjekta. U nastavku iznosimo prijedlog i primjedbe gospodarskog subjekta na koje dajemo odgovor kako slijedi:

**I. GOSPODARSKI SUBJEKT**

Dokumentaciju o nabavi u gore navedenom postupku smatramo nezakonitom te u potpunosti diskriminirajućom iz razloga što se kosi s osnovnim načelima propisanim čl. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) a to su: načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, zabrane diskriminacije, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

Naime, čl.205.St.2. Zakona o javnoj nabavi kaže da: „opis predmeta nabave ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu" dok čl.206.St.2. kaže da : „tehničke specifikacije moraju svim gospodarskim subjektima omogućiti jednak pristup postupku javne nabave i ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka za otvaranje javne nabave tržišnom natjecanju "; sto je ovom dokumentacijom o nabavi u potpunosti onemogućeno.

Tehničke specifikacije – troškovnik UREĐAJ ZA NEUROKIRURŠKU NAVIGACIJU predmeta nabave pogoduju točno određenom gospodarskom subjektu i nitko ih drugi ne može ponuditi. Navodimo nezakonitosti kako slijedi:

#### **MODULARNI KIRURŠKI NAVIGACIJSKI SUSTAV**

- Dvodijelni navigacijski sustav s dvije odvojene komunikacijske komponente, svaka s visoko rezolucijskim monitorom veličine min. 27" sa multi touch funkcijom i integriranom optičkom i elektromagnetskom navigacijom
- Jednodijelni navigacijski sustav s visokorezolucijskim monitorom veličine min. 27" sa multi touch funkcijom i integriranom elektromagnetskom navigacijom
- Stanica za kirurško planiranje kranijalnih i ORL procedura te razmjenu podataka između neurokirurškog i ORL navigacijskog sustava

**Tehničke specifikacije do detalja opisuju uređaje proizvođača Medtronic i to StealthStation™ S8 i StealthStation™ ENT (uho, nos i grlo) kirurški navigacijski sustavi kao dvije platforme koje čine modularni kirurški navigacijski sustav.**

Stoga tražimo da se troškovnik/specifikacija predmeta nabave za navedenu grupu poništi u dijelu u kojem je obuhvaćena nezakonitošću, te da se podjelom u Grupe predmeta nabave omogući sudjelovanje više ponuditelja, zainteresiranih gospodarskih subjekata. S obzirom na praksu javnih naručitelja predlažemo provođenje tehničkih konzultacija s javnim pozivom svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

#### **Odgovor Naručitelja**

Zakon o javnoj nabavi daje mogućnost Naručitelju da određuje predmet nabave sukladno svojim potrebama te dokumentacijom o nabavi Naručitelj može individualizirati svoje traženje, pri tome vodeći računa o temeljnim načelima javne nabave. Prema tome, sastavljanje dokumentacije o nabavi, što uključuje tehničku specifikaciju, je u ovlasti Naručitelja. Naručitelj odbija mogućnost da je došlo do povrede bilo kojeg od načela koje proizlazi iz Zakona o javnoj nabavi, a posebice ne načela nejednakog tretmana ili povrede tržišnog natjecanja; s time u vezi gospodarski subjekt nije dao nikakve informacije koje bi upućivale na povredu bilo kojeg načela.

Provedbom prethodnog Savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima o nacrtu dokumentacije o nabavi sukladno članku 198. ZOJN Naručitelj prosljeđuje relevantne informacije svim zainteresiranim gospodarskim subjektima i prije formalnog početka postupka javne nabave. Svrha postupka Savjetovanja s gospodarskim subjektima je formiranje konačne dokumentacije o nabavi koja bi omogućila sudjelovanje na natječaju što većem broju sudionika na tržištu (sukladno članku 4.

ZOJN), uz istovremeno zadržavanje ciljne funkcionalnosti koja predstavlja minimalni stručni standard koji je Naručitelj spreman prihvatiti. Postupak savjetovanja je javno dostupan svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. Od gospodarskih se subjekata očekuje da predlože izmjene i/ili dopune dokumentacije o nabavi pa tako i predloženih tehničkih specifikacija koje će uz zadržavanje iste ili bolje funkcionalnosti omogućiti sudjelovanje na javnom natječaju i drugim proizvođačima na tržištu. Tehničke konzultacije koje gospodarski subjekt navodi se provode u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i započete su upravo s pozivom na prethodno savjetovanje svim gospodarskim subjektima Ur-Broj: R6-1597/2020 od 30. siječnja 2020. temeljem kojeg su pozvani svi gospodarski subjekt da daju svoja mišljenja.

Predložena konfiguracija u tehničkoj specifikaciji čini funkcionalnu cjelinu (članak 203. ZOJN) i njenim razdvajanjem u grupe se gubi tehnološki i funkcionalan smisao stanice za planiranje koja povezuje dva sustava. Uloga stanice za planiranje je povezivanje dva ili više uređaja za navigaciju bez obzira na kojoj se lokaciji u ustanovi uređaji nalaze. Svrha povezivanja više uređaja je tretiranje pacijenata sa zajedničkom patologijom kao što je patologija baze lubanje, bez obzira na kojem je odjelu tretiran i u kojoj će sali biti operiran, ukoliko to bude potrebno. Tražena karakteristika ima veliku kliničku vrijednost za medicinsko osoblje i pacijente. Stoga se ne prihvaća prijedlog podjele predmeta nabave u Grupe.

Naručitelj će objavom obavijesti o nadmetanju i dokumentacije o nabavi u EOJN započeti otvoreni postupak javne nabave *uređaja za neurokiruršku navigaciju*, u količini: 1 (jedan) komad, čija procijenjena vrijednost iznosi 3.090.400,00 kn bez PDV-a.

S poštovanjem,

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK  
Služba za poslove nabave