

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Služba za poslove nabave
Voditelj Službe:
Boris Flegar, dipl.oec.
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Tel: 031/511-111
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK

Department of Supply
Head of Department
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Phone: +385 31 511 111
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6 -1360-2/2020.
U Osijeku, 05. veljače 2020.g.

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave **NEUROKIRURŠKI OPERACIJSKI MIKROSKOP** za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: VV-20/2.
- dostavlja se obavijest!

Poštovani,

Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj, objavio je dana 28. siječnja 2020. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a dana 31. siječnja 2020. Ispravak dokumentacije o nabavi u prethodnom savjetovanju za postupak nabave *neurokirurškog operacijskog mikroskopa* u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul *Prethodna savjetovanja*, te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>. U sklopu prethodnog savjetovanja objavljeni su nacrt Dokumentacije o nabavi, tehnička specifikaciju i troškovnik za nabavu jednog (1 komad) neurokirurškog operacijskog mikroskopa. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima bilo je otvoreno do 04. veljače 2020.g.

U roku za dostavu upita s primjedbama i prijedlozima u prethodnom savjetovanju Naručitelj nije zaprimio niti jedan upit zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Iako je Naručitelj tijekom prethodnog savjetovanja izmijenio nacrt dokumentacije o nabavi predmetnog postupka u dijelu točke: 6.6.1. *Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti, b) Dodatna komponenta opreme*, te tehničke specifikacije predmeta nabave, točka 30, Naručitelj je uvidio potrebu za komponentom koja je obrisana iz tehničke specifikacije „*Mikroskop mora imati fluorescentni modul 560 nm*“ te će istu ponovo uvrstiti u opisu zahtijevanih minimalnih tehničkih karakteristika mikroskopa.

Naručitelj će objavom obavijesti o nadmetanju i dokumentacije o nabavi u EOJN započeti otvoreni postupak javne nabave *neurokirurškog operacijskog mikroskopa*, u količini: 1 (jedan) komad, čija procijenjena vrijednost iznosi 1.600.000,00 kn bez PDV-a. Oprema i svi dijelovi opisani tehničkom specifikacijom predmeta nabave funkcionalno čine jedno cjelovito rješenje te u predmetnoj nabavi nije moguće dijeliti predmet nabave na grupe sukladno članku 204. stavku 1. ZJN 2016.

S poštovanjem,

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Služba za poslove nabave