

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:
Boris Flegar, dipl.oec.
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Tel: 031/511-111
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK
Department of Supply

Head of Department
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Phone: +385 31 511 111
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6 - 11473-2/18.
U Osijeku, 05. rujna 2018.

PREDMET: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom drugom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu **Masenog mikroskopa**, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-18/23.
- dostavlja se!

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) i odredbama članka 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/2017) javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek, (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**), je dana 28. kolovoza 2018.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na svojim internetskim stranicama objavio obavijest o drugom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi te tehničku specifikaciju za nabavu masenog mikroskopa (u količini: 1 (jedan) komad), evidencijski broj nabave: VV-18/23.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 04.09. 2018. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima **Naručitelj** je zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi jednog (1) zainteresiranog gospodarskog subjekata. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskog subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

I. GOSPODARSKI SUBJEKT:

1) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:

„ Poštovani,
prilikom pregleda tehničkih specifikacija uočili smo da su specifikacije pod stavkama 10. i 11. identične, stoga Vas molimo pojašnjenje.
Nadalje, lijepo vas molimo da stavku 6.1. Msi prepravite u MS.

- **Odgovor Naručitelja:**

- U tehničkoj specifikaciji predmeta nabave traži se stavka 10:

„Uređaj za automatsko nanošenje matrice za MALDI TOF analize postupkom depozicije/sublimacije sa mogućnošću kontrole trajanja nanošenja matrice i kontrole mjerenja debljine sloja matrice.“

Briše se stavka 11. u tehničkoj specifikaciji.

- Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom opisa tehničke karakteristike navedene u stavci 6.1., koja će glasiti:

„- mogućnost rada u MS, MS/MS, MS_n modu gdje je $n \geq 8$, tj MS⁸“

Izvješće o drugom prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranog gospodarskog subjekata, Naručitelj objavljuje na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave te na službenim internetskim stranicama KBC-a Osijek:

<http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>

Završetkom drugog prethodnog savjetovanja Naručitelj ima namjeru započeti otvoreni postupak javne nabave masenog mikroskopa, sukladno uvjetima, zahtjevima i tehničkoj specifikaciji definiranim u Dokumentaciji o nabavi.

S poštovanjem,

Voditelj Službe za poslove nabave:

Boris Flegar, dipl.oec.