

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK  
Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:  
Boris Flegar, dipl.oec.  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Tel: 031/511-111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK  
Department of Supply

Head of Department  
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Phone: +385 31 511 111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM  
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6 -14096 /19  
U Osijeku, 25. rujna 2019.

**PREDMET:** Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe:  
**Medicinski potrošni materijal – Stapleri za potrebe KBC-a OSIJEK**  
evidencijski broj nabave: VV-19/34  
- dostavlja se!

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 09. rujna 2019.g. u Elektroničkom oglasniku javne i na svojim internetskim stranicama <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/> objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi te tehničku specifikaciju za nabavu **Medicinski potrošni materijal – Stapleri** za potrebe KBC-a OSIJEK, evidencijski broj nabave: VV-19/34.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 19. rujna 2019. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi jednog (1) zainteresiranog gospodarskog subjekta. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedlog gospodarskog subjekta na koji dajemo odgovor kako slijedi:

## **I. GOSPODARSKI SUBJEKT:**

### **1) Primjedba i prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi:**

„Poštovani,

nakon pregleda natječajne dokumentacije i priloženih grupa nabave, slobodni smo vas zamoliti dopunu priložene dokumentacije na način da se u postojeću dokumentaciju uvrsti nova grupa proizvoda čije tehničke karakteristike dostavljamo u nastavku dopisa. Riječ je o izuzetno kvalitetnim proizvodima renomiranog proizvođača sa dugogodišnjom tradicijom koje bi omogućile operaterima bolju i kvalitetniju dostupnost pouzdanih kirurških proizvoda te za takvima postoji realna potreba Naručitelja.

1

Spajač, cirkularni, zakrivljeni, sa odvojivom glavom, 33 mm promjera, zatvorena spajalica prilagođava se debljini tkiva od 1mm - 2,5 mm, otvorena spajalica visine 5 mm, automatski mehanizam zaštite od ispaljivanja spajalica

2

Spajač, cirkularni, zakrivljeni, sa odvojivom glavom, 29 mm promjera, zatvorena spajalica prilagođava se debljini tkiva od 1mm - 2,5 mm, otvorena spajalica visine 5 mm, automatski mehanizam zaštite od ispaljivanja spajalica

3

Spajač, cirkularni, zakrivljeni, sa odvojivom glavom, 25 mm promjera, zatvorena spajalica prilagođava se debljini tkiva od 1mm - 2,5 mm, otvorena spajalica visine 5 mm, automatski mehanizam zaštite od ispaljivanja spajalica

4

Spajač, cirkularni, zakrivljeni, sa odvojivom glavom, 21 mm promjera, zatvorena spajalica prilagođava se debljini tkiva od 1mm - 2,5 mm, otvorena spajalica visine 5 mm, automatski mehanizam zaštite od ispaljivanja spajalica

5

Spajač/rezač 60 mm, sa punjenjem sa nožem i spajalicama za vaskularno tkivo

6

Spajač/rezač 60 mm, sa punjenjem sa nožem i spajalicama za standardno tkivo

7

Spajač/rezač 60 mm, sa punjenjem sa nožem i spajalicama za deblje tkivo

8

Punjenje za spajač/rezač 60 mm, sa nožem i spajalicama za vaskularno tkivo, visina zatvorene spajalice 1,0 mm

9

Punjenje za spajač/rezač 60 mm, sa nožem i spajalicama za standardno tkivo, visina zatvorene spajalice 1,5 mm

10

Punjenje za spajač/rezač 60 mm, sa nožem i spajalicama za deblje tkivo, visina zatvorene spajalice 2 mm

11

Spajač/rezač 80 mm, sa punjenjem sa nožem i spajalicama za standardno tkivo

12

Spajač/rezač 80 mm, sa punjenjem sa nožem i spajalicama za srednje debelo tkivo

13

Spajač/rezač 80 mm, sa punjenjem sa nožem i spajalicama za deblje tkivo

14

Punjenje za spajač/rezač 80 mm, sa nožem i spajalicama za standardno tkivo, visina zatvorene spajalice 1,5 mm

15

Punjenje za spajač/rezač 80 mm, sa nožem i spajalicama za srednje debelo tkivo, visina zatvorene spajalice 1,7 mm

16

Punjenje za spajač/rezač 80 mm, sa nožem i spajalicama za deblje tkivo, visina zatvorene spajalice 2 mm

17

Spajač/rezač 100 mm, sa punjenjem sa nožem i spajalicama za standardno tkivo

18

Spajač/rezač 100 mm, sa punjenjem sa nožem i spajalicama za deblje tkivo

19

Punjenje za spajač/rezač 100 mm, sa nožem i spajalicama za standardno tkivo, visina zatvorene spajalice 1,5 mm

20

Punjenje za spajač/rezač 100 mm, sa nožem i spajalicama za deblje tkivo, visina zatvorene spajalice 2 mm“

### **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Ovlaštene stručne osobe naručitelja ne prihvaćaju prijedlog za izmjenom. Mišljenja su da predloženi potrošni materijal prvo treba proći validaciju u ustanovi te nakon toga ako se pokaže potreba za tom vrstom potrošnog materijala može biti uvršten u neki slijedeći javni natječaj.

Izvješće o prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranog gospodarskog subjekata, Naručitelj objavljuje na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave te na službenim internetskim stranicama KBC-a Osijek: <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>

Klinički bolnički centar Osijek će objaviti Poziv za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave i time započeti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti Medicinski potrošni materijal - stapleri za potrebe KBC-a OSIJEK, evidencijski broj nabave: VV-19/34 Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.930.000,00 kn (bez PDV-a).

S poštovanjem,

Voditelj Službe za poslove nabave:  
Boris Flegar, dipl.oec.