



**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM**  
**SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6 -1024 /19  
U Osijeku, 23. siječnja 2019.

**PREDMET:** Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe:  
**Reagensi i potrošni materijal za kromatografske pretrage za potrebe KBC-a OSIJEK**, evidencijski broj nabave: VV-18/8  
- dostavlja se!

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016) javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 31. prosinca 2018.g. u Elektroničkom oglasniku javne i na svojim internetskim stranicama <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/> objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi te tehničku specifikaciju za nabavu reagensa i potrošnog materijala za kromatografske pretrage za potrebe KBC-a OSIJEK, evidencijski broj nabave: VV-18/8.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 10. siječnja 2019. godine. Tijekom prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi od dva (2) zainteresirana gospodarska subjekta. U nastavku iznosimo primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

**I. GOSPODARSKI SUBJEKT:**

„I. KBC Osijek (dalje u tekstu: Naručitelj) objavio je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu reagensa i medicinskog potrošnog materijala za kromatografske pretrage, evidencijski broj: VV-18/8.

II. Slijedom navedenog savjetovanja, XXXX kao gospodarski subjekt zainteresiran za sudjelovanje u otvorenom postupku javne nabave, ovim putem, pravodobno upućujemo Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi objavljene dokumentacije o nabavi kako slijedi:

Za GRUPU 1:

Reagensi i potrošni materijal za LC-MS/MS kromatografiju određivanje koncentracije lijekova, vitamina i hormona

Na temelju pregledavanja dokumentacije za nadmetanje, kao i troškovnika za Grupu 1, kriterij za odabir je 80% cijena i 20% ponder, koji se odnosi na predanalitički modul.

Trenutni troškovnik ide u prilog svakom ponuditelju koji neće nuditi predanalitički modul za pripremu uzoraka, jer sam modul ima veliko cjenovno opterećenje, i ponder od 20% ne može kompenzirati njegovu cijenu. Sukladno tome svaki ponuditelj će ići u smjeru nuđenja ponude bez modula za predanalitiku. Uzevši u obzir da su osigurana dostatna sredstva prema nacrtu dokumentacije za nadmetanje, jedina strana koja će biti na gubitku je Naručitelj iz razloga jer će se kvaliteta usluge bitno reducirati. Glavni razlog tome je ručna priprema i manipulacija uzoraka koji je glavni razlog netočnosti kromatografskih metoda, a sama predanalitika spomenuto eliminira. Također, valja napomenuti da skoro sve analitičke tehnike koje se koriste u tzv. „high-throughput“ analizama koriste module za pripremu uzoraka, baš iz razloga da se preveniraju spomenute pogreške. Dodatno, bitno je napomenuti da robotizirani module može ponuditi svaki Ponuditelj, iz razloga jer u većini slučajeva oni predstavljaju modul koji nije povezan direktno s HPLC ili LCMSMS sustavom. Ponuditelj na taj način osim što nudi reagens i LCMSMS sustav, dodatno nudi robotizirani modul za pripremu uzoraka od trećeg proizvođača koji su komercijalno dostupni od firmi xxxx, xxxx itd., u slučaju da Ponuditelj ne posjeduje svoj predanalitički modul. Takvi moduli nisu direktno spojeni na LCMSMS sustav, ali su također dostatni za automatiziranu pripremu uzoraka. Također, postoje i robotizirani predanalitički moduli koji su direktno spojeni na LCMSMS sustav. Kao takvi, oni su cjenovno skuplji, ali bodovanjem tj. ponderom ih je moguće učiniti tržišno kompetentnim.

Iz navedenog razloga, uzevši u obzir da postoje prema dokumentaciji o nadmetanju dovoljna osigurana financijska sredstva, kako bi se osiguralo pravilno tržišno nadmetanje, od naručitelja molimo da uvaži naš zahtjev da svi Ponuditelji uz reagens i LCMSMS instrument trebaju osigurati robotizirani predanalitički modul koji ima mogućnost automatske pripreme uzoraka sa komercijalnim reagensima. Dodatno, ako robotizirani predanalitički modul koji ima mogućnost automatske pripreme uzoraka sa komercijalnim reagensima je direktno povezan na LCMSMS sustav, tj. ne zahtjeva ručno prenošenje uzoraka iz modula za pripremu u autosampler LCMSMS sustava, dodatno se boduje sa 20 ili 30 bodova, kako bi se iznivelirala njegova veća cjenovna vrijednost.

Takav model tehničke specifikacije može ponuditi više dobavljača iz razloga jer su predanalitički moduli svima tržišno dostupni od trećih proizvođača, i u potpunosti je legitiman za jednakovrijedno nadmetanje gdje će Naručitelj sa sigurnošću dobiti više-manje jednako kvalitetnu uslugu!

III.Slijedom naprijed navedenoga, XXXXX moli od Naručitelja objašnjenje, odnosno izmjenu dokumentacije o nabavi.

➤ **Odgovor Naručitelja:**

**Za GRUPU 1:**

Stručne osobe prihvaćaju predložene izmjene vezano za kriterij odabira i bodovanje GRUPE 1 predmeta nabave.

Kriterij za odabir ekonomski najpovoljnije ponude GRUPE 1 sada glasi:

Tabelarni prikaz Kriterija odabira i njihov relativni značaj:

Red. br.	Kriterij	Maksimalni broj bodova	Relativni ponder
a)	Cijena ponude	70	70%
b)	Direktna povezanost analitičkog i predanalitičkog modula	25	25%
c)	Rok isporuke	5	5%
	<b>Maksimalni broj bodova</b>	100	

**Za GRUPU 2:**

Ovlašteni stručne osobe Naručitelja mijenjaju rok isporuke potrošnog materijala za GRUPE 2, 3, 4 predmeta nabave. Rok isporuke je maksimalno 7 dana.

Izvešće o prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj objavljuje na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave te na službenim internetskim stranicama KBC-a Osijek <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>

S poštovanjem,

Voditelj Službe za poslove nabave:  
Boris Flegar, dipl.oec.