

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:
Boris Flegar, dipl.oec.
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Tel: 031/511-111
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK
Department of Supply

Head of Department
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Phone: +385 31 511 111
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6 -15314-1/2019.
U Osijeku, 12. studenoga 2019.

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: **UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU**, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek
Evidencijski broj nabave: VV-19/10.
- dostavlja se obavijest!

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/2017, u daljnjem tekstu: Pravilnik), javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj), objavio je dana 15.10.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i na službenim internetskim stranicama Naručitelja, obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje od jedne (1) godine za svaku grupu predmeta nabave. Naručitelj je objavio nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnike za 18 (osamnaest) grupa predmeta nabave, s opisom tehničkih karakteristika predmeta nabave i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 21.10.2019.g. Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave 8 (osam) zainteresiranih gospodarskih subjekata. U nastavku iznosimo prijedloge i primjedbe gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

I. zainteresirani gospodarski subjekt

1. Upit:

„Pregledom opisa proizvoda koji su predmet planiranog natječaja ustanovili smo da se u grupi 16 stavka 3 nalazi proizvod koji imamo u ponudi. Molimo da se navedena stavka izdvoji u zasebnu grupu budući da nismo u mogućnosti ponuditi ostale proizvode tražene u navedenoj grupi. Ostavljanjem stavke 3 u okviru grupe 16 stavilo bi nas se u nepovoljan položaj, odnosno onemogućilo nas da sudjelujemo na natječaju sa našom ponudom.

➤ Opis stavke 3 u grupi 16:

Vaskularni balonom šireći stent graft, nehrđajući čelik, niskog profila, triple lumen balona omogućuje brzu deflaciju u velikim dijametrima, na sistemu 6-7-8 F, dužina 80 i 135 cm, za žicu 0.035", prekriven ePTFE, poroznost 10-40 mikrona, inkapsuliran između dva sloja ePTFE, minimalno skraćivanje, promjer 5-12 mm, dužine 16-58 mm, NP 8 ATM, RBP 12 ATM

➤ Karakteristike proizvoda koji možemo ponuditi:

Vaskularni balonom šireći stent graft, nehrđajući čelik, niskog profila, triple lumen balona omogućuje brzu deflaciju u velikim dijametrima, na sistemu **6 i 7 F**, dužina 80 i 120 cm, za žicu 0.035", prekriven ePTFE, poroznost 10-40 mikrona, inkapsuliran između dva sloja ePTFE, minimalno skraćivanje, promjer **5-10** mm, dužine 16-58 mm, NP 8 ATM, RBP 12 ATM.

Crvenim su označene razlike, koje su minimalne i ne sužavaju indikacije za korištenje u odnosu na proizvod opisan u natječajnoj dokumentaciji.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj ne prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi u dijelu troškovnika za grupu 16.

Naime, Naručitelj je podijelio predmet nabave na grupu temeljem vrste i svojstava predmeta nabave, namjeni, odnosno objektivnih kriterija. Mišljenje je Naručitelja da izdvajajući samo jedan artikl u posebnu grupu predmeta nabave, neće se postići učinkovitost javne nabave.

II. zainteresirani gospodarski subjekt:

2. Upit:

„Poštovani,

ljubazno Vas molimo da uvrstite niže navedene opise/proizvode u troškovnik grupe 16:

- „Balon kateter ultra nekomplentan od PET materijala, niskog profila, za duge lezije i in-stent restenoze, dizajn shafta katetera koji ide iz koaksijalnog proksimalnog dijela u trolumenski distalni dio, za uvodnicu 5-7F, za žicu 0.035", dužine katetera 40, 80, 120 i 135 cm, nominalni tlak 8 atm, RBP 20-24 atm, balon promjera 3-10 mm, dužine 2-20 cm"
- „Vaskularni stent graft nitinol, samošireći, na sistemu 8-9-10 F, dužina 80 i 117 cm, za žicu 0.035", inkapsuliran između dva tanka sloja ePTFE i karbonom dodatno impregnirana unutarnja površina ePTFE, minimalno skraćivanje, tantalski markeri, na krajevima stent grafta 2 mm je nepokriveno što minimizira dislokaciju, oslobađanje povlačenjem, promjer 5-13.5 mm, dužine 20-120 mm"
- „Vaskularni stent niskog profila, triaksijalni sustav za uvođenje, radiopakni markeri, na kateteru dužine 80 i 135 cm, za žicu 0.035", promjer 5,6,7 mm, dužina 20-170 mm, promjer katetera 5F"
- „Samošireći nitinolski stent, u cijelosti prekriven s ePTFE, lumen prekriven karbonom, vrlo fleksibilan, markeri od tantala jednakomjerno raspoređeni na proksimalnom distalnom dijelu stenta, na sustavu za uvođenje dužine 80 i 120 cm, kompatibilan s uvodnicom 8-9F i žicom 0.035", promjer 6-10 mm, dužine od 30 do 100 mm kod ravnog stenta to dužine 40-100 mm kod raširenog stenta, za izlaznu AV stenozu ili za aterosklerotične lezije ilijačnih i femoralnih arterija"

S obzirom na to da smo od struke dobili zahtjev za korištenje navedenih proizvoda molimo vas da uvrstite navedene opise u troškovnik grupe 16.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Revidirajući potrebne artikle za intervencijsku radiologiju, Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom Troškovnika za grupu 16. predmeta nabave dodavanjem novih artikala.

III. zainteresirani gospodarski subjekt:

3. Upit:

„Uvidom u tablicu za grupu 4. koja je objavljena u ovom savjetovanju, uvidjeli smo da su unutra stari opisi proizvoda i stare dimenzije.

Molimo Vas da grupu 4. kompletno promijenite, kako bi struka mogla dobiti adekvatne i postojeće proizvode.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Revidirajući artikle koji se koriste u svrhu intervencijske radiologije, Naručitelj je po prijedlogu zainteresiranog gospodarskog subjekta izmijenio opise proizvoda, svojstva, traženu kvalitetu i količinu proizvoda koji su iskazani u grupi 4. predmeta nabave.

IV. zainteresirani gospodarski subjekt:

4. Upit:

„Poštovani,

kao zainteresirani gospodarski subjekt za sudjelovanje u gore navedenom postupku nabave a u cilju postizanja što kvalitetnije ponude, predlažemo sljedeće izmjene u troškovniku **za grupu 3:**

Stavka 9 — molimo brisanje iz troškovnika

Stavka 29 — molimo izmjenu opisa tako da glasi: „Kateter za trombolizu, 4 i 5 F, dužine 45, 90, 135 cm, infuzijski segment 5 — 50 cm, postranične laserski bušene rupice su kružno smještene od manjih prema većima, sadrži 0,035" žicu za okluziju i hemostatsku valvulu. Primjena trombolitika spajanjem na infuziju.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi u dijelu opisa i potrebe artikala koji su predmet nabave u grupi 3.

V. zainteresirani gospodarski subjekt:

5. Upit:

„ I. Klinički bolnički centar (dalje u tekstu: Naručitelj) objavio je dana 15.10.22019.g. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS za predmet nabave ev: VV-19/10.

II. xxx d.o.o. kao gospodarski subjekt zainteresiran za sudjelovanje u predmetnom postupku javne nabave, te ovim putem pravodobno upućuje Naručitelju svoj zahtjev za:

1. Promjenu prijedloga Troškovnika za Grupi 10. iz razloga promjene materijala za stavke 1,2.

1.1. Molimo za izmjene stavke 1. iz grupe 10.

S obzirom da traženi proizvod više nije u proizvodnom asortimanu proizvođača; umjesto tog proizvoda molimo da stavite opis za ekvivalentni/poboljšani proizvod koji će biti ponuđen:

- *Niskoprofilni balon OTW kateter širokog lumena; Kateter dizajniran posebno za BTK regiju; Hidrofilni premaz za lakši prolaz; Geometrija balona minimizira profit i omogućuje glatki "rewrap"; Platinium Iridium markeri utisnuti tehnologijom prešanja na distalnom i proksimalnom kraju; Profil vrha 0,022"; Kompatibilna žica 0,018"; Kompatibilni uvodnici: 4/5/6F; Dužine 10- 220 mm; Promjeri 2 - 8 mm; Kateteri 80/130 cm; NP 8 atm, RBP 14/16 atm;*

1.2. Molimo za izmjenu stavke 2. iz Grupe 10.

S obzirom da traženi proizvod više nije u proizvodnom asortimanu proizvođača; umjesto tog proizvoda molimo da stavite opis za ekvivalentni/poboljšani proizvod koji će biti ponuđen:

- *Niskoprofilni balon OTW kateter širokog lumena za brzu inflaciju i deflaciju; Kateter dizajniran za najizazovnije lezije; Hidrofilni premaz za lakši prolaz; Geometrija balona minimizira profil i omogućuje glatki "rewrap"; Platinium Iridium markeri utisnuti tehnologijom prešanja na distalnom i proksimalnom kraju; Profil vrha 0,040"; Kompatibilna žica 0,035"; Kompatibilni uvodnici: 5/6/7F; Dužine 20- 220 mm; Promjeri 3 - 12 mm; Kateteri 90/145/160 cm; NP 8 atm, RBP 16 atm; Dimenzije 3-6 mm "ponašaju" se kao visokotlačni "highpressure" baloni.*

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvata prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi u dijelu grupe 10. Sukladno navedenom, mijenja se tehnička specifikacija potrebnih artikala navedenih u grupi 10.

6. Upit:

„2. Uvrštavanje dva nova materijala – razlog: to su novi materijali i nisu bili dostupni u vrijeme izrade ovih specifikacija:

2.1. Molimo da u specifikaciju grupe 10. uvrstite proizvod slijedećih karakteristika:

- *Niskoprofilni Rx baton kateter širokog lumena za brzu inflaciju i deflaciju; Kateter dizajniran posebno za distalne krvne žile; Hidrofilni premaz za lakši prolaz; Geometrija balona minimizira profil i omogućuje glatki "rewrap"; Platinium Iridium markeri utisnuti tehnologijom prešanja na distalnom i proksimalnom kraju; Profil vrha 0,016"; Kompatibilna žica 0,014"; Kompatibilni uvodnici: 4/5F; Dužine 20- 220 mm; Promjeri 2 - 7 mm; Kateteri 80/130 cm; NP 8 atm, RBP 14/20 atm; Dimenzije 3-6 mm "ponašaju" se kao visokotlačni "highpressure" baloni. Unutarnji glatki lumen sa najnižom stopom trenja omogućuje izvrsno praćenje žice.*

2.2. Molimo da u specifikaciju Grupe 10 uvrstite proizvod slijedećih karakteristika:

Samošireći nitinolški stent bez polimera („polymer free" tehnologija), koji otpušta lijek

Sirolimus. Optimalna efikasnost postignuta Amphilimus formulacijom=Sirolimus + Organic Acid. Optimalna doza lijeka 0, 90pg/mm². Nepostojanje polimera eliminira sve poznate probleme koji nastaju u interakciji polimera sa krvotokom ili zidom krvne stijenke; Lijek je smješten u abluminalnim rezervoarima — što osigurava kontrolirano otpuštanje lijeka isključivo u stijenke krvne žile; Stent je prekriven čistim karbonom „Bio Inducer Surface" koji je u potpunosti bio i hemokompatibilan, to ubrzava endotelizaciju (5-7 dana) i reducira trombogenost; 6 radiopaknih Tantal markera (po tri na krajevima stenta) za izuzetno dobru vidljivost; Ergonomski dizajn za korištenje jednom rukom; Mehanizam za dvostruko otpuštanje; Kotačić za postupno (mikrometarsko) otpuštanje i smanjenje sile; Sigurnosni prekidač; Materijal: Nitinol; Kompatibilna uvodnica 6F; Kompatibilna žica: 0,035; Dužine katetera 85/135 cm; Promjeri 6,7,8 mm; Dužine 20-150 mm; OTW tehnologija.

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi u dijelu grupe 10. Sukladno navedenom, mijenja se tehnička specifikacija potrebnih artikala navedenih u grupi 10.

7. Upit:

„3. Promjenu procijenjene vrijednosti za Grupu 10. iz razloga promjene i uvrštavanja novih materijala.

3.1. Molimo za izmjenу procijenjene vrijednosti za Grupu 10.

S obzirom na izvršenu zamjenu materijala u stavkama 1,2, te s obzirom na uvrštavanje dva dodatna materijala, od kojih je drugi najnoviji i najbolji „Samošireći stent sa izlučivanjem lijeka" na tržištu, molimo da izvršite korekciju procijenjene vrijednosti sa 163.294,50 kn bez PDV-a na 199.900,00 kn bez PDV-a.

Molimo da omogućite jednako tržišno nadmetanje za sve ponuditelje, te da prihvatite naše minimalne izmjene koje samo mogu poboljšati kvalitetu proizvoda i ekonomično trošenje sredstava. Naručitelj je obavezan primjenjivati odredbe Zakona o javnoj na način koji omogućava učinkovitu javnu nabavu te ekonomično i svrhovito trošenje javnih sredstava.

Slijedom svega naprijed navedenoga, xxx d.o.o. moli od Naručitelja prihvaćanje traženih Izmjena u dijelu Troškovnika za Grupu 10., te u dijelu Dokumentacije za nadmetanje 1.6. Procijenjena vrijednost nabave (vrijednost za Grupu 10), sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj sukladno gore navedenim izmjenama dokumentacije o nabavi prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te mijenja procijenjenu vrijednost nabave na 199.900,00 kn (bez PDV-a).

VI. zainteresirani gospodarski subjekt:

8. Upit:

„Poštovani,
zahvaljujemo na pruženoj prilici da kao zainteresirani ponuđač zamolimo promjene tehničkih karakteristika za predmet nabave: UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU, evidencijski broj nabave: VV-19/10, objavljeno u EOJN dana 15.10.2019.g.

GRUPA 2

1. Stavka 2. —obzirom da Vaša ustanova nema uređaj za potrošni materijal koji je tražen stavkom 2. ljubazno molim da se stavka 2. makne iz grupe
2. Stavka 3.- pregledom troškovnika uočili smo da je pod stavkom 3 tražen artikl koji je proizvođač ukinuo iz proizvodnje i nismo ga u mogućnosti više ponuditi, pa Vas ljubazno molimo da stavku 3. maknete iz grupe
3. Stavke 6 i 7 - kako traženi materijal u stavkama 6 i 7 nije vezan za potrošni materijal koji se nabavlja za uređaj Angiojet pod stavkama 1,4 i 5 , ljubazno molimo da se potrošni materijal za injektor Salient koji se nalazi pod stavkama 6 I 7, prebaci u grupu 8.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom tehničke specifikacije artikala u grupi 2 predmeta nabave sukladno iznesenom prijedlogu. Slijedom istog, smanjuje se procijenjena vrijednost nabave za grupu 2. koja sada iznosi 153.000,00 kn (bez PDV-a)

9. Upit:

„GRUPA 7

Kako bi se mogli javiti na predmetni postupak javne nabave, ljubazno Vas molimo da napravite slijedeće izmjene u troškovniku grupe 7:

1. Stavka 1- molim Vas da opis predmeta nabave:

„Amplatzer vaskularni čep 1- za arterijske i venske embolizacije u perifernom krvožilnom sustavu, samošireći okluder od nitinolske mrežice, umetak na svakoj strani ima rendgenski kontrastnu vrpcu markera, spojen na žicu za otpuštanje dužine 135 cm, za statičko magnetsko polje 3T i manje, dužine sustava do 100 cm, dimenzija promjera od 4-16 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod”,

ispravite te da opis predmeta nabave glasi:

„Amplatzer vaskularni čep - za arterijske i venske embolizacije u perifernom krvožilnom sustavu, samošireći okluder od nitinolske mrežice, umetak na svakoj strani ima rendgenski kontrastnu vrpcu markera, a na jednoj strani se nalazi navojni priključak za spajanje na uvodnu žicu dužine 135 cm, za statičko magnetsko polje 3T i manje, maksimalna udaljenost postavljanja sustava do 100 cm, dimenzija promjera 4-16 mm slobodne dužine 7 i 8 mm”,

te nam time omogućite da se kao potencijalni ponuditelj javimo na tender.

2. Stavka 2 - molim Vas da opis predmeta nabave:

„Amplatzer vaskularni čep 2 – za arterijske i venske embolizacije u perifernom krvožilnom sustavu, samošireći okluder od nitinolske mrežice, umetak na svakoj strani ima rendgenski kontrastnu vrpcu markera, spojen na žicu za otpuštanje dužine 135 cm, za statičko magnetsko polje 3T i manje, dužine sustava do 100 cm, različitih dimenzija, ekspaniranog promjera od 3-22 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod”,

ispravite te da opis predmeta nabave glasi:

„Amplatzer vaskularni čep 2 — za arterijske i venske embolizacije u perifernom krvožilnom sustavu, samošireći okluder od nitinolske mrežice, umetak na svakoj strani ima rendgenski kontrastnu vrpcu markera, a na jednoj strani se nalaz navojni priključak za spajanje na uvodnu žicu dužine 135 cm, za statičko magnetsko polje 3T i manje, maksimalna udaljenost postavljanja sustava do 100 cm, dimenzija promjera 3-22 mm slobodne dužine 6-18 mm.”,

te nam time omogućite da se kao potencijalni ponuditelj javimo na tender.

3. Stavka 3- molim Vas da opis predmeta nabave:

„Amplatzer vaskularni čep 3 – za arterijske i venske embolizacije u perifernom krvožilnom sustavu, samošireći okluder od nitinolske mrežice, umetak na svakoj strani ima rendgenski kontrastnu vrpcu markera, a na jednoj strani se nalaz navojni priključak za spajanje na uvodnu žicu, na nitinolsku mrežicu umetka prišiven platinski marker, centriran po uzdužnoj osi na obodu distalnog proširenja, koja pokazuje orijentaciju umetka u žili. Umetak se isporučuje spojen na uvodnu žicu koja je smotana u kolutnom izdavaču, te se isporučuje plastična stega koja se može pričvrstiti na uvodnu žicu radi lakšeg odvrtanja pri odvajanju umetka, za statičko magnetsko polje 3T i manje, kompatibilni za sustave 6-9 F, dužine sustava do 120 cm, različitih dimenzija ili drugi jednakovrijedan proizvod“,

ispravite te da opis predmeta nabave glasi:

„Amplatzer vaskularni čep 3 – za arterijske i venske embolizacije u perifernom krvožilnom sustavu, samošireći okluder od nitinolske mrežice, umetak na svakoj strani ima rendgenski kontrastnu vrpcu markera, a na jednoj strani se nalaz navojni priključak za spajanje na uvodnu žicu. Umetak se isporučuje spojen na uvodnu žicu 155 cm , maksimalna udaljenost postavljanja sustava do 120 cm,

dimenzije duge osi 4-14 mm, dimenzije kraće osi 2-5 mm, slobodne dužine 6,5 mm , za statičko magnetsko polje 3T i manje, kompatibilni s kateterima od 6F, 7F i 9F“,

te nam time omogućite da se kao potencijalni ponuditelj javimo na tender.

4. Stavka 4- molim Vas da opis predmeta nabave:

„Amplatzer vaskularni čep 4 – za arterijske i venske embolizacije u perifernom krvožilnom sustavu, samošireći okluder od nitinolske mrežice, umetak na svakoj strani ima rendgenski kontrastnu vrpcu markera, a na jednoj strani se nalazi mikro navojni priključak za spajanje na uvodnu žicu, na nitinolsku mrežicu umetka prišiven platinski marker, centriran po uzdužnoj osi na obodu distalnog proširenja, koja pokazuje orijentaciju umetka u žili. Umetak se isporučuje spojen na uvodnu žicu 155 cm koja je smotana u kolutnom izdavaču, te se isporučuje plastična stega koja se može pričvrstiti na uvodnu žicu radi lakšeg odvrtanja pri odvajanju umetka, za statičko magnetsko polje 3T i manje, kompatibilan s kateterima za 0,038“ žice, promjera 4-8 mm, dužine 10-13,5 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod“,

ispravite te da opis predmeta nabave glasi:

„Amplatzer vaskularni čep 4 – za arterijske i venske embolizacije u perifernom krvožilnom sustavu, samošireći okluder od nitinolske mrežice, promjera 4-8 mm, slobodne dužine 10-13,5 mm. Umetak na svakoj strani ima rendgenski kontrastnu vrpcu markera, a na jednoj strani se nalazi mikro navojni priključak za spajanje na uvodnu žicu. Umetak se isporučuje spojen na uvodnu žicu 155 cm , maksimalna udaljenost postavljanja sustava do 125 cm., za statičko magnetsko polje 3T i manje, kompatibilan s kateterima od 4 i 5 F.“,

te nam time omogućite da se kao potencijalni ponuditelj javimo na tender.

Kako je tržišna vrijednost materijala u grupi 20 viša od procijenjenog iznosa za tu grupu, ovim putem slobodni smo Vas zamoliti da povećate procijenjeni iznos sa 83.352,00 kn na 89.000,00 kn.

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi u dijelu opisa tehničkih specifikacija artikala traženih u grupi. Ujedno, prihvaća se prijedlog za povećanjem procijenjene vrijednosti nabave za grupu 7.

10. Upit:

„GRUPA 8

1. Zbog asortimana koji nažalost više nismo u mogućnosti ponuditi, te zbog činjenice da se dio traženog asortimana koristi isključivo na odjelu kardiologije, a za koji postoji potpisan ugovor ljubazno molimo da stavke 2, 3,4 , 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 74, 75, 76, 94, 96, 109 maknete iz grupe.
2. Stavka 11.- kako bismo Vam bili u mogućnosti ponuditi najnovije dimenzije traženog proizvoda, odnosno kako biste ih mogli i dalje nesmetano naručivati ljubazno Vas molimo da promijenite opis na način da isti glasi:
“Žice 0.014", 0.018" dužine 180 cm, ravne, čvrstoća vrha žice: 1.0, 12.0,20 i 30.0 g ili drugi jednakovrijedan proizvod”.
3. Stavka 12. - kako bismo Vam bili u mogućnosti ponuditi najnovije dimenzije traženog proizvoda, odnosno kako biste ih mogli i dalje nesmetano naručivati ljubazno Vas molimo da promijenite opis na način da isti glasi:
“Žice 0.014", 0.018" dužine 300 cm, ravne, čvrstoća vrha žice: 1.0, 12.0,20 i 30.0 g ili drugi jednakovrijedan proizvod”.

4. Stavka 20. - kako bismo Vam bili u mogućnosti ponuditi najnovije dimenzije traženog proizvoda ljubazno Vas molimo da promijenite opis da isti glasi:
“PTA balonski kateter, za uvodnicu 5-6 F, za žicu 0.035”, djelomično rastezljiv od najlona, suženog vrha, sa memorijom kod višestrukih ulaza i napuhivanja balona, dužine katetera 75 cm, promjer balona 3-10 mm, dužine balona 20-150 mm, dužine katetera 120 cm, promjer balona 3-8 mm, dužine balona 40-150 mm ili drugi jednakovrijedni proizvod.”
5. Stavka 25.- kako bismo uskladiti traženo sa katalogom ljubazno molimo neznatnu izmjenu opisa tako da isti sada glasi:
„Uvodnica 11cm u setu za femoralni pristup sa dilatatorom, iglom 18G, 0.035 / 0.038i žicom dugom 45cm, promjera: 4-9F ili drugi jednakovrijedan proizvod“
6. Stavka 26. – kako bismo mogli ponuditi traženu stavku sa više dimenzija ljubazno molimo da izmijenite opis te predlažemo da isti sada glasi:
„Uvodnica ravna, sa mogućnošću manuelnog oblikovanja, 5-8F, dužine: 45 i 65 cm sa 3 way stopcockom, fleksibila i ojačana, sa distalnim markerom, nevidljivog prijelaza između uvodnice i dilatatora, sa fleksibilnim radiopaknim dilatatorom ili drugi jednakovrijedan proizvod“
7. Stavka 31. – kako bismo mogli ponuditi traženu stavku ljubazno molimo da izmijenite opis te predlažemo da isti sada glasi:
„Standardna uvodnica sa hemostatskom valvulom postraničnim otvorom, dilatatorom i žicu vodilicu s J i ravnim vrhom u setu, veličine 4-9 F, dužine do 11 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod“
8. Stavka 38- kako bismo Vam bili u mogućnosti ponuditi najnovije dimenzije traženog proizvoda ljubazno Vas molimo da promijenite opis na način da isti glasi:
“Samošireći nitinolski stent, na ojačanom uvođaču 6 i 10 F, dužine 100 cm, za žicu 0.035i, zatvoreni dizajn ćelije, jake radijalne snage, promjeri 14-36 mm, dužine 30-100 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod”
9. Stavka 45.- obzirom da dio dimenzija više nije u proizvodnji ljubazno Vas molimo izmjenu opisa da isti sada glasi:
“Samošireći nitinolski stent sinus mikro mesh dizajna, elektropoliran, anti-jump, na 6 F ojačanom uvođaču, visoke fleksibilnosti, suženog mekog vrha za žicu 0.035”, za kalcificirane stenoze, zatvorenog tipa-closed cell pogodan za cross over tehniku, na kateteru 75 i 120 cm promjera 6-8 mm, dužine 150 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod.”
10. Stavka 49. - kako bismo Vam bili u mogućnosti ponuditi najnovije dimenzije traženog proizvoda, odnosno kako biste ih mogli i dalje nesmetano naručivati ljubazno Vas molimo da promijenite opis na način da isti glasi:
“Igle promjera 18 G, dužine 70 mm kompatibilne za žicu 0.035"/0.038" ili drugi jednakovrijedan proizvod”
11. Stavka 52.- obzirom da dio dimenzija više nije u proizvodnji ljubazno Vas molimo izmjenu opisa da isti sada glasi:
“Inicijalna punkcijska igla 17.5G dužine 200mm, US cut (vidljiva pod ultrazvukom) ili drugi jednakovrijedan proizvod.”
12. Stavka 69.- obzirom da dio dimenzija više nije u proizvodnji ljubazno Vas molimo izmjenu opisa da isti sada glasi:

“Dilatator dužina 20 cm, promjera: 5,6,7,8,9,10,12CH ili drugi jednakovrijedan proizvod.”

13. Stavka 84. – primijetili smo da se stavka ponavlja, te da se isti opis već nalazi na stavci 10, pa predlažemo da se stavka 84. makne iz grupe.

14. Stavka 95. – Obzirom da stavka 94. više nije u proizvodnom asortimanu proizvođača, a opis stavke 95. je vezan na stavku 94. ljubazno predlažemo izmjenu opisa st. 95 da isti glasi:

“Koaksijalne punkcijske igle (biopsy sheath) , promjera: 13,15,17,19 G, dužine: 50,100,150 mm ili drugi jednakovrijedan proizvod.”

15. Primijetili smo da u troškovniku nedostaju neke stavke sa materijalima koje Vaša ustanova redovito nabavlja pa predlažemo da ih uvrstite u troškovnik grupe 8.

Radi se o slijedećim materijalima:

1., Žice vodilje PTFE 180 cm, 0,035" ravne, Amplatz ili drugi jednakovrijedan proizvod”- predlažemo količinu od 50 kom

2.” Žice 0.014” bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelana jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 180 cm ravne i J, raznih čvrstoća vrha žice “-predlažemo količinu od 15 kom

3.” Žice 0.014” bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelana jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 300 cm ravne, raznih čvrstoća vrha žice”- predlažemo količinu od 20 kom

4.” Uvodnica duga 23 cm u setu sa dilatatorom, iglom 18G, 0.038i žicom dugom 80cm, promjera: 6-8F ili drugi jednakovrijedan proizvod”- predlažemo količinu od 50 kom

5. “Set za transfer sa dvostrukim ventilom za dual injektor Salient “-predlažemo minimalno pakiranje od 50 kom

6. “Spiralni konektori niskotlačni, dužine do 60"-predlažemo minimalno pakiranje od 50 kom

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj je suglasan s prijedlogom zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi u dijelu opisa artikala koji su predmet nabave u grupi 8. Predložene izmjene su u skladu sa potrebama Naručitelja. Sukladno promjenama tehničke specifikacije u obliku potrebnih artikala i količine, mijenja se procijenjena vrijednost nabave za grupu 8, koja sada iznosi 1.636.000,00 kn (bez PDV-a)

VII. zainteresirani gospodarski subjekt:

11. Upit:

„Poštovani,

U otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU RADIOLOGIJU za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-19/10, grupa 1 predmeta nabave, stavka pod r.b. 22, Nitinol stent kompatibilan sa žicom 0.035" (0.89 mm), dužine 40-150 mm, fi 5-10 mm, vise ne postoji i ne može se nuditi.

Bilo bi nam drago da iz gore navedenih razloga stavku br.22 izbacite iz troškovnika, a ubacite slijedeće stavke i količine:

Mikrobalon 1.8Fr za koji omogućava selektivnu kateterizaciju kod pacijenata s HCC i B-TACE	kom	6
Nitinolni stent s 3 markera na svakom kraju, dupli sloj, kompatibilan sa Zicom 0.018", kompatibilan s uvodnicom 6Fr, dužina za isporuku sistema 163cm	kom	30
Antena za termalnu ablaciju 11-18 gauge, 10-25cm	kom	12

U skladu s gore navedenim izmjenama, molimo i izmjenu procijenjene vrijednosti za grupu 1:

Grupa	Procijenjena vrijednost u HRK (bez PDV-a)
1. grupa predmeta nabave	1.353.243,50 kn

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Stručne osobe Naručitelja prihvaćaju prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi u dijelu tehničke specifikacije artikala grupe 1, uz korekciju količina sukladno potrebama Naručitelja.
Slijedom navedenih izmjena, Naručitelj mijenja procijenjenu vrijednost nabave za grupu 1. koja sada iznosi 1.350.000,00 kn (bez PDV-a)

VIII. zainteresirani gospodarski subjekt:

12. Upit:

„Poštovani,
uvidom u dokumentaciju smo primijetili da potrošni materijal za automatski injektor, koji se koristi u Sali za intervencijsku radiologiju, nedostaje u nacrtu dokumentacije o nabavi (i troškovnika) oznake broj VV-19/10-1, naziva „Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku radiologiju za potrebe KBC-a Osijek.“

Obzirom da bez potrošnog materijala sam injektor ne može raditi, a bitan je u svakodnevnom obavljanju posla u sali, ljubazno molimo da se nadodaju nazivi predmeta nabave u grupi 13 kako slijedi:

1. ACIST set za injiciranje kontrastnog sredstva sa špricom od 100 ml za automatski injektor Acist CVi
2. Ručni kontrolor za aplikaciju kontrastnog sredstva s produžetkom od 137 cm i trosmjernom smjernicom za Acist CVi injektor
3. Set ACIST za injektor s tlačnom komoricom“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta, s obzirom da su mu navedeni artikli neophodni za dijagnostičke postupke, a omaškom su izostavljeni iz troškovnika.
Naručitelj iste stavke dodaje u troškovnik grupe 13 predmeta nabave, uz navod o potrebnim jednogodišnjim količinama.
Slijedom navedenih izmjena Naručitelj mijenja procijenjenu vrijednost nabave za grupu 13 koja sada iznosi 175.000,00 kn (bez PDV-a).

Ovo Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju, u kojem su navedeni sve primjedbe i svi prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata za izmjenom Dokumentacije o nabavi u predmetnom postupku javne nabave, Naručitelj objavljuje na istim internetskim stranicama

Tijekom prethodnog savjetovanje postale su poznate okolnosti koje sadržajno bitno utječu na izradu tehničkih specifikacija u predmetnom postupku javne nabave. Zbog toga će Naručitelj nakon objave ovog Izvješća, ponoviti prethodno savjetovanje i dati na uvid svim zainteresiranim gospodarskim subjektima izmjene nacrtu Dokumentacije o nabavi i tehničkih specifikacija predmeta nabave. Novo savjetovanje će biti objavljeno na istim internetskim stranicama.

S poštovanjem

Voditelj Službe za poslove nabave:

Boris Flegar, dipl.oec.