

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:
Boris Flegar, dipl.oec.
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Tel: 031/511-111
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK
Department of Supply

Head of Department
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Phone: +385 31 511 111
E-mail: boris.flegar@gmail.com

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Urbroj: R6 -17592-1/2019.
U Osijeku, 05. prosinca 2019. g.

PREDMET: Izvješće o provedenom 2. savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: *UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE RADIOLOGIJE*, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-19/10.
- dostavlja se obavijest!

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/2017, u daljnjem tekstu: Pravilnik), javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj), objavio je dana 22.11.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i na službenim internetskim stranicama Naručitelja, obavijest o 2. prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe radiologije s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje od jedne (1) godine za svaku grupu predmeta nabave. Naručitelj je objavio nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnike za 25 (dvadeset i pet) grupa predmeta nabave, s opisom tehničkih karakteristika predmeta nabave i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 28.11.2019.g. Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o izmjeni dokumentacije o nabavi i tehničkih specifikacija predmeta nabave od 4 (četiri) zainteresirana gospodarska subjekata. U nastavku iznosimo prijedloge i primjedbe gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

I. ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI SUBJEKT

1. Upit:

„Poštovani,

ovim putem Vam se obraćamo sa zamolbom za povećanjem procijenjene vrijednosti grupe 8 za minimalno 20.000,00 kuna (dvadesettisuća kuna) te za povećanjem procijenjene vrijednosti grupe 22 za minimalno 25.000,00 kuna (dvadesetpettisuća kuna) za koje možemo ponuditi traženi materijal s obzirom da s našim tržišnim cijenama nismo u mogućnosti uklopiti se u postojeću procijenjenu vrijednost grupa.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Na žalost Naručitelj ne može prihvatiti prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za povećanjem procijenjene vrijednosti grupe 8 i grupe 22. Naručitelj je procijenio vrijednost grupa predmeta nabave sukladno trenutnim tržišnim kretanjima cijena robe koja je predmet nabave te vlastitim financijskim mogućnostima.

II. ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI SUBJEKT

2. Upit:

„Poštovani,

vezano uz 2. prethodno savjetovanje za pripremu i provedbu postupaka javne nabave „ugradbeni i potrošni materijal za potrebe radiologije“ evidencijski broj nabave VV-19/10, molimo izmjenu procijenjene vrijednosti za grupu predmeta nabave 20. odnosno da ona umjesto 360.000,00 kn bez PDV-a iznosi 370.000,00 kn bez PDV-a, a vodeći se trenutni realnim tržišnim cijenama za artikle traženih karakteristika.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Na žalost Naručitelj ne može prihvatiti prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za povećanjem procijenjene vrijednosti grupe 20. Naručitelj je procijenio vrijednost grupa predmeta nabave sukladno trenutnim tržišnim kretanjima cijena robe koja je predmet nabave te vlastitim financijskim mogućnostima.

III. ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI SUBJEKT

3. Upit:

„Poštovani,

nakon pregleda natječajne dokumentacije i priloženih grupa nabave, slobodni smo vas zamoliti dopunu priložene dokumentacije na način da se tehnička specifikacija za grupu 6 dopuni s dvije nove dimenzije:

	TREKUTNI OPIS	NOVI OPIS
5.	Dijagnostičke žice vodilje standardne, duljine 150, 200 i 260 cm, 0,018", 0,035" i 0,038", sa ravnim i zakrivljenim (3 mm J) vrhom, fixed core i movable core ili drugi jednakovrijedan proizvod	Dijagnostičke žice vodilice za umetanje, stabilizaciju i namještanje angiografskog katetera. Materijal: nehrđajući nikal-krom čelik, obložene PTFE-om. Duljine: 150, 175, 200, 220 i 260 cm. Promjeri 0,018", 0,032", 0,035" i 0,038" sa ravnim i zakrivljenim (3 mm J) vrhom, fixed core i movable core.

Osim izmjene opisa molimo vas da se tehnička dokumentacija dopuni s dvije nove stavke koje šaljemo u nastavku:

Torquer rotator za žicu za sve promjere do 0.022"
Extra duga interventna žica vodilica idealna za TR/TB (transbrahijalni / transradijalni pristup te sve ostale interventne zahvate, duljina 400 cm i shaft lumena 0,018",

Navedeno predlažemo temeljem odrađene analize dosadašnjih potreba Naručitelja te bi uvažavanjem prijedloga Naručitelju bila osigurana nabava potrošnog materijala za kojim postoji potreba.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom tehničke specifikacije predmeta nabave u grupi 6. Prihvaća se prijedlog za izmjenom opisa stavke 5. Ne prihvaća se prijedlog za dodavanje dvije nove stavke u grupu 6 predmeta nabave.

IV. ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI SUBJEKT

4. Upit:

„Poštovani,
zahvaljujemo na pruženoj prilici da kao zainteresirani ponuđač zamolimo promjene tehničkih karakteristika za predmet nabave:
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE RADIOLOGIJE
evidencijski broj nabave: VV-19/10, objavljen u EOJN dana 21.11.2019. godine.

GRUPA 2

1. Kako bi se mogli javiti na predmetni postupak javne nabave, ljubazno Vas molimo da napravite izmjenu stavke 15 koja sada glasi:

„Žice 0.014“ bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelana jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 180 cm ravne i J, raznih čvrstoća vrha žice.“

Na način da ista glasi:

„Žice 0.014“ bez spojeva što omogućava gladak prijelaz iz platine u nehrđajući čelik, jednodjelana jezgra žice podržava čitavu žicu od proksimalnog do distalnog kraja, dužine 180 cm ravne, čvrstoća vrha žice 0,7 g.“

te nam time omogućite da se kao potencijalni ponuditelj javimo na nadmetanje.

2. Također, zbog prestanka proizvodnje ljubazno molimo da iz grupe izuzmete stavku 36. kako bismo se mogli javiti na nadmetanje kao potencijalni ponuditelj.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom tehničke specifikacije proizvoda traženih u grupi 2. predmeta nabave. Mijenja se opis artikla opisanog u točki 15, a iz troškovnika se briše artikal: „Igle promjera 18 G, dužine 70 mm kompatibilne za žicu 0.035"/0.038" ili drugi jednakovrijedan proizvod“

Izvješće o 2. prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj objavljuje na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave te na službenim internetskim stranicama KBC-a Osijek

<http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj ima namjeru započeti i objaviti u EOJN-u otvoreni postupak javne nabave *ugradbenog i potrošnog materijala za potrebe radiologije*, evidencijski broj nabave: VV-19/10, sukladno uvjetima i odredbama definiranim u nacrtu Dokumentacije o nabavi.

S poštovanjem

Voditelj Službe za poslove nabave:
Boris Flegar, dipl.oec.