

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK  
Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:  
Boris Flegar, dipl.oec.  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Tel: 031/511-111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK  
Department of Supply

Head of Department  
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Phone: +385 31 511 111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM  
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6-6483-1/19.  
U Osijeku, 10. svibnja 2019.g.

**PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim  
gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:  
UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA INTERVENCIJSKU  
KARDIOLOGIJU, za potrebe KBC-a Osijek,  
evidencijski broj nabave: VV-19/11.  
- dostavlja se obavijest!**

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/2017, u daljnjem tekstu: Pravilnik), javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj), objavio je dana 24.04.2019.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i na službenim internetskim stranicama Naručitelja, obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju. Naručitelj je objavio nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnike za 12 (dvanaest) grupa predmeta nabave, s opisom tehničkih karakteristika predmeta nabave i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 03. svibnja 2019.g. Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave četiri (4) zainteresirana gospodarska subjekta. U nastavku iznosimo prijedloge i primjedbe gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

## I. GOSPODARSKI SUBJEKT

### 1. Prijedlog i primjedba za izmjenom dokumentacije o nabavi:

„Poštovani,

vezano uz prethodno savjetovanje za ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-19/11 predlažemo revidiranje odnosno povećanje količina za niže navedene stavke unutar 2. grupe: Potrošni materijal za distalne fokalne i difuzne lezije te tortuozne arterije, a navodeći se dosadašnjim potrebama i potrošnjom kardiološkog laboratorija. Slijedom navedenog molimo i povećanje procijenjene vrijednosti za grupu 2.

- Stavka 4:

Vodeći (guiding) koronarni kateteri – veličine 5-8F, raznih konfiguracija uključujući 3D, EBU, RBU, MAC, CHAMP, Hockey Stick, El Gamal i razne varijante transradijalne tehnike, obavezno da u katetera veličine 6F unutrašnji promjer bude minimalno 0.071" – za bifurkacijske lezije, duljine 100 cm, sve varijante sa i bez rupica (sideholes) ili drugi jednakovrijedan proizvod.

- Stavka 7:

Koronarni dilatacijski baloni uskog profila za fokalne i duge lezije – monorail tehnika, semi-compliant, za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije, selektivni Dura-Trac coating, za vrlo zahtijevne lezije, "side branch access", duljine 6-30mm, promjera 1.25-4.0mm, profil maksimalno 0.020" (za promjer od 1.25mm), profil vrha maksimalno 0.016" (za sve promjere), NBP 8atm, RBP 14atm ili drugi jednakovrijedan proizvod.

- Stavka 13:

Indeflator s manometrom za inflaciju balona (tlak do 30) ili drugi jednakovrijedan proizvod

- Stavka 16:

Tromboaspiracijski kateter – na principu vakuuma, dvolumenski kateter, verzije za 6F i 7F, kompatibilan s 0.014" žicom, u setu s dvije šprice i dvije filter košarice ili drugi jednakovrijedan proizvod.

- Stavka 18:

Sustav za zaustavljanje krvarenja sa dvostrukim kompresijskim balonom koji omogućava pritisak na ubodnu ranu samo s jedne strane. Sustav sa kontrolom podešavanja tlaka po principu okretanja brojčanika. Narukvica srednje veličine 19,2 cm i velika dimenzija 25,2 cm, sa zakrivljenim rubovima. Volumen napuhavanja nominalni 13cc, max 18cc ili drugi jednakovrijedan proizvod.“

➤ Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za revidiranjem iskazanih okvirnih količina u troškovniku grupe 2. Sukladno revidiranim količinama, povećava se i procijenjena vrijednost za grupu 2.

R.b.	Naziv predmeta nabave	Jed.mjere	Okvirna 1-godišnja količina
4.	Vodeći (guiding) koronarni kateteri – veličine 5-8F, raznih konfiguracija uključujući 3D, EBU, RBU, MAC, CHAMP, Hockey Stick, El Gamal i razne varijante transradijalne tehnike, obavezno da u katetera veličine 6F unutrašnji promjer bude minimalno 0.071" – za bifurkacijske lezije, duljine 100 cm, sve varijante sa i bez rupica (sideholes) ili drugi jednakovrijedan proizvod	kom	100
7.	Koronarni dilatacijski baloni uskog profila za fokalne i duge lezije – monorail tehnika, semi-compliant, za dilatacije unutar stentova i post-dilatacije, selektivni Dura-Trac coating, za vrlo zahtijevne lezije, "side branch access", duljine 6-30mm, promjera 1.25-4.0mm, profil maksimalno 0.020" (za promjer od 1.25mm), profil vrha maksimalno 0.016" (za sve promjere), NBP 8atm, RBP 14atm ili drugi jednakovrijedan proizvod	kom	70
12.	Interventne (PTCA) žice vodilje – promjer 0.014", duljine 180/190 i 300cm, raznih tipova uključujući standardne, Light Support, Support, Intermediate, Marker wire, Extra Support, izbor između nitinolskih i čeličnih žica, svi modeli u hidrofilnoj i hidrofobnoj varijanti, ravne i 'J' varijante ili drugi jednakovrijedan proizvod	kom	5
13.	Indeflator s manometrom za inflaciju balona (tlak do 30) ili drugi jednakovrijedan proizvod	kom	60
16.	Tromboaspiracijski kateter – na principu vakuuma, dvolumenski kateter, verzije za 6F i 7F, kompatibilan s 0.014" žicom, u setu s dvije šprice i dvije filter košarice ili drugi jednakovrijedan proizvod	kom	15
18.	Sustav za zaustavljanje krvarenja sa dvostrukim kompresijskim balonom koji omogućava pritisak na ubodnu ranu samo s jedne strane. Sustav sa kontrolom podešavanja tlaka po principu okretanja brojčanika. Narukvica srednje veličine 19,2 cm i velika dimenzija 25,2 cm, sa zakrivljenim rubovima. Volumen napuhavanja nominalni 13cc, max 18cc ili drugi jednakovrijedan proizvod	kom	70

Procijenjena vrijednost nabave za grupu 2. iznosi 905.000,00 kn (bez PDV-a).

## II. GOSPODARSKI SUBJEKT

### **1. Prijedlog i primjedba za izmjenom dokumentacije o nabavi**

„Poštovani,

vezano uz prethodno savjetovanje za predmet nabave: „Ugradbeni i potrošni materijal za intervencijsku kardiologiju za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek“, evidencijski broj nabave: VV-19/11, objavljeno u EOJN dana 24.04.2019. godine dostavljamo zahtjev za izmjenom dokumentacije.

- A. Prilikom pregleda troškovnika za GRUPU 7 primijetili smo da se u istom ne nalaze komorice za injektor koji se nalazi u Vašoj ustanovi, stoga kako biste mogli nesmetano naručivati predmetni proizvod predlažemo da isti uvrstite u troškovnik grupe 7.

Prijedlog opisa proizvoda je:

„Komorice za mjerenje tlaka“.

Približne godišnje potrebe istih su 20 kom.“

#### ➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se u troškovnik grupe 7. dodaje stavka:

R.b.	Naziv predmeta nabave	Jed.mjere	Okvirna 1-godišnja količina
72.	Komorice za mjerenje tlaka.	kom	20

### **2. Prijedlog i primjedba za izmjenom dokumentacije o nabavi:**

- B. „Također, kako je došlo do određenih promjena te kako bismo Vam ponudili proizvode koje smo u mogućnosti, ljubazno Vas molimo promjenu opisa GRUPA 7 na slijedeći način:

#### **Stavka 5.**

Trenutni opis:

Standardna uvodnica sa hemostatskom valvulom postraničnim otvorom, dilatatorom i 50 cm žicu vodilicu sa J i ravnim vrhom u setu, veličine 4-9 F, dužine 12 cm.

Prijedlog novog opisa:

Standardna uvodnica sa hemostatskom valvulom postraničnim otvorom, dilatatorom i 45 cm žicu vodilicu sa J i ravnim vrhom u setu, veličine 5-9 F, dužine 11 cm ili drugi jednakovrijedan proizvod.

#### **Stavka 60.**

Trenutni opis:

Implantabilni okluder za LAA veličina od 16 do 34 sa dijametrom diska od 22mm do 41mm, potrebna minimalna dubina LAA 10-12mm, sa žicom 145cm, hemostatskom valvulom, napravljen od nitinolske pletenice ili drugi jednakovrijedan proizvod

Prijedlog novog opisa:

Implantabilni okluder za LAA veličina od 16 do 34 sa dijametrom diska od 22 mm do 41 mm, potrebna minimalna dubina LAA 10-12mm, sa žicom 145 cm, hemostatskom valvulom ili drugi jednakovrijedan proizvod“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se sukladno predloženom mijenja opis stavke 5 i stavke 60 u troškovniku grupe 7.

### **III. GOSPODARSKI SUBJEKT**

**1. Prijedlog i primjedba za izmjenom dokumentacije o nabavi:**

„Molimo za korekciju procijenjene vrijednosti za grupu 4. koja u objavi savjetovanja iznosi 93.230,00 kn bez PDV-a.

Prijedlog nove procijenjene vrijednosti za grupu 4. je 95.050,00 kn bez PDV-a.

Obrazloženje: Izračunom okvirnih jednogodišnjih potreba i trenutnih tržišnih i ugovorenih cijena za materijal koji je uvršten u grupu 4., uočili smo da se ne možemo uklopiti u iznos procijenjene vrijednosti, jer je u troškovnik uvršten novi proizvod čija je vrijednost izostavljena iz izračuna procijenjene vrijednosti (pozicija 34).

Prijedlog je u skladu sa tržišnom cijenom svih trženih proizvoda.

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se sukladno predloženom povećava procijenjena vrijednost grupe 4. na 95.050,00 kn (bez PDV-a).

### **IV. GOSPODARSKI SUBJEKT**

**1. Prijedlog i primjedba za izmjenom dokumentacije o nabavi:**

„Poštovani,

vezano uz gore spomenuto savjetovanje, a i uvidom u objavljene tablice troškovnika primijetili smo da nedostaje jedna grupa troškovnika, a koja se odnosi na okludere za zatvaranje okluzija te Vam je u prilogu dostavljamo kako biste ju mogli uvrstiti u javno nadmetanje, a prema dogovoru sa strukom.

Napomena: Predviđena procijenjena vrijednost grupe za sve stavke, ali za 1 komad po svakoj stavki iznosila bi 182.000,00 kn.“

➤ **Odgovor Naručitelja**

Stručne osobe Naručitelja razmislile su prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta koji se odbija. Naime, Naručitelj je izradio Nacrt dokumentaciju o nabavi za predmetni postupak javne nabave sukladno potrebama Zavoda za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Osijek. Predmet nabave je podijeljen u dvanaest (12) grupa te stručne osobe smatraju da nije potrebno dodavanje nove grupe predmeta nabave.

Zaključno, slijedom prihvaćenih prijedloga Naručitelj će izmijeniti Dokumentacije o nabavi u predmetnom postupku javne nabave. Povećava se ukupna procijenjena vrijednost nabave koja iznosi 7.382.861,00 kn (bez PDV-a). Naručitelj je promijenio dio tehničkih specifikacija i opis predmeta nabave sukladno zaprimljenim prijedlozima, dok ostale bitne uvjete i zahtjeve koje se odnose na provođenje postupka javne nabave, kriterija za odabir ponuda i izvršenje ugovora Naručitelj nije mijenjao. Stoga, objavom ovog Izvješća i završetkom prethodnog savjetovanja Naručitelj ima namjeru pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku kardiologiju za potrebe KBC-a Osijek.

S poštovanjem,

Voditelj Službe za poslove nabave:  
Boris Flegar, dipl.oec.