

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR  
OSIJEK  
Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:  
Boris Flegar, dipl.oec.  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Tel: 031/511-111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK  
Department of Supply

Head of Department  
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Phone: +385 31 511 111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM  
SUBJEKTIMA**

Ur.broj: R6-18077-1/19  
U Osijeku, 11. prosinca 2019.

**PREDMET:** Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:  
***Urološki potrošni materijal*** za potrebe KBC-a Osijek,  
evidencijski broj nabave: VV-19/24.  
- dostavlja se obavijest!

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i sukladno odredbama članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/2017, u daljnjem tekstu: Pravilnik), javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj), objavio je dana 29.11.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i na službenim internetskim stranicama Naručitelja, obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu *urološkog potrošnog materijala* s namjerom sklapanja Okvirnog sporazuma za razdoblje od dvije (2) godine za svaku grupu predmeta nabave. Naručitelj je objavio nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnike za 22 (dvadeset i dvije) grupe predmeta nabave, s opisom tehničkih karakteristika predmeta nabave i predviđenim (okvirnim) dvogodišnjim količinama.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 09.12.2019.g. Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave tri (3) zainteresirana gospodarska subjekta. U nastavku iznosimo prijedloge i primjedbe gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

## **I. zainteresirani gospodarski subjekt**

Upit:

„Poštovani,

Temeljem poziva na prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima za predmet nabave „Urološki potrošni materijal“, objavljenog dana 29. studenoga 2019. godine u Elektroničkom Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, ovim Vam putem, kao zainteresirani gospodarski subjekt, dostavljamo upite za pojašnjenjem/prijedloge za izmjenom u svezi dokumentacije o nabavi i njenih priloga kako slijedi:

1) Budući da se troškovnikom Grupe L nabavljaju proizvodi koji namjenom nisu specifični za korištenje u urološkim procedurama, već su namijenjeni zbrinjavanju/njezi pacijenata sa stomom nevezano uz specifičnu Kliniku/Zavod/Odjel – dakle, radi se o medicinskog potrošnom materijalu koji se koristi na svim radilištima KBC-a, moli se brisanje Grupe L iz postupka nabave urološkog potrošnog materijala.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvata prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Iz Dokumentacije o nabavi briše se grupa L.

## **II. zainteresirani gospodarski subjekt**

Upit:

„Poštovani,

predlažemo izmjenu Nacrta Dokumentacije u dijelu TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA TROŠKOVNIKA za grupu N na način kako je predloženo:

Redni broj	Naziv proizvoda	Jed. mjere	Planirana 2-godišnja količina	Naziv proizvoda	Jed. mjere	Planirana 2-godišnja količina
1	RESECIJSKA ELEKTRODA, OSNOVNA, TIP LOOP, STANDARDNA ŠLINGA	kom	12	RESECIJSKA ELEKTRODA, OSNOVNA, TIP LOOP, STANDARDNA ŠLINGA, <b>JEDNKOKRATNA, 1 PAKIRANJE SADRŽI 12 KOMADA</b>	kom	12
2	ELEKTRODA , TIP IGLA POD KUTEM 45	kom	12	ELEKTRODA , TIP IGLA POD KUTEM 45, <b>JEDNKORATNA, 1 PAKIRANJE SADRŽI 12 KOMADA</b>	kom	12
3	ELEKTRODA TIPA "KUGLICA"	kom	12	ELEKTRODA TIPA "KUGLICA", <b>JEDNKORATNA, 1 PAKIRANJE SADRŽI 12 KOMADA</b>	kom	12
4	RESECIJSKA BIPOLARNA ELEKTRODA, OSNOVNA, TIP LOOP, STANDARDNA ŠLINGA	kom	12	RESECIJSKA BIPOLARNA ELEKTRODA, OSNOVNA, TIP LOOP, STANDARDNA ŠLINGA, <b>JEDNKORATNA, 1 PAKIRANJE SADRŽI 12 KOMADA</b>	kom	12
5	ELEKTRODA BIPOLARNA , TIP IGLA POD KUTEM 45	kom	12	ELEKTRODA BIPOLARNA , TIP IGLA POD KUTEM 45, <b>JEDNKORATNA, 1 PAKIRANJE SADRŽI 12 KOMADA</b>	kom	12
6	ELEKTRODA BIPOLARNA TIPA "KUGLICA"	kom	12	ELEKTRODA BIPOLARNA TIPA "KUGLICA" <b>JEDNKORATNA, 1 PAKIRANJE SADRŽI 12 KOMADA</b>	kom	12

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog zaineresiranog gospodarskog subjekta. U opisu svih 6 proizvoda koji su predmet nabave grupe N dodaje se karakteristika „jednokratna“. Naručitelj ne prihvaća da se u opisu stavke zahtjeva i oblik pakiranja. Ponuditelji u stupcu „Oblik pakiranja“ upisuju podatke o obliku pakiranja, odnosno koliko jedno pakiranje sadrži komada traženih proizvoda.

### **III. zainteresirani gospodarski subjekt**

**Upit:**

„Nastavno na objavu savjetovanja, po navedenom predmetu nabave, a kako bi tržišno nadmetanje bilo dostupno većem broju ponuditelja, sa zadržavanjem svrhe i namjene traženih proizvoda, očitujemo se kako slijedi;

U Troškovniku za Grupu S:

Redni broj 1. UNIVERZALNI SET BASIC

1x navlaka za Mayo stolić 79x145cm, upijajući dio 65x85cm

4x papirnati ručnik 18x25cm

1x op-traka, ljepljiva, 9x49cm

2x prekrivka 75x90cm, ljepljiva sa pojačanjem

1x prekrivka 175x175cm, ljepljiva sa pojačanjem

1x prekrivka 240x150cm, ljepljiva sa pojačanjem

1x prekrivka za stol 150x190 cm, upijajući dio 75x190 cm "

**Izmijeniti u:**

1x navlaka za Mayo stolić 79-80x142cm, upijajući dio 55-65x85-88cm

4x papirnati ručnik 18-20x25-30cm

1x op-traka, ljepljiva, 9x49-50cm

2x prekrivka 75x90cm, ljepljiva sa pojačanjem

1x prekrivka 175x170-190cm, ljepljiva sa pojačanjem

1x prekrivka 240x150cm, ljepljiva sa pojačanjem

1x prekrivka za stol 150-152x190 cm.

*Redni broj 2. "UNIVERZALNI SET STANDARD*

1x kirurški ogrtač LL + 2 ručnika 30x40cm, omotani

1x navlaka za Mayo stolić 79x145cm, upijajući dio 65x85cm

4x papirnati ručnik 18x25cm

2x prekrivka 90x75cm, ljepljiva sa pojačanjem

1x kirurški ogrtač XLL

1x op-traka, ljepljiva, 9x49cm

1x prekrivka 175x175cm, ljepljiva sa pojačanjem

1x prekrivka 240x150cm, ljepljiva sa pojačanjem

1x prekrivka za stol 150x190cm, upijajući dio 75x190cm"

**Izmijeniti u:**

1x kirurški ogrtač 130cm + 2 ručnika 30x39-40cm,

1x navlaka za Mayo stolić 79-80x142-145cm, upijajući dio 55-65x85-88cm

4x papirnati ručnik 18-34x25-36cm,  
2x prekrivka 75x90cm, ljepljiva sa pojačanjem,  
1x kirurški ogrtač 150cm  
1x op-traka, ljepljiva, 9x49-50cm  
1x prekrivka 175x175-190cm, ljepljiva sa pojačanjem  
1x prekrivka 240x150cm, ljepljiva sa pojačanjem  
1x prekrivka za stol 150-152x190 cm.

*Redni broj 3: LAPARASKOPSKI SET*

1x navlaka za Mayo stolić 79x145cm, upijajući dio 65x85cm  
4x papirnati ručnik 18x25cm  
1x op-traka 9x49cm  
1x čičak traka 2,5x30cm  
1x navlaka za kameru sa perforiranim vrhom 14x250cm  
1x laparaskopska prekrivka 250/175/270x260cm, ljepljivi flex otvor 25x30cm, sa pojačanjem  
1x prekrivka za stol 150x190cm, upijajući dio 75x190cm"

Izmijeniti u:

1x navlaka za Mayo stolić 79-80x142-145cm, upijajući dio 55-65x85-88cm  
4x papirnati ručnik 18-34x25-36cm,  
1x op-traka, ljepljiva, 9x49-50cm  
1x čičak traka 2,5x23-30cm  
1x navlaka za kameru sa perforiranim vrhom 13-14x240-250cm  
1x laparaskopska prekrivka 250-255/175/270x260-310cm, ljepljivi flex otvor 25-34x30-38cm, sa pojačanjem  
1x prekrivka za stol 140-152x190cm.

*Redni broj 4. SET ZA TUR*

1x prekrivka za stol 150 x190 cm, upijajući dio 75x190 cm  
1x papirnati ručnik 18x 25 cm  
1x traka za fiksaciju 9x18 cm  
1x TUR prekrivka 175/270x180 cm, sa nogavicama i sa inkorporiranom vrećicom za tekućine, sa ispustom i mrežicom unutar vrećice i integriranom navlakom za prst

Izmijeniti u:

1x prekrivka za stol 150-152 x190 cm  
1x papirnati ručnik 18-34x 25-36 cm  
1x traka za fiksaciju 9x18-50 cm  
1x TUR prekrivka 160-175/235-270x180-191 cm, sa nogavicama i sa inkorporiranom vrećicom za tekućine, sa ispustom i mrežicom unutar vrećice i integriranom navlakom za prst.

*Redni broj 5.*

Navlaka za Mayo stolić 79x145cm, 65x85cm upijajući dio

Izmijeniti u:

Navlaka za Mayo stolić 79-80x142-145cm, 55-65x85-88cm upijajući dio

*Redni broj 6.*

Prekrivka 50x60cm sa ljepljivim otvorom 6x8cm

Izmijeniti u:

Prekrivka 50-60x60-80cm sa ljepljivim otvorom 6-8x8cm

*Redni broj 7.*

Prekrivka 75x90 cm sa ljepljivim otvorom 7 cm

Izmijeniti u:

Prekrivka 75x90 cm sa ljepljivim otvorom 7-10 cm

*Redni broj 8.*

Navlaka za kameru 14x250 cm perforirana

Izmijeniti u:

Navlaka za kameru 13-14x240-250 cm perforirana

*Redni broj 9.*

„Aktivna samozagrijavajuća dekica za utopljavanje pacijenta dim. 92x152 cm, sa 12 aktivnih, grijaćih jastučića dimenzija 13x10cm integriranih u džepove gornjeg sloja prekrivke. Slojevi i džepovi su ušiveni zajedno s nitima od poliestera / pamuka.

Jastučići za zagrijavanje sastoje se od zračnih propusnih vrećica koje sadrže aktivni ugljen, glinu, sol, vodu i željezni prah. Jastučići se aktiviraju u kontaktu sa zrakom i griju do 10 sati. Upakirana u vakum nepropusnu polimernu vrećicu. Polimerne vrećice su omotane u zaštitni omot sa mjehurićima i upakirane u transportno pakiranje od 10kom."

Molimo proizvod izdvojiti u posebnu grupu jer je izrazito specifičan i odgovara opisu samo jednog proizvođača te bi se na taj način onemogućilo drugim ponuditeljima javljanje na navedenu grupu.

*Redni broj 10.*

Kirurški ogrtač, sterilan, UNIVERSAL HP, veličina M, L, L-L, XL, XL-L, XXL-L, u dužini od 119 do 167cm.

Izmijeniti u:

S obzirom da različiti proizvođači koriste različite mjerne oznake, označiti traženo i dužinom.

Kirurški ogrtač, sterilan, UNIVERSAL, veličina M-120 cm, L-130cm, L-L-140cm, XL-150cm, XL-L-160cm, XXL-L-170cm

*Redni broj 12.*

OP traka 9x49 cm, ljepljiva, od netkanog poliestera min.40gr/m2, sterilna

Izmijeniti u:

OP traka 9-10x49-50 cm, ljepljiva, od netkanog poliestera min.40gr/m2, sterilna

*Redni broj 13.*

Jednokratno odijelce, Bluza, Unisoft® materijal koji pruža dodatnu udobnost i mekoću, moderan dizajn i ergonomski dizajnirane džepove. Veliki raspon veličina od XS do XXXXL, s posebno pakiranom bluzom i hlačama kako bi se omogućio individualni odabir veličina.

Izmjena i pojašnjenje:

Molim pojašnjenje opisa, na početku se navodi bluza, a u nastavku se traži posebno pakirana bluza i hlače.

Veličine molimo staviti do veličine max 3XL.

*Redni broj 14.*

Jednokratno odijelce, Hlače, Unisoft® materijal koji pruža dodatnu udobnost i mekoću, moderan dizajn i ergonomski dizajnirane džepove. Veliki raspon veličina od XS do XXXXL, s posebno pakiranom bluzom i hlačama kako bi se omogućio individualni odabir veličina.

Izmjena i pojašnjenje:

Molim pojašnjenje opisa, na početku se navodi hlače, a u nastavku se traži posebno pakirana bluza i hlače.

Veličine molimo staviti do veličine max 3XL.

Zaključno:

Nastavno navedeno, a u svrhu transparentnije mogućnosti nuđenja navedenih proizvoda, te iz činjenice da navedene promjene u potpunosti zadovoljavaju standardne dimenzije više renomiranih proizvođača i iste ničim ne mijenjaju kvalitetu i sigurnost kirurškog osoblja i pacijenta izvođenju operacijskog zahvata, molim Vas da uvažite naše prijedloge.

➤ Odgovor:

Naručitelj djelomično prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi.

- **Prihvaća se prijedlog da se stavka pod rednim brojem 9** izdvoji u posebnu grupu. Naručitelj izdvaja proizvod „samozagrijavajuća dekica“ u grupu L.

- Naručitelj **djelomično prihvaća prijedlog za izmjenom opisa proizvoda pod rednim brojem 13:**

„Jednokratno odijelce, Bluza, materijal koji pruža dodatnu udobnost i mekoću, moderan dizajn i ergonomski dizajnirane džepove. Veliki raspon veličina od XS do XXXXL.

Ne prihvaća se prijedlog da se ograniče veličine maksimalno do 3XL.

- Naručitelj **djelomično prihvaća prijedlog za izmjenom opisa proizvoda pod rednim brojem 14:**

„Jednokratno odijelce, Hlače, materijal koji pruža dodatnu udobnost i mekoću, moderan dizajn i ergonomski dizajnirane džepove. Veliki raspon veličina od XS do XXXXL“

Ne prihvaća se prijedlog da se ograniče veličine maksimalno do 3XL.

**Naručitelj ne prihvaća prijedlog za izmjenama opisa proizvoda koji su traženi u Grupi S za stavke pod rednim brojem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12.**

Izvješće o prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata, naručitelj će objaviti na istim internet stranicama.

Nakon završenog prethodnog savjetovanja Naručitelj će objaviti Obavijest o nadmetanju i Dokumentaciju o nabavi u EOJN-u te započeti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu *urološkog potrošnog materijala*, evidencijski broj nabave: VV-19/24.

S poštovanjem,

**Voditelj Službe za poslove nabave:**  
Boris Flegar, dipl.oec.