

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:
Boris Flegar, dipl.oec.
Josipa Huttlera 4

31000 Osijek, Hrvatska

Tel: 031/511-111

E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK

Department of Supply

Head of Department
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)
Josipa Huttlera 4

31000 Osijek, Hrvatska

Phone: +385 31 511 111

E-mail: boris.flegar@gmail.com

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM

SUBJEKTIMA

Urbroj: R6 -9042/20
U Osijeku, 29.07. 2020.

PREDMET: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu: **JEDNOKRATNE MEDICINSKO-KIRURŠKE MASKE**, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-20/32
- dostavlja se!

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) i sukladno odredbama članka 8. i 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, br. 101/2017, u daljnjem tekstu: Pravilnik), javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek je dana 16. srpnja 2020.g. objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za nabavu jednokratnih medicinsko-kirurških maski. Naručitelj je objavio nacrt Dokumentacije o nabavi i troškovnike (tehničku specifikaciju) s opisom predmeta nabave i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul *Prethodna savjetovanja* te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 22. srpnja 2020.g. Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave četiri (4) zainteresirana gospodarska subjekta. U nastavku iznosimo prijedloge i primjedbe gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

I. GOSPODARSKI SUBJEKT

S obzirom da je u opisu navedeno da se traži troslojna kirurška maska za lice molimo pojašnjenje.

Naime, za medicinske ustanove je minimalno treba tražiti maska EN 14683 Type II ili IIR.

Type II i IIR nude postotak filtracije (BFE) veći od 98% dok IIR imaju zaštitu i od prskanja.

Predlažemo da se opis maski izmjeni u:

Grupa 1.

Stavka 1- Maska kirurška za 1 x up. na gumicu, troslojna, sa žicom na nosu, EN 14683TYPE IIR.

Smatramo da je u ovoj situaciji potrebno omogućiti zdravstvenom osoblju i svim korisnicima usluga u našim bolnicama najbolju moguću zaštitu te stoga molimo da uvažite naš prijedlog.

Odgovor Naručitelja

Prihvća se prijedlog gospodarskog subjekta te Naručitelj mijenja stavku 1.1. troškovnika koja sada glasi „Maska kirurška za 1 x up. na gumicu, troslojna, sa žicom na nosu, TYPE IIR“ .

II. GOSPODARSKI SUBJEKT

Dokumentacijom o nabavi, točnije unutar prijedloga ugovora dokumentacije o nabavi predložen je čl. 6. Ugovora u kojem je dodana rečenica koja glasi:

„Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da Izvođač/pružatelj/izvršitelj/isporučitelj neće moći svoje potraživanje prema Naručitelju prenijeti na drugoga bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.“

S obzirom na prijedlog Ugovora, te navedenog članka molimo Vas da sukladno odredbi čl. 200.st.6. ZJN 2016 izmijenite dokumentaciju o nabavi na način da iz čl. 6. prijedloga Ugovora izostavite citiranu rečenicu. Razlozi za navedeno proizlaze iz odredbi čl. 218 ZJN 2016, te čl. 285 ZJN 2016.

Čl. 218 ZJN 2016 propisano je da Javni naručitelj može odrediti posebne uvjete vezane uz izvršenje ugovora, pod uvjetom da su oni povezani s predmetom nabave u smislu čl. 285.st. 2 Zakona.

Članak 285 ZJN 2016 propisuje da kriteriji za odabir ponude ne smiju biti diskriminirajući, moraju biti povezani s predmetom nabave te moraju omogućiti učinkovito nadmetanje. Stavak 2. istog članka propisuje da se smatra da su kriteriji za odabir ponude povezani s predmetom nabave ako se odnose na radove, robu ili usluge koje će se pružati u okviru tog ugovora u bilo kojem pogledu i u bilo kojoj fazi njihova životnog vijeka, uključujući čimbenike kako je navedeno u st. 2. čl. 285 ZJN.

Navedena rečenica čl. 6. prijedloga Ugovora nije ni na koji način povezana uz izvršenje ugovora, a niti je povezana s predmetom nabave na način kako to opisuje čl. 285 ZJN. Predloženi uvjet je ograničavajući za ponuditelja, te stvara nejednaku ekonomsku ravnotežu između stranka koja nema objektivnog uporišta ni opravdanja ni u pogledu obveze vezanih uz izvršenje ugovora ni predmeta nabave.

Iz navedenih razloga, a uzevši u obzir da uvjeti postavljeni unutar prijedloga Ugovora iz dokumentacije o nabavi ne slijedi uvjete propisane samom dokumentacijom o nabavi, te da isti nije ni na koji način povezan s predmetom nabave, predlažemo Vam ispravak dokumentacije o nabavi na način da iz prijedloga ugovora članak 6. izostavite: „Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da izvođač/pružatelj/izvršitelj/isporučitelj neće moći svoje potraživanje prema Naručitelju prenijeti na drugoga bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.“

Odgovor Naručitelja

Prihvća se prijedlog gospodarskog subjekta te Naručitelj iz prijedloga Ugovora čl.6. briše rečenicu „Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da Izvođač/pružatelj/izvršitelj/isporučitelj neće moći svoje potraživanje prema Naručitelju prenijeti na drugoga bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja.“

III. GOSPODARSKI SUBJEKT

Poštovani,

kako bi više gospodarskih subjekata moglo ostvariti ekonomski interes u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti predlažem promjene sljedećih stavaka:

- stavka **1.2.** Troškovnika: Materijal: 65 -100 % netkani (eng. *non-woven*) materijal, a preostalo od eng. *meltblown* materijala ili jednakovrijedno;
- stavka **1.5.** Troškovnika: Boja: plava ili zelena ili bijela;
- stavka **4.2.1.** Dokumentacije o nabavi: da se popis isporučene robe ne odnosi samo na zaštitnu, već i na laboratorijsku te medicinsku opremu. Poslovanje gospodarskih subjekata prilagođava se potrebama tržišta, gdje se veća potreba za zaštitnom opremom ukazala tek ove godine.

Odgovor Naručitelja

Stavka 1.2. troškovnika

Javni naručitelj jasno je propisao minimalne tehničke karakteristike temeljem svojih potreba te se navedeni zahtjev odbija.

Stavka 1.5. troškovnika

Prihvća se prijedlog gospodarskog subjekta te Naručitelj mijenja stavku 1.5. troškovnika koja sada glasi „Boja: plava ili bijela ili zelena“.

Stavka 4.2.1. dokumentacije o nabavi

Javni naručitelj je u nacrtu dokumentacije, točka 4.2.1. propisao kako se u popisu glavnih isporuka robe navode isporuke istog ili sličnog predmeta nabave, vrijednost robe, datum te naziv druge ugovorne strane. Sličan predmet nabave odnosi se i na isporuku laboratorijske i medicinske opreme.

IV. GOSPODARSKI SUBJEKT

Obzirom da su predmetom nabave medicinsko-kirurške maske molimo Vas pojašnjenje da li ponuđene maske moraju zadovoljiti normu EN 14683:2019 + AC:2009 (HRN EN 14683:2020) koja propisuje kvalitetu i načine testiranja medicinskih maski.

Dodatno, molimo Vas pojašnjenje koju vrstu maskica je potrebno ponuditi obzirom da se one prema navedenoj normi dijele na Tip I, Tip II i Tip IIR i različite su po svojim karakteristikama i namjeni.

Također, da li je u svrhu dokazivanja kvalitete potrebno dostaviti rezultate testiranja jednog od akreditiranih laboratorija na području EU?

Pojašnjenje:

Medicinske maske su medicinski proizvod te se kolokvijalno dijele na medicinske i kirurške s time da se maske Tip I općenito nazivaju medicinskim dok se maske Tip II, pogotovo Tip IIR nazivaju kirurškim.

Sukladno navedenoj normi, Tip I maskice se ne bi trebalo koristiti od strane profesionalnih medicinskih djelatnika, pogotovo u operacijskoj sali ili tome sličnom okruženju.

Popis akreditiranih laboratorija nalazi se na sljedećim poveznicama

<https://akreditacija.hr/obavijest-ea-akreditirani-laboratoriji-za-testiranje-maski-za-lice/>

<https://akreditacija.hr/wp-content/uploads/2020/04/EA-Communication-coronavirus-outbreak-and-face-mask-testing-26March2020.pdf>

Navedena norma zbog COVID-19 krize privremeno je besplatno dostupna na sljedećoj poveznici

<https://www.hzn.hr/default.aspx?id=1875>

Odgovor Naručitelja

Ponuđene maske moraju zadovoljiti normu EN 14683:2019 + AC:2009 (HRN EN 14683:2020) koja propisuje kvalitetu i načine testiranja medicinskih maski.

U svrhu dokazivanja kvalitete naručitelj zahtijeva prilaganje potvrda neovisnih tijela kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama osiguranja kvalitete.

Javni naručitelj nakon savjetovanja s gospodarskim subjektima mijenja stavku 1.1. troškovnika koja sada glasi „Maska kirurška za 1 x up. na gumicu, troslojna, sa žicom na nosu, TYPE IIR“ .

Naručitelj ima namjeru pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od jedne (1) godine s odabranim ponuditeljem za svaku grupu predmeta nabave za nabavu *JEDNOKRATNE MEDICINSKO-KIRURŠKE MASKE*, evidencijski broj nabave: VV-20/32.

Izvešće o prethodnom savjetovanju objavljuje se na istim internetskim stranicama.

S poštovanjem,

Voditelj Službe za poslove nabave:

Boris Flegar, dipl.oec.