

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**

Služba za poslove nabave  
Voditelj Službe:  
Boris Flegar, dipl.oec.  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Tel: 031/511-111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK**

Department of Supply  
Head of Department  
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Phone: +385 31 511 111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM  
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6 -1360-1/2020.  
U Osijeku, 31. siječnja 2020.g.

**PREDMET:** Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave **NEUROKIRURŠKI OPERACIJSKI MIKROSKOP** za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek  
Evidencijski broj nabave: VV-20/2.

**- ISPRAVAK DOKUMENTACIJE O NABAVI !**  
**- dostavlja se obavijest!**

Poštovani,

Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj, objavio je dana 28. siječnja 2020. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak nabave *Neurokirurškog operacijskog mikroskopa* u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul *Prethodna savjetovanja*, te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/> . Objavljeni su nacrt Dokumentacije o nabavi, tehnička specifikaciju i troškovnik za nabavu jednog (1 komad) neurokirurškog operacijskog mikroskopa.

Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte u ovom postupku javne nabave da je Naručitelj **izmijenio Dokumentaciju o nabavi** u dijelu točke:

**1) 6.6.1. Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti, b) Dodatna komponenta opreme**

R.B.	Dodatna komponenta opreme	Broj bodova
1.	Neovisni sustav finog fokusiranja kod suprotnog (licem u lice) asistenta	5
2.	Ručke mikroskopa se mogu okretati za 360 °, programirati za podešavanje svih parametara mikroskopa (npr. fokus, povećanje, intenzitet svjetla, video snimanje) pritiskom na tipku	5
<b>UKUPAN BROJ BODOVA</b>		<b>10</b>

**2) 1. PRILOG: TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE**

**Briše se tražena minimalna karakteristika:**

<b>30.</b>	<del>Mikroskop mora imati fluorescentni modul 560 nm</del>
------------	--

- 3) Sukladno učinjenim izmjenama teksta u točki Dokumentacije 6.6.1. Opis kriterija i način utvrđivanja bodovne vrijednosti, b) Dodatna komponenta opreme, mijenja se tekst tablice u dijelu Dokumentacije o nabavi **2. PRILOG: DODATNA KOMPONENTA OPREME**

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da najkasnije do **04. veljače 2020. godine**, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN-a RH dostavi Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Naručitelj će razmotriti sve zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izraditi izvješće. Izvješće o prethodnom savjetovanju, o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj će objaviti na istim internetskim stranicama.

S poštovanjem,

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Služba za poslove nabave