

**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**  
Služba za poslove nabave  
Voditelj Službe:  
Boris Flegar, dipl.oec.  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Tel: 031/511-111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com



**UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK**  
Department of Supply  
Head of Department  
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Phone: +385 31 511 111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com

## SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Urbroj: R6 – 13842/2021  
Osijek, 13. listopada 2021.

**PREDMET:** Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: **MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – ZAŠTITNE MASKE**, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-21/30  
- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima!

Poštovani,

sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/2016., u dalnjem tekstu: ZJN 2016), te članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 101/2017, dalje u tekstu: Pravilnik) Klinički bolnički centar Osijek (u dalnjem tekstu: Naručitelj) dana 23. rujna 2021.g. objavio je Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti: *Medicinski potrošni materijal – zaštitne maske*, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-21/30,. Predmet nabave podijeljen je u 6 (šest) grupe. Prethodno savjetovanje bilo je otvoreno do 30. rujna 2021. godine, do kada su Naručitelju 4 (četiri) zainteresirana gospodarska subjekta dostavila zahtjev s primjedbama i prijedlozima za izmjenu objavljenog nacrta dokumentacije o nabavi. U nastavku citiramo zahtjeve gospodarskih subjekata i dajemo odgovore na iste:

### 1. zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Poštovani,

ovim putem želimo uputiti na izmjene i dopune dokumentacije i troškovnika za gore navedeno nadmetanje, a sve na osnovu prethodnog savjetovanja:

Izmjene u troškovnicima:

**Grupa 6 :**

Zbog dodatne kvalitete samoga proizvoda i lakšeg rada osoblja, predlažemo promjenu specifikacije na način:

„Maske zaštitne FFP2 bez ventila, filterske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filterske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filterske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika ili elastične vezice oko uha koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi. „Anti fog“ spužvicu na nosnom dijelu zbog boljeg prijanjanja i izbjegavanja zamagljivanja naočala.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvata prijedlog izmjene DoN-a.

## 2. zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

„Poštovani,

kao zainteresirani gospodarski subjekt, dostavljamo Vam prijedlog za izmjenom dokumentacije o nabavi u postupku savjetovanja "MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL – ZAŠTITNE MASKE", ev. broj: VV-21/31, kako slijedi:

### 1. Izmjena i nadopuna tehničke specifikacije za predmet nabave u Grupi 1:

<b>Troškovnikom u Grupi 1 definirano je:</b>	<b>Prijedlog novog opisa:</b>
Maske zaštitne FFP3 s ventilom, kao 3M ili jednakovrijedno, filterske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filterske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filterske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle	Maske zaštitne FFP3 <b>NR D</b> s ventilom, kao 3M ili jednakovrijedno, filterske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filterske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filterske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite

<p>osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika <del>i elastične vezice oko uha</del> koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi.</p>	<p>trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi.</p>
---	---

### **Obrazloženje:**

Oznaka slovom „D“ označava da maske uspješno prolaze test dolomitne prašine protiv začepljenja. Gotovo svi renomirani proizvođači vrše takvo testiranje kako bi se maska mogla dugotrajno koristiti bez preranog začepljivanja filterskog materijala. Također isti se zahtjev traži i u grupama 2. i 5.

Elastične vezice oko uha kontradiktorne su normi EN 149:2001+A1:2009 iz razloga što se vezicama oko uha ne može postići dovoljna vučna sila koja bi osigurala odgovarajuće brtvljenje maske na licu korisnika i omogućila prolazak maske na testu prijanjanja (Fit test).

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvata prijedlog izmjene DoN-a.

## 2. Izmjena i nadopuna tehničke specifikacije za predmet nabave u Grupi 3

<b>Troškovnikom u Grupi 3 definirano je:</b>	<b>Prijedlog novog opisa:</b>
<p>Maske zaštitne FFP3 bez ventila, kao 3M ili jednakovrijedno, filterske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filterske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filterske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje</p>	<p>Maske zaštitne FFP3 <b>NR D</b> bez ventila, kao 3M ili jednakovrijedno, filterske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filterske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filterske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje</p>

<p>stranice maske uz lice korisnika ili elastične vezice oko uha koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi.</p>	<p>stranice maske uz lice koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi.</p>
---	--

### **Obrazloženje:**

Oznaka slovom „D“ označava da maske uspješno prolaze test dolomitne prašine protiv začepljenja. Gotovo svi renomirani proizvođači vrše takvo testiranje kako bi se maska mogla dugotrajno koristiti bez prernog začepljivanja filtarskog materijala. Također isti se zahtjev traži i u grupama 2. i 5.

Elastične vezice oko uha kontradiktorne su normi EN 149:2001+A1:2009 iz razloga što se vezicama oko uha ne može postići dovoljna vučna sila koja bi osigurala odgovarajuće brtvljenje maske na licu korisnika i omogućila prolazak maske na testu prijanjanja (Fit test).

#### ➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvata prijedlog izmjene DoN-a.

### 3. Izmjena i nadopuna tehničke specifikacije za predmet nabave u Grupi 4

<b>Troškovnikom u Grupi 4 definirano je:</b>	<b>Prijedlog novog opisa:</b>
<p>Maske zaštitne FFP2 s ventilom, filtarske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filtarske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filtarske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika ili elastične vezice oko uha koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se</p>	<p>Maske zaštitne FFP3 NR D s ventilom, filtarske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filtarske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filtarske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora</p>

oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi.	zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi.
--	--

### **Obrazloženje:**

Oznaka slovom „D“ označava da maske uspješno prolaze test dolomitne prašine protiv začepljenja. Gotovo svi renomirani proizvođači vrše takvo testiranje kako bi se maska mogla dugotrajno koristiti bez prernog začepljivanja filtarskog materijala. Također isti se zahtjev traži i u grupama 2. i 5.

Elastične vezice oko uha kontradiktorne su normi EN 149:2001+A1:2009 iz razloga što se vezicama oko uha ne može postići dovoljna vučna sila koja bi osigurala odgovarajuće brtvljene maske na licu korisnika i omogućila prolazak maske na testu prijanjanja (Fit test).

#### ➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj djelomično prihvata prijedlog za izmjenom DoN-a, na način da se ne mijenja opis maske „FFP2“, upisuje se „Maske zaštitne FFP3 NR D s ventilom...“ i briše se dio „ili elastične vezice oko uha“

### 4. Izmjena i nadopuna tehničke specifikacije za predmet nabave u Grupi 6

<b>Troškovnikom u Grupi 6 definirano je:</b>	<b>Prijedlog novo opisa:</b>
<p>Maske zaštitne FFP2 bez ventila, filtarske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filtarske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja.</p> <p>Sve filtarske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika <del>ili elastične vezice oko uha</del> koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi.</p>	<p>Maske zaštitne FFP2 <b>NR D</b> bez ventila, filtarske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filtarske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja.</p> <p>Sve filtarske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi.</p>

## **Obrazloženje:**

Oznaka slovom „D“ označava da maske uspješno prolaze test dolomitne prašine protiv začepljenja. Gotovo svi renomirani proizvođači vrše takvo testiranje kako bi se maska mogla dugotrajno koristiti bez prernog začepljivanja filterskog materijala. Također isti se zahtjev traži i u grupama 2. i 5.

Elastične vezice oko uha kontradiktorne su normi EN 149:2001+A1:2009 iz razloga što se vezicama oko uha ne može postići dovoljna vučna sila koja bi osigurala odgovarajuće brtvljenje maske na licu korisnika i omogućila prolazak maske na testu prianjanja (Fit test).

### ➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvata prijedlog izmjene DoN-a.

Molimo vidjeti i ranije usvojeni prijedlog izmjene!

## **3. zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta**

„Poštovani,

molimo Vas sljedeće izmjene opisa predmeta nabave:

Grupa 1.

molimo Vas da iz opisa stavke koja glasi: „*Maske zaštitne FFP3 s ventilom, kao 3M ili jednakovrijedno, filterske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filterske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filterske polumaske moraju biti u skladu sa sljedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika ili elastične vezice oko uha koje osiguravaju učinkovito prianjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi.*“ izbacite dio teksta: „*trake/vezice se moraju moći podešavati*“ i uvrstite da navedena roba mora biti u skladu s normom EN 149:2001+A1:2009 ili jednakovrijedno“.

Predlažemo da opis robe glasi:

„Maske zaštitne FFP3 s ventilom, kao 3M ili jednakovrijedno, filterske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filterske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filterske polumaske moraju biti u skladu sa sljedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika ili elastične vezice oko uha koje osiguravaju učinkovito prianjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi, sukladno normi EN 149:2001+A1:2009 ili jednakovrijedno“

### ➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvata prijedlog za izmjenom, s napomenom da je u Dokumentaciji o nabavi, u točki 4.3. Norme osiguranja kvalitete propisao zahtjev da sve ponuđene maske moraju

posjedovati normu EN 149:2001+A1:2009 ili jednakovrijedno rješenje, te dokazati da proizvođač maski posjeduje normu ISO 9001:2008 – sustav upravljanja kvalitetom.  
Molimo vidjeti i ranije usvojeni prijedlog izmjene!

## 2. „Grupa 3:

molimo Vas da iz opisa stavke koji glasi: „*Maske zaštitne FFP3 bez ventila, kao 3M ili jednakovrijedno, filterske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filterske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filterske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika ili elastične vezice oko uha koje osiguravaju učinkovito prianjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi.*“ izbacite dio teksta: „trake/vezice se moraju moći podešavati“ i uvrstite da navedena roba mora biti u skladu s normom EN 149:2001+A1:2009 ili jednakovrijedno“.

Predlažemo da opis robe glasi:

„*Maske zaštitne FFP3 bez ventila, kao 3M ili jednakovrijedno, filterske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filterske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filterske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika ili elastične vezice oko uha koje osiguravaju učinkovito prianjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi; sukladno normi EN 149:2001+A1:2009 ili jednakovrijedno*“

### ➤ Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prihvata prijedlog za izmjenom, s napomenom da je u Dokumentaciji o nabavi, u točki 4.3. Norme osiguranja kvalitete propisao zahtjev da sve ponuđene maske moraju posjedovati normu EN 149:2001+A1:2009 ili jednakovrijedno rješenje, te dokazati da proizvođač maski posjeduje normu ISO 9001:2008 – sustav upravljanja kvalitetom.  
Molimo vidjeti i ranije usvojeni prijedlog izmjene!

## 3. „Grupa 4:

molimo Vas da iz opisa stavke koji glasi: „*Maske zaštitne FFP2 s ventilom, filterske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filterske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filterske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle*

*osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika ili elastične vezice oko uha koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi.“ izbacite dio teksta: „trake/vezice se moraju moći podešavati“ i uvrstite da navedena roba mora biti u skladu s normom EN 149:2001+A1:2009 ili jednakovrijedno“.*

Predlažemo da opis robe glasi:

Maske zaštitne FFP2 s ventilom, filtarske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filtarske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filtarske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika ili elastične vezice oko uha koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi, sukladno normi EN 149:2001+A1:2009 ili jednakovrijedno.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvata prijedlog za izmjenom, s napomenom da je u Dokumentaciji o nabavi, u točki 4.3. Norme osiguranja kvalitete propisao zahtjev da sve ponuđene maske moraju posjedovati normu EN 149:2001+A1:2009 ili jednakovrijedno rješenje, te dokazati da proizvođač maski posjeduje normu ISO 9001:2008 – sustav upravljanja kvalitetom.

Molimo vidjeti i ranije usvojeni prijedlog izmjene!

4. „Grupa 6:

molimo Vas da iz opisa stavke koji glasi: „*Maske zaštitne FFP2 bez ventila, filtarske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filtarske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filtarske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; trake/vezice se moraju moći podešavati; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika ili elastične vezice oko uha koje osiguravaju učinkovito prijanjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi.“ izbacite dio teksta: „trake/vezice se moraju moći podešavati“ i uvrstite da navedena roba mora biti u skladu s normom EN 149:2001+A1:2009 ili jednakovrijedno“*

Predlažemo da opis robe glasi:

„*Maske zaštitne FFP2 bez ventila, filtarske polumaske su zaštitne naprave za disanje koje štite od čestica na način da pokrivaju nos, usta i bradu. Maska mora biti dizajnirana tako da osigura odgovarajuće brtvljenje na licu korisnika protiv ambijentalne atmosfere, kada je koža suha ili vlažna i kada je glava pomaknuta. Filtarske maske moraju biti klasificirane prema njihovoj učinkovitosti filtriranja i njihovog*

maksimalnog ukupnog unutarnjeg propuštanja. Sve filterske polumaske moraju biti u skladu sa slijedećim karakteristikama: maske moraju biti jednokratne; kalup mora biti u obliku kljuna ili jednakovrijedno, ravnih presavijenih ili stožastih stilova; moraju imati cjelovite trake/vezice dovoljno duge da mogu obujmiti glavu odrasle osobe dok nosi kiruršku kapu; gornja vezica mora sjediti uz tjeme glave; donja vezica mora biti postavljena tako da omogućava postavljanje iza vrata i držanje stranice maske uz lice korisnika ili elastične vezice oko uha koje osiguravaju učinkovito prianjanje maske uz lice; traka za nos mora se deformirati kada se pritisne kako bi se oblikovala preko nosa i obraza i mora zadržati oblik s vremenom; nosni pojas ne smije se pokidati ili puknuti kada se prilagodi, sukladno normi EN 149:2001+A1:2009 ili jednakovrijedno.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvata prijedlog za izmjenom, s napomenom da je u Dokumentaciji o nabavi, u točki 4.3. Norme osiguranja kvalitete propisao zahtjev da sve ponuđene maske moraju posjedovati normu EN 149:2001+A1:2009 ili jednakovrijedno rješenje, te dokazati da proizvođač maski posjeduje normu ISO 9001:2008 – sustav upravljanja kvalitetom.

Molimo vidjeti i ranije usvojeni prijedlog izmjene!

#### 4. zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

1. „Poštovani,

Kao zainteresirani Ponuditelj u postupku javne nabave ev.br. VV-21/30, predmet nabave:

Medicinski potrošni materijal-zaštitne maske za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijeka molimo **izmjenu u grupi 2. opisa stavke kako sljedi:**

Zaštitna maska FFP3 NR D s ventilom, EN 149:2001+A1:2009, PPE (EU) 2016/425, za jednokratnu upotrebu; materijal: filter materijal izrađen od polipropilena, dvije elastične trake za pričvršćenje oko glave i izdisajni ventil izrađeni od polipropilena; svi korišteni materijali ne sadrže nadražujuće tvari. Zaštitna maska ima anatomske oblike kojim se prilagođava licu korisnika, nosnu sponu koja se prilagođava obliku nosa i na unutarnjoj strani pjena za povećanu zaštitu i udobnost. Oblik maske 2-dijelna maska, elastične trake za bolje pozicioniranje, oznaka D da je prošla dodatni test na dolomitnu prašinu, težina maske maksimalno do 17 g.

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvata prijedlog za izmjenom tehničke specifikacije predmeta nabave u grupi 2.

2. „**Izmjenu u grupi 5. opisa stavke kako slijedi:**

Zaštitna maska FFP2 NR D s ventilom, EN 149:2001+A1:2009, PPE (EU) 2016/425, za jednokratnu upotrebu; materijal: izrađen od polipropilena, dvije elastične trake za pričvršćenje oko glave i izdisajni ventil izrađeni od polipropilena; svi korišteni materijali ne sadrže nadražujuće tvari. Zaštitna maska ima anatomske oblike kojim se prilagođava licu korisnika, nosnu sponu koja se prilagođava obliku nosa i na unutarnjoj strani pjena za povećanu zaštitu i udobnost. Oblik maske 2-dijelna maska, elastične trake za bolje pozicioniranje, oznaka D da je prošla dodatni test na dolomitnu prašinu, težina maske maksimalno do 17 g.“

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj prihvata prijedlog za izmjenom tehničke specifikacije predmeta nabave u grupi 5.

Naručitelj je prihvatio sve prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi u dijelu opisa tehničkih specifikacija predmeta nabave.

Po objavi ovog Izvješća Naručitelj će pokrenuti otvoreni postupak javne nabave medicinskog potrošnog materijala – zaštitne maske, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, pod evidencijskim brojem nabave: VV-21/30. Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.659.750,00 kn bez PDV-a. Predmet nabave je podijeljen u šest (6) grupa predmeta nabave sukladno članku 204. stavku 1. ZJN 2016.

S poštovanjem,

Klinički bolnički centar Osijek

Služba za poslove nabave