

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:

Boris Flegar, dipl.oec.

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek, Hrvatska

Tel: 031/511-111

E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK

Department of Supply

Head of Department

Boris Flegar, B.Sc (Econ.)

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek, Hrvatska

Phone: +385 31 511 111

E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6 – 12291-1/2021

Osijek, 06. listopada 2021.

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave:
ELEKTROSTIMULATORI SRCA, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek,
Evidencijski broj nabave: VV-21/4
- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima!

Poštovani,

sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/2016., u daljnjem tekstu: ZJN 2016), te članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 101/2017, dalje u tekstu: Pravilnik) Klinički bolnički centar Osijek (u daljnjem tekstu: Naručitelj) objavio je dana 14. rujna 2021.g. Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave elektrostimulatora srca. Predmet nabave podijeljen je u 3 (tri) grupe.

Prethodno savjetovanje je bilo otvoreno do 21. rujna 2021. godine, do kada je Naručitelj zaprimio jedan (1) zahtjev gospodarskog subjekta s primjedbama i prijedlozima za izmjenom dokumentacije o nabavi. U nastavku isti citiramo:

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Poštovani,

Ljubazno Vas molimo da u Grupi A brišete stavku 8.4. pripadajuća bipolarna LV elektroda, jer ju više nemamo u proizvodnom programu.

Također Vas molimo da dodate naše nove proizvode u svrhu napretka kod izvođenja zahvata i kasnijeg liječenja kako slijedi:

12.	SUSTAV ZA STIMULACIJU HIS SNOVA			
12.1.	DDDR - ATRIO-VENTRIKULSKI FREKVENCIJSKI ADAPTABILNI ELEKTROSTIMULATOR SRCA + DVA SENZORA: AKCELEROMETAR I STIMULACIJA ZATVORENE PETLJE KOJA OMOGUĆAVA AUTOMATSKO PODEŠAVANJE FREKVENCIJE NA TEMELJU PROMJENE KARDIJALNE KONTRAKTILNOSTI + AUTOMATSKO PODEŠAVANJE NAPONA STIMULACIJE ATRIJIA I VENTRIKLA OVISNO O IZMJERENOM PRAGU PODRAŽAJA + ANALIZA USPJEŠNOSTI STIMULACIJE VENTRIKLA „BEAT-BY-BEAT“ + PODEŠAVANJE AV INTERVALA U RASPONU OD 20ms DO 350 ms U KORACIMA OD 5ms ILI MANJE + TREND OTPORA ELEKTRODA I PRAGA PODRAŽAJA KROZ VRIJEME + SNIMANJE I MEMORIRANJE INTRAKARDIJALNOG ELEKTROGRAMA ZA BRZE ATRIJSKE I VENTRIKULSKE EPIZODE U UKUPNOM TRAJANJU OD MINIMALNO 30s S MOGUĆNOŠĆU SNIMANJA PRIJE POČETKA SAMOG DOGAĐAJA + VREMENSKO PROGRAMIRANJE NOĆNE OSNOVNE FREKVENCIJE + AUTOMATSKO PREBACIVANJE S BIPOLARNE NA UNIPOLARNU STIMULACIJU U SLUČAJU ODSUPANJA OTPORA ELEKTRODE IZVAN ZADANIH VRIJEDNOSTI + AUTOMATSKO PREPOZNAVANJE TRENUTKA UGRADNJE I POLARITETA ELEKTRODE S AUTOMATSKIM REPROGRAMIRANJEM POLARITETA STIMULACIJE I OSJETLIVOSTI + MOGUĆNOST SIGURNE PRETRAGE MRI UREĐAJEM DO 3.0 Tesla + AUTOMATSKO PROGRAMIRANJE U MRI MODE POMOĆU UGRAĐENOG SENZORA KOJI DETEKTIRA MRI OKRUŽENJE + VOLUMEN UREĐAJA MAX. 11 cm ³ + TEŽINA UREĐAJA MAX. 24g + ŽIVOTNI VIJEK BATERIJE VIŠE OD 11 GODINA UZ STIMULACIJU ATRIJIA I VENTRIKLA 2.5 V/0.4 ms, 60 ppm, 500 Ω, 50% STIMULACIJE.	kom	1	
12.2.	PRIPADAJUĆA BIPOLARNA ATRIJSKA STEROIDNA VISOKOOTPORNIA ELEKTRODA S AKTIVNOM FIKSACIJOM. MOGUĆNOST UVODENJA KROZ UVODNICU OD 6F.	kom	1	

12.3.	PRIPADAJUĆA BIPOLARNA VENTRIKULSKA ELEKTRODA S AKTIVNOM FIKSACIJOM ZA IMPLANTACIJU NA MJESTO HIS SNOVA. STEROIDNI REZERVOAR SA MIN. 0,8mg DEKAMETAZON ACETATA (DXA). PROMJER ELEKTRODE MANJI OD 6F	kom	1	
12.4.	KATETER ZA UVODENJE ELEKTRODE I IMPLANTACIJU NA MJESTO HIS SNOVA SA ZAKRIVLJENIM DISTALNIM DIJELOM (MOGUĆNOST ODABIRA TRI RAZLIČITE KRIVULJE DISTALNOG DIJELA KATETERA I DVIJE RAZLIČITE DULJINE KATETERA) I INTEGRIRANOM HEMOSTATSKOM VALVULOM	kom	1	
12.5.	POMOĆNI SET ZA IMPLANTACIJU ELEKTRODE NA MJESTO HIS SNOVA KOJI SE SASTOJI OD: ŽICE VODILJE, ŠPRICE I NOŽIČA ZA REZANJE KATETERA	kom	1	

Zbog dodavanja novih proizvoda molimo da nam povećate limit grupe A sa predviđenih 405.000,00 kn na 420.000,00kn

➤ **ODGOVOR NARUČITELJA:**

Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog na način da se iz troškovnika i tehničke specifikacije predmeta nabave za grupu A briše dosadašnja stavka 8. MRI CRTD KVADRIPOLARNI KARDIOVERTER DEFIBRILATOR SA PRODULJENIM VIJEKOM TRAJANJA BATERIJE (stavke od 8.1. do 8.6.). Umjesto istog u troškovnik se dodaje gore predloženi sustav za stimulaciju HIS snopa sa specifikacijom 5 artikala i predloženim okvirnim količinama.

Također Naručitelj ne prihvaća povećanje procijenjene vrijednosti nabave.

Ujedno, Naručitelj je revidirao troškovnik za grupu C predmeta nabave na način da je dodao nove artikle u troškovnik (stavka 15, 16. i 17.)

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Naručitelj ima namjeru započeti i objaviti otvoreni postupak javne nabave *elektrostimulatora srca*, evidencijski broj nabave: VV-21/4, sukladno uvjetima i odredbama definiranim u nacrtu Dokumentacije o nabavi. Postupak javne nabave velike vrijednosti podijeljen je u tri grupe predmeta nabave sukladno članku 204. ZJN 2016.

S poštovanjem,

Klinički bolnički centar Osijek
Služba za poslove nabave