

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Služba za poslove nabave
Voditelj Službe:
Boris Flegar, dipl.oec.
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Tel: 031/511-111
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK

Department of Supply
Head of Department
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Phone: +385 31 511 111
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6 – 8850-3/2022
Osijek, 31. kolovoza 2022.

PREDMET: Izvješće o ponovljenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: **Ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju i traumatologiju**, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-22/45
- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima!

Poštovani,

sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/2016., u daljnjem tekstu: ZJN 2016), te članku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine", broj 65/2017, 75/2020, dalje u tekstu: Pravilnik), Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek, OIB: 89819375646, (u daljnjem tekstu: Naručitelj), ponovio je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku pripreme provedbe postupka javne nabave velike vrijednosti: *Ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju i traumatologiju*, za potrebe KBC-a Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/45.

Ažurirani Nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnike sa specifikacijom predmeta nabave za ukupno 23 grupe predmeta nabave, opisom predmeta nabave i predviđenim (okvirnim) jednogodišnjim količinama, objavljeni su dana 08. kolovoza 2022. godine s u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul *Prethodna savjetovanja*, te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>

Naručitelj je pozvao zainteresirane gospodarske subjekte da do 16. kolovoza 2022. godine dostave Naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni. Tijekom postupka prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, ali je zaprimio upite zainteresiranih gospodarskih subjekata kako su prikazani u nastavku ovog Izvješća.

1. zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Poštovani,

Dana 08.07.2022. Klinički bolnički centar Osijek (dalje u tekstu: Naručitelj) objavio je dokumentaciju o nabavi za otvoreni postupak javne nabave za nabavu Ugradbenog i potrošnog materijala za ortopediju i traumatologiju. [REDACTED] kao gospodarski subjekt zainteresiran za sudjelovanje u otvorenom postupku javne nabave, ovim putem, upućuje Naručitelju zahtjev za izmjenom dokumentacije o nabavi kako slijedi:

Grupa 8

Molimo Vas za povećanje procijenjene vrijednosti Grupe 8 sa 518.000,00 kn bez PDV-a na 559.000,00 kn bez PDV-a. S obzirom da stanje na globalnom tržištu, te poskupljenje određenih sirovina neizbježno utječe i na naše formiranje cijena, primorani smo uskladiti cijenu nekih naših proizvoda s povećanim troškovima u proizvodnji i distribuciji.

➤ Odgovor Naručitelja:

Ne prihvaća se prijedlog za povećanjem procijenjene vrijednosti za grupu 8. Naručitelj je izvršio procjenu vrijednosti predmeta nabave sukladno osiguranim financijskim sredstvima i svojim potrebama.

2. zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Poštovani,

Sukladno pozivu za javno savjetovanje sa zainteresiranim poslovnim subjektima u postupku javne nabave: Ugradbeni i potrošni materijal za ortopediju i traumatologiju, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave : VV-22/45, slobodni smo izraziti interes za sudjelovanje u navedenom postupku javne nabave.

Kako bi se osiguralo ravnopravno nadmetanje za što više potencijalnih ponuditelja predlažemo promjenu natječajne dokumentacije odnosno troškovnika na način da se prihvate predložene izmjene.

Troškovnik:

1. GRUPA: CJELOVITO RJEŠENJE ZA STANDARDNU CEMENTNU I BECEMENTNU ENDOPROTEZU KUKA

Objavljeni troškovnik:

1. CJELOVITO RJEŠENJE ZA STANDARDNU CEMENTNU I BECEMENTNU ENDOPROTEZU KUKA

1.1 Trup standardni

- titanska legura presvučena u cijelosti hidroksiapatitom minimalne debljine 150 mikrona
- najmanje 12 veličina
- jednokomponentna opcija s ovratnikom i bez ovratnika za standardni trup
- strukturirana površina (proksimalno-horizontalne, distalno-vertikalne strukture)
- konus 12/14

1.2 Varizirajući trup

- titanska legura presvučena u cijelosti hidroksiapatitom minimalne debljine 150 mikrona

- najmanje 10 veličina
- jednokomponentna opcija s ovratnikom, kut između osovine trupa i vrata 125°
- strukturirana površina (proksimalno-horizontalne, distalno-vertikalne strukture)
- konus 12/14
- instrumentarij za ugradnju varizirajućeg trupa kompatibilan s instrumentarijem za ugradnju standardnog i lateralizirajućeg trupa totalne bescementne proteze kuka

1.3 Trup lateralizirani

- titanska legura presvučena u cijelosti hidroksiapatitom minimalne debljine 150 mikrona
- najmanje 10 veličina
- jednokomponentna opcija s ovratnikom i bez ovratnika za lateralizirani trup
- konus 12/14
- strukturirana površina (proksimalno-horizontalne, distalno-vertikalne strukture)

1.4 Produženi bescementni trup – standardni i lateralizirani

- titanska legura presvučena u cijelosti hidroksiapatitom minimalne debljine 150 mikrona
- produženi trup, jednokomponentni s ovratnikom, distalno dva proreza
- strukturirana površina (proksimalno-horizontalne, distalno-vertikalne strukture)
- najmanje 9 veličina standardne i najmanje 9 veličina lateralizirane varijante trupa
- konus 12/14

Prijedlog izmjene:

Opisi pod rednim brojevima 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 predstavljaju opise samo jednog dobavljača te ih i samo jedan dobavljač može zadovoljiti stoga tražimo da se navedene stavke opišu pod jednim rednim brojem kako slijedi.

- 1.1 – Trup proteze načinjen od titanske legure djelomično ili u cijelosti presvučen hidroksiapatitom ili plasmaporom. Veličine pora od 50-200 mikrona.
 - Konus 12/14.
 - Barem 4 različita oblika trupa npr: (standardni, varizirajući, lateralizirani, produženi trup ili S,H,SD,N tip trupa; naziv ovisan o proizvođaču.)
 - Sa ili bez ovratnika ili prirubnica u medijalnom dijelu proteze
 - Različite veličine trupa minimalno 11 veličina standardnog trupa
 - Kut između visine trupa i vrata od 125° do 135°
 - instrumentarij za ugradnju kompatibilan s svim ponuđenim oblicima trupa totalne bescementne proteze kuka

Ovakvom izmjenom i opisom omogućujete javljanje većem broju dobavljača te ravnopravno tržišno natjecanje. Osim tržišnog natjecanja ne samo da zadržavate propisanu kvalitetu trupa proteze već ju podižete na novi nivo kvalitete i time direktno utječete na ishod liječenja pacijenata. Proteza koju

bismo vam mi ponudili je na tržištu od 1985 g. te postoje mnogobrojne studije, registri koji dokazuju kvalitetu i ishod liječenja.

Objavljeni troškovnik: Grupa 1.

Objavljeni troškovnik:

1.5 Glava

- promjer 28mm, 32mm, 36mm
- najmanje 5 različitih dužina vrata od minimalno jednog promjera glave
- materijal CoCr
- konus 12/14

Prijedlog izmijene:

Opis pod rednim brojem 1.5 Glava

Molimo promjenu opisa kako slijedi, novi opis glasi:

1.2 Glava

- promjer od 22.2 mm do 40 mm
- materijal CoCr i/ili CoCrMo
- konus 12/14
- najmanje 5 različitih dužina vrata od minimalno jednog promjera glave

Ovakvom izmjenom i opisom omogućujete javljanje većem broju dobavljača te ravnopravno tržišno natjecanje. Osim tržišnog natjecanja ne samo da zadržavate propisanu kvalitetu glave proteze već ju podižete na novi nivo kvalitete i time direktno utječete na ishod liječenja pacijenata. Postoje mnogobrojne studije, registri koji dokazuju kvalitetu i ishod liječenja.

Objavljeni troškovnik: Grupa 1.

Opis pod rednim brojem:

1.6 Glava

- promjer 28mm, 32mm, 36mm
- najmanje 4 različite dužine vrata od minimalno jednog promjera glave
- keramički materijal
- konus 12/14

Prijedlog izmijene:

Opis pod rednim brojem 1.6 Glava

Molimo promjenu opisa kako slijedi, novi opis glasi:

1.3 Glava

- promjer od 22.2 mm do 40 mm
- materijal keramika
- konus 12/14
- najmanje 4 različitih dužina vrata od minimalno jednog promjera glave

Ovakvom izmjenom i opisom omogućujete javljanje većem broju dobavljača te ravnopravno tržišno natjecanje. Osim tržišnog natjecanja ne samo da zadržavate propisanu kvalitetu glave proteze već ju podižete na novi nivo kvalitete i time direktno utječete na ishod liječenja pacijenata. Postoje mnogobrojne studije, registri koji dokazuju kvalitetu i ishod liječenja.

Objavljeni troškovnik: Grupa 1.

Opis pod rednim brojem:

1.7 Acetabulum bescementni presfit

- titanska legura, strukturirana površina od minimalno 250 mikrona
- minimalno 4 opcije metalne čašice, minimalno 18 veličina u nizu za jednu opciju čašicež
- subhemisferični vanjski oblik 180°
- 3 u 1 mogućnost implantacije polietilenskog, keramičkog i polietilenskog umetka s titanskim prstenom za ojačanu stabilnost u istu čašicu

Prijedlog izmjene:

Opis pod rednim brojem 1.7 Acetabulum bescementni presfit

Molimo promjenu opisa kako slijedi, novi opis glasi:

1.4 Acetabulum bescementni

- titanska legura, strukturirana površina
- minimalno 3 opcije metalne čašice, minimalno 16 veličina u nizu za jednu opciju čašice
- subhemisferični ili hemisferični vanjski oblik
- mogućnost implantacije polietilenskog i keramičkog umetka

Ovakvom izmjenom i opisom omogućujete javljanje većem broju dobavljača te ravnopravno tržišno natjecanje. Osim tržišnog natjecanja ne samo da zadržavate propisanu kvalitetu acetabuluma već ju podižete na novi nivo kvalitete i time direktno utječete na ishod liječenja pacijenata. Postoje mnogobrojne studije, registri koji dokazuju kvalitetu i ishod liječenja.

Objavljeni troškovnik: Grupa 1.

Opis pod rednim brojem:

1.8 Acetabularni umetak umreženi cross linked polietilen

- minimalno 4 različite opcije umetka za unutarnji promjer veličina glava 28 mm, 32 mm, 36 mm, smanjeno trošenje i mehanički integritet uz eliminaciju oksidacije
- najmanje 15 veličina u nizu od minimalno 3 različite opcije inserta od bilo kojeg dijametra glave.

Prijedlog izmjene:

Opis pod rednim brojem 1.8 Acetabularni umetak umreženi cross linked polietilen

Molimo promjenu opisa kako slijedi, novi opis glasi:

1.5 Acetabularni umetak polietilen

- minimalno 3 različite opcije umetka za unutarnji promjer veličina glava 28 mm, 32 mm, 36 mm, smanjeno trošenje i mehanički integritet uz eliminaciju oksidacije
- sve potrebne veličina za sve opcije ponuđenih acetabuluma

Ovakvom izmjenom i opisom omogućujete javljanje većem broju dobavljača te ravnopravno tržišno natjecanje. Osim tržišnog natjecanja ne samo da zadržavate propisanu kvalitetu umetka acetabuluma već ju podižete na novi nivo kvalitete i time direktno utječete na ishod liječenja pacijenata. Postoje mnogobrojne studije, registri koji dokazuju kvalitetu i ishod liječenja.

Objavljeni troškovnik: Grupa 1.

Opis pod rednim brojem:

1.9 Acetabularni umetak keramički

- najmanje 12 veličina u nizu minimalno jednog promjera inserta
- unutarnji promjer 28, 32 i 36mm

Prijedlog izmjene:

Opis pod rednim brojem 1.9 Acetabularni umetak keramički

Molimo promjenu opisa kako slijedi, novi opis glasi:

1.6 Acetabularni umetak keramički

- unutarnji promjer 28, 32 i 36mm
- sve potrebne veličina za sve opcije ponuđenih acetabuluma

Ovakvom izmjenom i opisom omogućujete javljanje većem broju dobavljača te ravnopravno tržišno natjecanje. Osim tržišnog natjecanja ne samo da zadržavate propisanu kvalitetu umetka acetabuluma već ju podižete na novi nivo kvalitete i time direktno utječete na ishod liječenja pacijenata. Postoje mnogobrojne studije, registri koji dokazuju kvalitetu i ishod liječenja.

Objavljeni troškovnik: Grupa 1.

Opis pod rednim brojem:

1.10 Vijci za acetabulum

- titanski spongiozni vijak punog navoja za fiksaciju acetabularne čašice promjera 6,5 mm duljine od 15 do 70 mm

Prijedlog izmjene:

Opis pod rednim brojem 1.10 Vijci za acetabulum

Molimo promjenu opisa kako slijedi, novi opis glasi:

1.7 Vijci za acetabulum

- titanski vijak za fiksaciju acetabularne čašice promjera 6,5 mm duljine od 16 do 68 mm

Ovakvom izmjenom i opisom omogućujete javljanje većem broju dobavljača te ravnopravno tržišno natjecanje.

Objavljeni troškovnik: Grupa 1.

Opis pod rednim brojem: 2. CEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA

Opis pod rednim brojem 2.1 Femur

- samoukotvljujući bez ovratnika
- trapezodijalni proksimalni presjek, laserska oznaka ravnine resekcije visine za optimalno postavljanje cementa
- konus vrata proteze 12/14
- najmanje 11 standardnih i 10 lateraliziranih veličina

Prijedlog izmjene:

Opis pod rednim brojem 2.1 Femur

Molimo promjenu opisa kako slijedi, novi opis glasi:

2.1 Femur

- Trup proteze načinjen od titanske legure,
- Sa ili bez ovratnika ili prirubnica u medijalnom dijelu proteze
- eliptični distalni vrh ili distalni centralizator
- konus vrata proteze 12/14 ili 8/10
- najmanje 9 veličina

Ovakvom izmjenom i opisom omogućujete javljanje većem broju dobavljača te ravnopravno tržišno natjecanje.

Objavljeni troškovnik: Grupa 1.

Opis pod rednim brojem: 2. CEMENTNA ENDOPROTEZA KUKA

Opis pod rednim brojem 2.2 Acetabulum

- unutarnji promjer 28mm, 32mm, 36mm, materijal: očvršćeni polietilen sa žicom za rendgenski marker koji pruža korisne postoperativne informacije o inklinaciji čašice, anteverziji i retroverziji

Prijedlog izmjene:

Opis pod rednim brojem 2.2 Acetabulum

Molimo promjenu opisa kako slijedi, novi opis glasi:

2.2 Acetabulum

- materijal titanska legura
- postavljanje polietilenskog ili keramičkog umetka

Ovakvom izmjenom i opisom omogućujete javljanje većem broju dobavljača te ravnopravno tržišno natjecanje.

Troškovnik grupa 3. CJELOVITI SUSTAV ZA ZBRINJAVANJE ENDOPROTEZE KOLJENA

Objavljeni troškovnik: 3. GRUPA: CJELOVITI SUSTAV ZA ZBRINJAVANJE ENDOPROTEZE KOLJENA

Opis pod rednim brojem:

1.1 Tibijalna standardna komponenta

- titanska legura za tibijalnu fiksnu komponentu
- mogućnost postavljanja stemova intraoperativno
- najmanje 5 veličina

1.2 Tibijalna komponenta CoCr

- CoCr za tibijalnu fiksnu komponentu
- najmanje 5 veličina
- mogućnost kombiniranja različitih veličina femoralne i tibijalne komponente

Prijedlog izmjene:

Opisi pod rednim brojevima 1.1, 1.2, predstavljaju opise samo jednog dobavljača te ih i samo jedan dobavljač može zadovoljiti stoga tražimo da se navedene stavke opišu pod jednim rednim brojem kako slijedi.

1.1 Tibijalna komponenta

- Tibijalna komponenta od titanske legure i/ili CoCr
- Najmanje 5 veličina
- mogućnost postavljanja stemova intraoperativno
- mogućnost kombiniranja različitih veličina femoralne i tibijalne komponente

Opis pod rednim brojem:

1.3 Femoralna standardna komponenta

- posebno za desno i posebno za lijevo koljeno
- izrađena od CoCr materijala najmanje 5 veličina
- mogućnost augmentacije i postavljanja stemova
- femoralna komponenta u dva dizajna za sačuvanje i žrtvovanje stražnje ukrižene sveze

1.4 Femoralna komponenta duboka fleksija

- omogućuje fleksiju do 150 stupnjeva
- posebno za desno i posebno za lijevo koljeno
- izrađena od CoCr materijala najmanje 5 veličina
- mogućnost kombiniranja femoralne komponente duboke fleksije sa fiksnom i mobilnom tibijalnom komponentom

Prijedlog izmjene:

Opisi pod rednim brojevima 1.3, 1.4, predstavljaju opise samo jednog dobavljača te ih i samo jedan dobavljač može zadovoljiti stoga tražimo da se navedene stavke opišu pod jednim rednim brojem kako slijedi.

1.2. Femoralna komponenta

- posebno za desno i posebno za lijevo koljeno
- izrađena od CoCr materijala najmanje 5 veličina
- femoralna komponenta u dva dizajna za sačuvanje i žrtvovanje stražnje ukrižene sveze
- omogućuje fleksiju do 140-150 stupnjeva

Opis pod rednim brojem:

1.5 Tibijalni umetak standardni

- tibijalni umetak u dva dizajna za sačuvanje i žrtvovanje stražnje ukrižene sveze u najmanje 5 veličina i najmanje 6 različitih debljina

1.6 Tibijalni umetak cross linked

- opcija cross-linked sterilizirani tibijalni inserti
- tibijalni umetak u dva dizajna za sačuvanje i žrtvovanje stražnje ukrižene sveze u najmanje 5 veličina i najmanje 6 različitih debljina

Prijedlog izmjene:

Opisi pod rednim brojevima 1.5, 1.6, predstavljaju opise samo jednog dobavljača te ih i samo jedan dobavljač može zadovoljiti stoga tražimo da se navedene stavke opišu pod jednim rednim brojem kako slijedi.

1.3 Tibijalni umetak

- tibijalni umetak u dva dizajna za sačuvanje i žrtvovanje stražnje ukrižene sveze u najmanje 5 veličina
- opcija cross-linked sterilizirani tibijalni umetak i/ili standardni tibijalni umetak

Opisi pod rednim brojevima:

1.7 Patela

- cijela od polietilena
- najmanje 3 veličine

Prijedlog izmjene:

1.4 Patela

- materijal polietilen
- najmanje 3 veličine

Ovakvom izmjenom i opisom u grupi 3 omogućujete javljanje većem broju dobavljača te ravnopravno tržišno natjecanje. Osim tržišnog natjecanja ne samo da zadržavate propisanu kvalitetu proteze koljena već ju podižete na novi nivo kvalitete i time direktno utječete na ishod liječenja pacijenata. Proteza koju bismo vam mi ponudili je na tržištu dugi niz godina te postoje mnogobrojne studije, registri koji dokazuju kvalitetu i ishod liječenja te preživljenje proteze.

Kao dugogodišnji proizvođač medicinske opreme i potrošnog materijala te implantata za ortopediju i traumatologiju, kvaliteta nam je na prvom mjestu. Naši proizvodi zadovoljavaju najstrože zahtjeve kvalitete, te se nalaze u registrima EU ali i svijeta sa najvećim postocima preživljenja. Samim time pozdravljamo Vaš način formiranja natječaja gdje pokazujete da Vam kvaliteta predstavlja važan faktor kod odabira najpovoljnije ponude. S time u skladu predlažemo da kvalitetu bodujete sa **30 bodova kao što ste bodovali prilikom prve objave natječajne dokumentacije.**

Mišljenja smo da podizanjem kvalitete direktno utječete na smanjenje revizijskih postupaka u vašoj ustanovi a time i na smanjenje financijskih sredstava što predstavlja značajnu uštedu ne samo za vašu ustanovu već i za zdravstveni sustav u cjelini.

Ovim predloženim izmjenama potičete zdravo tržišno natjecanje, najbolju vrijednost za novac, ali ne odustajete od kvalitete i pokazujete da su Vam vaši pacijenti i dobrobit vaše ustanove na prvome mjestu.

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom dokumentacije o nabavi.

Svaki javni naručitelj samostalno određuje predmet nabave, minimalne razine traženih uvjeta sposobnosti ponuditelja te definira kriterije odabira najpovoljnije ponude sukladno svojim potrebama, zahtjevima struke i osiguranim financijskim sredstvima.

Tehničke specifikacije su određene na temelju dosadašnjih primijenjenih i teorijskih znanja iz područja ortopedije i traumatologije.

Definiranim kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude, koji su u potpunoj diskrecijskoj ocjeni naručitelja, naručitelj samostalno odlučuje u određivanju najboljeg omjera cijene i kvalitete, uloženog i dobivenog. Svi kriteriji koje je Naručitelj odredio u predloženoj dokumentaciji o nabavi povezani su s predmetom nabave, a Naručitelj ih je ponderirao sukladno važnosti svakog kriterija u postupku nabave svakog pojedinog artikla koji je predmet nabave kako bi se u konačnici dobilo najoptimalnije rješenje za Naručitelja: najbolji omjer cijene i kvalitete te pravovremene raspoloživost ugradbenog potrošnog materijala za ortopediju i traumatologiju.

S poštovanjem,

Klinički bolnički centar Osijek

Služba za poslove nabave