

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK  
Služba za poslove nabave  
Voditelj Službe:  
Boris Flegar, dipl.oec.  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Tel: 031/511-111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK  
Department of Supply  
Head of Department  
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Phone: +385 31 511 111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM  
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6-4742-1/2022  
Osijek, 21. travnja 2022.

**PREDMET:** Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: **BOLNIČKI ELEKTRIČNI KREVETI**, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-22/43  
- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima!

Poštovani,

Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj, (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**), objavio je Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku pripreme provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu bolničkih električnih kreveta, s namjerom sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe.

Nacrt dokumentacije o nabavi i troškovnik sa specifikacijom predmeta nabave, opisom predmeta nabave i točnom količinom predmeta nabave, objavljeni su dana 07. travnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul *Prethodna savjetovanja*, te na službenoj internetskoj stranici **Naručitelja**: <https://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/> .

Prethodno savjetovanje je bilo otvoreno do 14. travnja 2022. godine, do kada su 3 (tri) zainteresirana gospodarska subjekta uputila **Naručitelju** prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi. U nastavku navodimo zahtjeve gospodarskih subjekata.

**1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta**

Ad1) „Kao zainteresirani gospodarski subjekt koji se bavi prodajom i distribucijom medicinskih proizvoda, opreme i namještaja za zdravstvene ustanove, detaljno smo analizirali predloženu dokumentaciju. U želji da se svim gospodarskim subjektima omogući jednakopravno sudjelovanje u postupku javne nabave, predlažemo da naručitelj izvrši sljedeće promjene troškovnika, te pojasni neke stavke opisa proizvoda, koje nisu potpuno razumljive:

1. POJAŠNJENJA

- a) 1.8. „*Ručni upravljač za medicinsko osoblje i pacijenta s pozadinskim svjetlom tipki funkcija s minimalno tri različite boje i opcijom sigurnosnog zaključavanja putem magnetnog ključa.*“

Molimo pojašnjenje da li Naručitelja želi 3 različite boje samo za funkcijske tipke ili 3 boje za cijeli ručni upravljač i/ili 3 boje za magnetni ključ?

- b) 1.16. „*Trapez s rukohvatom; Aluminijski infuzijski stalak s min 4 podesive kukice i podesiv po visini, mogućnost postavljanja s desne i lijeve strane.*“

Molimo pojašnjenje da li naručitelj očekuje da za svaki krevet bude u cijenu uključen i trapez te infuzijski stalak – ukupno 170 trapeza i/ili infuzijskih stalaka? U troškovniku nije navedena nikakva količina, a opis predmeta nabave sugerira da se navedeni proizvodi traže.

## 2. PROMJENE OPISA PROIZVODA“

Trenutni troškovnik i opisi predmeta nabave navode za neke stavke točnu, ali samo maksimalnu dužinu i dimenzije svakog predmeta nabave (npr. R.br. 1.4., 1.5., 2.5., 3.4.) te dozvoljenu toleranciju od -5%. Navedeni opis automatski ograničava broj gospodarskih subjekata koji mogu sudjelovati u postupku javne nabave.

Druga grupa stavki (npr. R.br. 1.6., 1.7., 1.12., 1.17., 1.18., 2.6., 2.7., 3.5.) navodi samo minimalne tražene vrijednosti, što također dodatno smanjuje mogućnost sudjelovanja u postupku javne nabave za veliki broj gospodarskih subjekata.

Kako bi se izbjegli ovi vrlo ograničavajući opisi, predlažemo da naručitelj u dokumentaciji opiše svaku stavku idealnom brojčanom veličinom te navede i vrijednost dopuštene tolerancije od minimalno + ili – 5% od zatražene veličine (npr. „Dimenzija ležaja 200x85 cm, dozvoljeno odstupanje plus/minus pet posto (+/- 5%)“ ili „Nagib uzglavlja min 0°-72°, putem elektromotora, dopuštena tolerancija +/- 5%; Nagib bedrenog dijela min 0°-40°, putem elektromotora, dopuštena tolerancija +/- 5%; Podešavanje lisnog dijela mehanički, min 0°-25°, dopuštena tolerancija +/- 5%“, itd..).

Ovaj način označavanja i opisa je uobičajen za ovakve predmete nabave, osigurava Naručitelju jednakovrijednu nabavu zahtijevanih proizvoda, potpuno istu namjenu i funkcionalnost proizvoda, moguću znatnu financijsku uštedu sredstava, a također omogućuje velikom broju proizvođača ravnopravno tržišno natjecanje te maksimalnu transparentnost, u skladu sa važećim pravilima i propisima.“

### **Odgovor Naručitelja**

- **1. a)** Naručitelj je jasno i nedvosmisleno opisao predmet nabave i navedene opise stavio na uvid svim zainteresiranim gospodarskim subjektima. U tehničkoj specifikaciji predmeta nabave, točka 1.8., opisano je da ručni upravljač za medicinsko osoblje i pacijenta treba imati pozadinsko svjetlo za tipke funkcija.
- **1. b)** Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta i mijenja točku 1.16. tehničke specifikacije predmeta nabave te ona sada glasi:  
„*Svaki krevet treba imati pripadajući trapez s rukohvatom (1 komad) te aluminijski infuzijski stalak (1 komad) s minimalno 4 podesive kukice i podesiv po visini, uz mogućnost postavljanja s desne i lijeve strane.*“
- **2.** Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta.  
Naručitelj je jasno i nedvosmisleno opisao predmet nabave definiravši:
  - a) maksimalne vrijednosti za točke 1.4., 1.5., 2.5., 3.4. tehničke specifikacije predmeta nabave, uz otvorenu mogućnost nuđenja proizvoda manjih vrijednosti te
  - b) minimalnih vrijednosti za točke 1.6., 1.7., 1.12., 1.17., 1.18., 2.6., 2.7., 3.5. tehničke specifikacije predmeta nabave uz otvorenu mogućnost nuđenja proizvoda većih vrijednosti.

## 2. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Ad2) „Uvidom u nacrt dokumentacije primjetili smo da Naručitelj u točki 6.6.1.1.b predlaže ekstremno kratak rok isporuke: „**maksimalni rok za isporuku predmeta nabave koji iznosi maksimalno 14 (četrnaest) kalendarskih dana od dana obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi.**

Ponuditelji koji ponude kraći rok od maksimalno zadanog roka isporuke bodovat će se prema slijedećim bodovnim vrijednostima:“

| Rok isporuke robe u kalendarskim danima | Broj bodova |
|---|-------------|
| 14 dana                                 | 0           |
| od 8 do 13 kalendarskih dana            | 10          |
| do 7 kalendarskih dana                  | 20          |

Obzirom da je količina nabave velika (170 kreveta), predloženi rok, a naročito rok od 7 dana, može ispuniti samo onaj gospodarski subjekt koji je 100% siguran da će biti najbolji ponuđač na tenderu i koji će predmet nabave naručiti puno prije nego se okonča proces nabave. Svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u postupku nabave uglavnom uvoze medicinske krevete i nemaju na skladištu takve količine. Stoga nije realno očekivati da se 170 kreveta može isporučiti u roku od 7-14 dana. Naš partner ima vrlo velike proizvodne kapacitete i može proizvesti predviđenu količinu u 15 dana, ali je potrebno barem dodatnih 2-3 tjedna za isporuku (bez montaže).

Također, uobičajeni rok isporuke za ovakve vrste i količine nabave iznosi minimalno 45-60 dana. Slijedom navedenog, predlažemo da Naručitelj produži rok isporuke na barem 45 dana od dana potpisivanja ugovora i za taj rok dodjeli maksimalni broj bodova (20), a da za rok isporuke od 60 dana dodjeli 10 bodova.“

## Odgovor Naručitelja

- Ovlaštene stručne osobe Naručitelja ne prihvaćaju zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta uz obrazloženje kako je Naručitelj definirao rok isporuke sukladno Zakonu o javnoj nabavi te vlastitim potrebama opremanja bolesničkih soba novom opremom. Naručitelj je stava kako na tržištu postoje gospodarski subjekti koji mogu ispuniti zahtjeve tražene Dokumentacijom o nabavi.

## 3. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Ad 3) „Na temelju odredaba čl. 198 Zakona o javnoj nabavi, javljamo se kao zainteresirani gospodarski subjekt sa zahtjevom za izmjenu dokumentacije o nabavi.

### Redni broj 1.3.

„Četverodijelna leđna ploha izrađena od poprečno raspoređenih metalnih profila s graničnicima protiv klizanja madraca. U kutovima podnice kreveta min. 4 otvora za montažu trapeza i infuzijskog stalka.“

Predlažemo izmjenu materijala leđne plohe kreveta da bude od polipropilen karbonata ili HPL laminata koji se može skidati radi lakšeg održavanja, čišćenja i dezinfekcije. Prihvatanjem zahtjeva omogućavate jednakovrijedno natjecanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a bez utjecaja na kvalitetu i mogućnosti traženog predmeta.

Time bi stavka redni broj 1.3. trebala glasiti: „Četverodijelna leđna ploha izrađena od poprečno raspoređenih profila od polipropilen karbonata ili HPL laminata koji se može skidati, s graničnicima

*protiv klizanja madraca. U kutovima podnice kreveta min. 4 otvora za montažu trapeza i infuzijskog stalka.“*

#### **Redni broj 1.4.**

*„Dimenzija ležaja maksimalno 200x85 cm, dozvoljeno odstupanje minus pet posto (-5%).“*

Predlažemo dozvoljeno odstupanje u iznosu od  $\pm 5\%$ .

Prihvatanjem zahtjeva omogućavate jednakovrijedno natjecanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a bez utjecaja na kvalitetu i mogućnosti traženog predmeta.

Time bi stavka redni broj 1.4. trebala glasiti:

*„Dimenzija ležaja maksimalno 200x85 cm, dozvoljeno odstupanje  $\pm 5\%$ .“*

#### **Redni broj 1.5.**

*„Ukupna dimenzija kreveta maksimalno 214x97 cm, dozvoljeno odstupanje minus pet posto (-5%).“*

Predlažemo da se poveća opseg maksimalne vanjske dimenzije kreveta na 214x100 cm s dozvoljenim odstupanjem od  $\pm 5\%$ .

Prihvatanjem zahtjeva omogućavate jednakovrijedno natjecanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a bez utjecaja na kvalitetu i mogućnosti traženog predmeta.

Time bi stavka redni broj 1.5. trebala glasiti:

*„Ukupna dimenzija kreveta maksimalno 214x100 cm, dozvoljeno odstupanje  $\pm 5\%$ .“*

#### **Redni broj 1.6.**

*„Regulacija visine min. 39,5 cm ili niže, do min 78,5 cm ili više.“*

Predlažemo da se poveća opseg regulacije visine.

Prihvatanjem zahtjeva omogućavate jednakovrijedno natjecanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a bez utjecaja na kvalitetu i mogućnosti traženog predmeta.

Time bi stavka redni broj 1.6. trebala glasiti:

*„Regulacija visine min. 39,5 cm ili niže, do min 75,5 cm ili više.“*

#### **Redni broj 1.7.**

*„Nagib uzglavlja min  $0^{\circ}$ - $72^{\circ}$ , putem elektromotora; Nagib bedrenog dijela min  $0^{\circ}$ - $40^{\circ}$ , putem elektromotora; Podešavanje lisnog dijela mehanički, min  $0^{\circ}$ - $25^{\circ}$ , ručno podešavanje minimalno 6 pozicija.“*

Predlažemo izmjene kuta nagiba uzglavlja na min  $0^{\circ}$ - $70^{\circ}$ .

Prihvatanjem zahtjeva omogućavate jednakovrijedno natjecanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a bez utjecaja na kvalitetu i mogućnosti traženog predmeta.

Time bi stavka redni broj 1.7. trebala glasiti:

*„Nagib uzglavlja min  $0^{\circ}$ - $70^{\circ}$ , putem elektromotora; Nagib bedrenog dijela min  $0^{\circ}$ - $40^{\circ}$ , putem elektromotora; Podešavanje lisnog dijela mehanički, min  $0^{\circ}$ - $25^{\circ}$ , ručno podešavanje minimalno 6 pozicija.“*

### **Redni broj 1.8.**

*„Ručni upravljač za medicinsko osoblje i pacijenta s pozadinskim svjetlom tipki funkcija s minimalno tri različite boje i opcijom sigurnosnog zaključavanja putem magnetnog ključa.“*

Predlažemo da ručni upravljač za medicinsko osoblje i pacijenta ima minimalno jednu boju jer smatramo da količina boja ne utječe na kvalitetu funkcioniranja ručnog upravljača.

Molim Vas da se isključi mogućnost zaključavanja ručnog upravljača putem magnetnog ključa, jer postoje i drugi načini zaključavanja ručnog upravljača koji mogu izvršiti istu funkciju.

Time bi stavka redni broj 1.8. trebala glasiti:

*„Ručni upravljač za medicinsko osoblje i pacijenta s pozadinskim svjetlom tipki i opcijom sigurnosnog zaključavanje funkcije na ručnom upravljaču.“*

### **Redni broj 1.10.**

*„Uzdužno spuštajuće bočne stranice – jednostruke, u 3/4 dužine kreveta, čelične nehrđajuće strukture obrađene elektrostatskim epoksidnim premazom.“*

Predlažemo da materijal za bočne stranice bude od HDPE Medical koji zadovoljava europsku normu sigurnosti EN60601-2-52, odnosno prevenira ozljede kod pacijenata, ujedno i antibakterijski te je lak za održavanje i čišćenje.

Prihvatanjem zahtjeva omogućavate jednakovrijedno natjecanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, a bez utjecaja na kvalitetu i mogućnosti traženog predmeta.

Time bi stavka redni broj 1.10. trebala glasiti:

*„Uzdužno spuštajuće bočne stranice – jednostruke, u 3/4 dužine kreveta, čelične nehrđajuće strukture obrađene elektrostatskim epoksidnim premazom ili 4-dijelne HDPE Medical plastike usklađen sa standardom EN60601-2-52.“*

### **Redni broj 1.12.**

*„Autoregresija – Podešavanje leđnog i bedrenog dijela, minimalno 120/60 mm.“*

Vrijednosti podešavanja leđnog i bedrenog dijela, minimalno 120/60 mm kako su spomenute nisu dostupne.

Predlažemo da se napiše kombinacija leđnog i bedrenog dijela u iznosu od min. 100 mm.

Time bi stavka redni broj 1.12. trebala glasiti:

*„Autoregresija – Podešavanje leđnog i bedrenog dijela, min 100 mm.“*

### **Odgovor Naručitelja**

- **1.3.** Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta.

Naručitelj je jasno i nedvosmisleno opisao predmet nabave, s opisanom vrstom materijala izrade kreveta kakav koristi veliki broj proizvođača. Sukladno mišljenju stručnih osoba, metalni profili predstavljaju čvrst, stabilan i trajan materijal izrade.

- **1.4.** Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta.

Naručitelj je jasno i nedvosmisleno opisao predmet nabave definiravši maksimalne ukupne dimenzije ležaja, uz otvorenu mogućnost nudiženja proizvoda manjih dimenzija.

- **1.5.** Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta.

Naručitelj je jasno i nedvosmisleno opisao predmet nabave definiravši maksimalne ukupne dimenzije kreveta, uz otvorenu mogućnost nuđenja proizvoda manjih dimenzija.

- **1.6.** Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta.

Naručitelj je jasno i nedvosmisleno opisao predmet nabave. Na globalnom tržištu postoji veliki broj proizvođača koji imaju mogućnost nuđenja istih ili jednakovrijednih proizvoda.

- **1.7.** Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta.

Novi opis točke 1.7. tehničke specifikacije glasi:

*„Nagib uzglavlja min 0°-70°, putem elektromotora; Nagib bedrenog dijela min 0°-40°, putem elektromotora; Podešavanje lisnog dijela mehanički, min 0°-25°, ručno podešavanje minimalno 6 pozicija.“*

- **1.8.** Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta.

Traženo je jednostavno tehnološko rješenje koje je ujedno i zahtjev osoblja. Na globalnom tržištu postoji veliki broj proizvođača koji imaju mogućnost nuđenja istih ili jednakovrijednih proizvoda.

- **1.10.** Naručitelj ne prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta.

Naručitelj je jasno i nedvosmisleno opisao predmet nabave, s opisanom vrstom materijala izrade bočnih stranica kakav koristi veliki broj proizvođača.

- **1.12.** Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta.

Novi opis točke 1.12. tehničke specifikacije glasi:

*„Autoregresija – Podešavanje leđnog i bedrenog dijela, min 100 mm.“*

Naručitelj je djelomično prihvatio prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata za izmjenom dokumentacije o nabavi kako je prethodno obrazložio. Sukladno svim promjenama, Naručitelj će pokrenuti otvoreni postupak javne nabave bolničkih električnih kreveta. Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 1.760.000,00 kn bez PDV-a.

Ovo Izvješće Naručitelj dostavlja svim zainteresiranim gospodarskim subjektima objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul *Prethodna savjetovanja*, te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>.

S poštovanjem,

Klinički bolnički centar Osijek

Služba za poslove nabave