



**SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM
SUBJEKTIMA**

Urbroj: R6-6082-1/2022
Osijek, 08. lipnja 2022.

PREDMET: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: **UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU**, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-22/36
- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima!

Poštovani,

Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj, (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**), objavio je Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku pripreme provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu ugradbenog i potrošnog materijala za neurokirurgiju, s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od 1 (jedne) godine s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave.

Nacrtr dokumentacije o nabavi i troškovnici sa specifikacijom predmeta nabave, opisom predmeta nabave i okvirnom količinom predmeta nabave, objavljeni su dana 09. svibnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul *Prethodna savjetovanja*, te na službenoj internetskoj stranici **Naručitelja**: <https://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>.

Prethodno savjetovanje je bilo otvoreno do 16. svibnja 2022. godine. Ukupno je 5 (pet) zainteresiranih gospodarskih subjekata uputilo **Naručitelju** prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi. U nastavku navodimo zahtjeve gospodarskih subjekata.

1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Ad1) „Poštovani, ovim putem Vas želimo zamoliti za izbacivanjem stavke 2. grupe 12 koja glasi: VALVULA S PROMJENJIVIM TLAKOM, ZA DJECU I ODRASLE“. Naime, nismo u mogućnosti ponuditi traženi proizvod. Unaprijed hvala na uvažavanju naše zamolbe i lijep pozdrav.“

Odgovor **Naručitelja**

- **Naručitelj** prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te iz troškovnika za grupu 12 briše stavku rednog broja 2. „Valvula s promjenjivim tlakom, za djecu i odrasle“.
- Mijenja se redni broj stavke 3. u redni broj 2.

2. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Ad2) „Poštovani, uvidom u nacrt dokumentacije o nabavi za „UGRADBENI I POTROŠNI MATERIJAL ZA NEUROKIRURGIJU“ molimo Vas za izmjenu troškovnika tj. regrupaciju stavaka u grupi 1 i 2; molimo da se stavke 10, 11 i 12 iz grupe 1 i stavke 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 iz grupe 2, izdvoje i stave u zasebnu grupu kako bi se na nadmetanju mogle ponuditi sve stavke u grupi i kako bi one bile od istog proizvođača. Nadamo se da ćete ispraviti navedeno u troškovnicima kako smo i opisali.“

Odgovor Naručitelja

- Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te se iz grupe 1 brišu stavke rednog broja 10, 11 i 12, a iz grupe 2 se brišu stavke rednog broja 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Sve navedene stavke spajaju se i dodaju u novu grupu predmeta nabave.

3. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Ad 3) „Poštovani, ljubazno Vas molimo da u Grupi 11 uvrstite dvije stavke tehničkih opisa koji glase:

1. „Sintetski resorptivni gel za lijepljenje dura kod kraniotomija“
2. „Sintetski resorptivni gel za operacije kralježnice, služi kao ljepilo za duru i kao sredstvo protiv adhezije“

Unaprijed zahvaljujemo na uvažavanju naše zamolbe. “

Odgovor Naručitelja

- Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te se u grupu 11 dodaju nove stavke kako slijedi:

4.	Sintetski resorptivni gel za lijepljenje dura kod kraniotomija
5.	Sintetski resorptivni gel za operacije kralježnice, služi kao ljepilo za duru i kao sredstvo protiv adhezije

4. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Ad 4) „Poštovani, vezano uz natječaj za Ugradbeni i potrošni materijal za neurokirurgiju u postupku javne nabave, evidencijski broj nabave: **VV-22/36** molimo vas sljedeće izmjene:

1. GRUPA 3., STAVKA 17. – molimo izmjenu opisa predmeta nabave radi nedvojnog i jasnog definiranja opisa zahtijevanih tehničkih karakteristika medicinskog materijala koje bolnica koristi na sljedeći način:

OBJAVLJENI TROŠKOVNIK:

Set za drenažu CSF sa graduiranom komorom, filterom 0.2 µm, drenažnom vrećicom od 700 ml, kopče za blokiranje, EVD kateter kateter graduiran 9 ch dužine 300 mm napravljen od poliuretana, sa stiletom i luer lock konekcijom

Na način kako slijedi:

Parcijalni konturni šant standardni, srednjeg tlaka sa integriranim kardijalnim/peritonealnim kateterom, impregniranim barijem, duljine 90 cm

2. GRUPA 1. – Molimo Vas izdvajanje stavki od 10 do 12 u zasebnu grupu kako bi se na istu mogli javiti.
3. GRUPA 2. – Molimo Vas izdvajanje stavki od 7 do 14 u zasebnu grupu kako bi se na istu mogli javiti.“

Odgovor Naručitelja

- 1. Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te se mijenja dokumentaciju o nabavi kako slijedi:

Mijenja se opis stavke rednog broja 17 u troškovniku za grupu 3 iz

„Set za drenažu CSF sa graduiranom komorom, filterom 0.2 µm, drenažnom vrećicom od 700 ml, kopče za blokiranje, EVD kateter kateter graduiran 9 ch dužine 300 mm napravljen od poliuretana, sa stiletom i luer lock konekcijom“

u

„Parcijalni konturni šant standardni, srednjeg tlaka sa integriranim kardijalnim/peritonealnim kateterom, impregniranim barijem, duljine 90 cm.“

- 2. Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te se iz grupe 1 brišu stavke rednog broja 10, 11 i 12, a iz grupe 2 se brišu stavke rednog broja 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Sve navedene stavke spajaju se i dodaju u novu grupu predmeta nabave.

5. Ostale izmjene

- Ad 5) Stručne osobe Naručitelja naknadno su utvrdile da postoji potreba za još jednom dodatnom grupom predmeta nabave te se stoga mijenja dokumentacija o nabavi na način da se dodaje troškovnik za 15. grupu predmeta nabave s okvirnim godišnjim potrebama te artiklima kako slijedi:

RED. BR.	NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE	Jed. mjere	Planirana godišnja količina
1.	Kateter za mjerenje ICP-a, kateter mora biti napravljen od PUR-a i mora sadržavati kućište od titana sa mikročipom. Mogućnost MRI	kom	1
2.	Kateter za mjerenje ICP-a i istovremeno dreniranje likvora 9F za odrasle. Kateter mora biti napravljen od PUR-a i mora sadržavati kućište od titana sa mikročipom, dijagnostika MRI uvjetovanim postavkama	kom	1
3.	Kateter za mjerenje ICP-a i istovremeno dreniranje likvora 6F za djecu. Kateter mora biti napravljen od PUR-a i mora sadržavati kućište od titana sa mikročipom, dijagnostika MRI uvjetovanim postavkama	kom	1
4.	Set za postavljanje Neurovent katetera šarafom za ventrikularne katetere.	kom	1
5.	Borer sa stoperom i Allen ključ za postavljanje šarafa za ventrikularni katetere.	kom	1
6.	Set za drenažu CSF sa graduiranom komorom, filterom 0.2 µm, drenažnom vrećicom od 700 ml, kopče za blokiranje, EVD kateter kateter graduiran 9ch dužine 300mm napravljen od poliuretana, sa stiletom i luer lock konekcijom	kom	5
7.	Dodatna vrećica za drenažu	kom	1

8.	Modul NPS2 za spajanje katetera Nurovent-P sa postojećim monitorima u operacijskoj sali i JIL-u	kom	1
9.	Metalna višekratna skala za ventrikularne katetere sa laserom za određivanje pozicije	kom	1

Naručitelj je prihvatio prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata za izmjenom dokumentacije o nabavi kako je prethodno obrazložio. Sukladno svim promjenama, Naručitelj će pokrenuti otvoreni postupak javne nabave bolničkih električnih kreveta. Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 1.600.000,00 kn bez PDV-a.

Ovo Izvješće Naručitelj dostavlja svim zainteresiranim gospodarskim subjektima objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul *Prethodna savjetovanja*, te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/> .

S poštovanjem,

Klinički bolnički centar Osijek

Služba za poslove nabave