

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK  
Služba za poslove nabave  
Voditelj Službe:  
Boris Flegar, dipl.oec.  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Tel: 031/511-111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK  
Department of Supply  
Head of Department  
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)  
Josipa Huttlera 4  
31000 Osijek, Hrvatska  
Phone: +385 31 511 111  
E-mail: boris.flegar@gmail.com

## SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Urbroj: R6-7801-1/2022  
Osijek, 29. lipnja 2022.

**PREDMET:** Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave: **DIJALIZATORI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU**, za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-22/5  
- dostavlja se obavijest zainteresiranim gospodarskim subjektima!

Poštovani,

Klinički bolnički centar Osijek, kao javni naručitelj, (u daljnjem tekstu: *Naručitelj*), objavio je Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku pripreme provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu dijalizatora i medicinskog potrošnog materijala za hemodijalizu, s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za razdoblje od 1 (jedne) godine s jednim gospodarskim subjektom za svaku grupu predmeta nabave.

Nacrtna dokumentacije o nabavi i troškovnici sa specifikacijom predmeta nabave, opisom predmeta nabave i okvirnom količinom predmeta nabave, objavljeni su dana 13. lipnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul *Prethodna savjetovanja*, te na službenoj internetskoj stranici *Naručitelja*: <https://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>.

Prethodno savjetovanje je bilo otvoreno do 21. lipnja 2022. godine. Ukupno je 3 (tri) zainteresirana gospodarska subjekta uputilo *Naručitelju* prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi. U nastavku navodimo zahtjeve gospodarskih subjekata.

### 1. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Ad1) „Poštovani, vezano uz natječaj za Nabavu dijalizatora i medicinskog potrošnog materijala za hemodijalizu, grupa 2, u postupku javne nabave, evidencijski broj nabave: VV-22/5 molimo Vas slijedeće izmjene:

Molimo Vas da iz točke 4.2.2. Dokumentacije izbacite stavku 2 iz razloga što se upute za uporabu uređaja dostavljaju prilikom isporuke i instalacije istih (kao što je navedeno u troškovniku) te je veličina dokumenta prevelika za dostavu zajedno sa ponudom.

Molimo Vas izmjenu točke 7.21.5. Dokumentacije:

Umjesto:

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda za GRUPU 1 i GRUPU 2 dužan je u roku od 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisa Okvirnog sporazuma isporučiti, montirati, instalirati, pustiti u punu funkciju te validirati uređaje navedene u troškovniku za grupe 1 i 2 predmeta nabave, u prostorijama Naručitelja.

Izmjena:

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda za GRUPU 2 dužan je u roku od 150 (stopedeset) dana od dana obostranog potpisa Okvirnog sporazuma isporučiti, montirati, instalirati, pustiti u punu funkciju te validirati uređaje navedene u troškovniku za grupu 2 predmeta nabave, u prostorijama Naručitelja.“

### **Odgovor Naručitelja**

- Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te mijenja točku 4.2.2. Dokumentacije o nabavi na način da se umjesto

„Člankom 291. stavkom 1. točkom 4. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj tijekom pregleda i ocjene ponuda provjerava ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije. U tu svrhu, ponuditelji u ponudi dostavljaju:

1. **Katalog, prospekt proizvoda i/ili druga tehnička dokumentacija** koja se odnosi na zahtjeve navedene u pogledu svojstava predmeta nabave, kako je opisano i traženo u troškovnicima ove Dokumentacije, uključivo i za uređaje ustupljene na korištenje za grupe 1 i 2. Katalog ili prospekt uređaja koji se daju na korištenje KBC-u Osijek mora sadržavati opisane tehničke karakteristike uređaja.

*Katalog ili prospekt može se dostaviti kao sastavni dio elektroničke ponude, u tiskanom obliku, a na zahtjev Naručitelja njegova autentičnost se mora potvrditi, ili u obliku elektroničkog ispisa kataloga preuzetog sa web sjedišta proizvođača ili ovlaštenog zastupnika uređaja. U slučaju elektroničkog ispisa kataloga ili prospekta, ponuditelji su dužni dati Izjavu s podacima o adresi web sjedišta s kojega su dokumentaciju preuzeli. Katalog/prospekt proizvoda može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljen i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dijelova kataloga ovjerene od strane ovlaštenog sudskog tumača.*

2. **Tehničku dokumentacije i/ili upute za uporabu uređaja** (za grupe 1 i 2) - dokumentacija se dostavlja na hrvatskom jeziku.

*Način dostave kataloga, prospekta i druge tehničke dokumentacije koji ne mogu biti dostavljeni elektroničkim putem, ponuditelji dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude, na način kako je objašnjeno u točki 6.1.2. i 6.2.4. ove Dokumentacije, u roku za dostavu ponuda. “*

Upisuje

„Člankom 291. stavkom 1. točkom 4. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj tijekom pregleda i ocjene ponuda provjerava ispunjenje zahtjeva i uvjeta vezanih uz predmet nabave i tehničke specifikacije. U tu svrhu, ponuditelji u ponudi dostavljaju:

1. **Katalog, prospekt proizvoda i/ili druga tehnička dokumentacija** koja se odnosi na zahtjeve navedene u pogledu svojstava predmeta nabave, kako je opisano i traženo u troškovnicima ove

*Dokumentacije, uključivo i za uređaje ustupljene na korištenje za grupe 1 i 2. Katalog ili prospekt uređaja koji se daju na korištenje KBC-u Osijek mora sadržavati opisane tehničke karakteristike uređaja.*

*Katalog ili prospekt može se dostaviti kao sastavni dio elektroničke ponude, u tiskanom obliku, a na zahtjev Naručiitelja njegova autentičnost se mora potvrditi, ili u obliku elektroničkog ispisa kataloga preuzetog sa web sjedišta proizvođača ili ovlaštenog zastupnika uređaja. U slučaju elektroničkog ispisa kataloga ili prospekta, ponuditelji su dužni dati Izjavu s podacima o adresi web sjedišta s kojega su dokumentaciju preuzeli. Katalog, prospekt proizvoda i/ili druga tehnička dokumentacija može biti, osim na hrvatskom jeziku, dostavljena i na engleskom jeziku, no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručiitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dijelova kataloga ovjerene od strane ovlaštenog sudskog tumača.*

*Način dostave kataloga, prospekta i druge tehničke dokumentacije koji ne mogu biti dostavljeni elektroničkim putem, ponuditelji dostavljaju odvojeno od elektroničke ponude, na način kako je objašnjeno u točki 6.1.2. i 6.2.4. ove Dokumentacije, u roku za dostavu ponuda.“*

- Naručiitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te mijenja dokumentaciju o nabavi kako slijedi:

Točka 2.9. Dokumentacije o nabavi mijenja se na način da se umjesto

*„Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda za grupe 1 i 2, dužan je u roku od 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisa Okvirnog sporazuma isporučiti, montirati, instalirati, pustiti u punu funkciju te validirati uređaje u prostorijama Naručiitelja. Nakon validacije uređaja Ponuditelj mora o svom trošku educirati osoblje Naručiitelja za rad i rukovanje uređajima koji se daju na korištenje. U održavanje uređaja moraju biti uključeni troškovi održavanja i servisiranja uređaja, potrošnih i rezervnih dijelova te otklanjanje kvarova u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata od trenutka prijave kvara od strane ovlaštene osobe Naručiitelja. Ukoliko kvar ne bude moguće otkloniti u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata, Ponuditelj je obvezan Naručiitelju dostaviti zamjenski uređaj na vlastiti trošak.“*

Upisuje

*„Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda za grupe 1 i 2, dužan je u roku od 30 (trideset) dana za grupu 1 te 150 (stopedeset) dana za grupu 2 od dana obostranog potpisa Okvirnog sporazuma isporučiti, montirati, instalirati, pustiti u punu funkciju te validirati uređaje u prostorijama Naručiitelja. Nakon validacije uređaja Ponuditelj mora o svom trošku educirati osoblje Naručiitelja za rad i rukovanje uređajima koji se daju na korištenje. U održavanje uređaja moraju biti uključeni troškovi održavanja i servisiranja uređaja, potrošnih i rezervnih dijelova te otklanjanje kvarova u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata od trenutka prijave kvara od strane ovlaštene osobe Naručiitelja. Ukoliko kvar ne bude moguće otkloniti u roku od 24 (dvadeset i četiri) sata, Ponuditelj je obvezan Naručiitelju dostaviti zamjenski uređaj na vlastiti trošak.“*

Točka 7.21.5. Dokumentacije o nabavi mijenja se na način da se umjesto

*„Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda za **GRUPU 1** i **GRUPU 2** dužan je u roku od 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisa Okvirnog sporazuma isporučiti, montirati, instalirati, pustiti u punu funkciju te validirati uređaje navedene u troškovniku za grupe 1 i 2 predmeta nabave, u prostorijama Naručiitelja.“*

Upisuje

„Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda za **GRUPU 1** dužan je u roku od 30 (trideset) dana od dana obostranog potpisa Okvirnog sporazuma isporučiti, montirati, instalirati, pustiti u punu funkciju te validirati uređaje navedene u troškovniku grupe 1 predmeta nabave, u prostorijama Naručitelja.

Ponuditelj čija ponuda bude odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda za **GRUPU 2** dužan je u roku od 150 (stopedeset) dana od dana obostranog potpisa Okvirnog sporazuma isporučiti, montirati, instalirati, pustiti u punu funkciju te validirati uređaje navedene u troškovniku grupe 2 predmeta nabave, u prostorijama Naručitelja.“

## 2. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Ad2) „Poštovani, vezano uz objavu Poziva na prethodno savjetovanje, Evidencijski broj nabave: VV-22/5, Predmeta nabave DIJALIZATORA I MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA ZA HEMODIJALIZU, a sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi, slobodni smo Vam dostaviti svoje primjedbe i prijedloge vezano uz nacrt prijedloga dokumentacije o nabavi.

Molimo da se u predmet nabave doda nova grupa sa opisom predmeta nabave: “Hemofilter za pročišćavanje krvi sa mogućnošću uklanjanja uremijskih toksina netopivih u vodi, toksina vezanih na proteine, PTH,  $\beta$ 2MG, Leptin, CRP, veličine molekula u rasponu 5 - 30 kDA. Površina vezanja najmanje 18.000 m<sup>2</sup>.“ i okvirnom količinom 5 kom kako bi se potrebitim pacijentima na odjelu hemodijalize KBC Osijek omogućilo liječenje komplikacija u hemodijalizi.“

## Odgovor Naručitelja

- Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta te se dodaje nova grupa predmeta nabave kako slijedi:

### Grupa 5

R.B	Naziv proizvoda	Jed. mjere	Okvirna 1-godišnja količina
1.	Hemofilter za pročišćavanje krvi sa mogućnošću uklanjanja uremijskih toksina netopivih u vodi, toksina vezanih na proteine, PTH, $\beta$ 2MG, Leptin, CRP, veličine molekula u rasponu 5 - 30 kDA. Površina vezanja najmanje 18.000 m <sup>2</sup> .	kom	50

## 3. Zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta

Ad 3) „Poštovani, sukladno prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a prema čl. 198., st. 3. Zakona o javnoj nabavi, za predmet nabave: Dijalizatori i medicinski potrošni materijal za hemodijalizu za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: VV-22/5, dostavljamo slijedeći prijedlog izmjene:

### Grupa predmeta nabave 3.

Molimo da se u troškovniku navedene grupe predmeta nabave, uvrste dodatne stavke rbr. 3. i 4. troškovnika, zbog iskazanog interesa od strane stručnog osoblja Kliničkog bolničkog centra Osijek, sa radom sa inovativnim i tehnološki naprednim membrana dijalizatora.

Ujedno, molimo, i izmjenu, okvirnih 1-godišnjih količina.

Prijedlog izmijenjene grupe predmeta nabave 3:

R.B.	Naziv proizvoda	Jed. mjere	Okvirna 1-godišnja količina
1.	Filteri za dijalizu visokoprotlačni, membrana PAES/PVP, sterilizacija vodenom parom, površina 1,7 m <sup>2</sup> ; KUF 48, klirensi pri Qb 400 ml/min i Qd 500 ml/min: za ureju ≥344, kreatinin ≥323, fosfat ≥311; vit.B12 ≥239, mioglobin ≥ 137	kom	156
2.	Filteri za dijalizu visokoprotlačni, membrana PAES/PVP, sterilizacija vodenom parom, površina 2,0 m <sup>2</sup> ; KUF 59, klirensi pri Qb 400 ml/min i Qd 500 ml/min: za ureju ≥351, kreatinin ≥331, fosfat ≥320; vit.B12 ≥249, mioglobin ≥ 147	kom	156
3.	Dijalizatori, sterilizirani vodenom parom, membrana je Poracton (mješavina Polyarylethersulfona i Polivinilpirolidona) površine 1.4 m <sup>2</sup> KUV 48; (in vitro performanse klirens pri Qb 300 i Qd 500 ml/min; za ureju 272, kreatinin 256, za fosfate 242, za B12 174)	kom	156
4.	Dijalizatori, sterilizirani vodenom parom, membrana je Poracton (mješavina Polyarylethersulfona i Polivinilpirolidona) površine 1.8 m <sup>2</sup> KUV 54; (in vitro performanse klirens pri Qb 300 i Qd 500 ml/min; za ureju 281, kreatinin 267, za fosfate 255, za B12 191)	kom	156

S poštovanjem. “

#### Odgovor Naručitelja

- Naručitelj prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta, u grupu 3 dodaju se nove stavke rednog broja 3 i 4 te grupa 3 sada glasi:

R.B.	Naziv proizvoda	Jed. mjere	Okvirna 1-godišnja količina
1.	Filteri za dijalizu visokoprotlačni, membrana PAES/PVP, sterilizacija vodenom parom, površina 1,7 m <sup>2</sup> ; KUF 48, klirensi pri Qb 400 ml/min i Qd 500 ml/min: za ureju ≥344, kreatinin ≥323, fosfat ≥311; vit.B12 ≥239, mioglobin ≥ 137	kom	156
2.	Filteri za dijalizu visokoprotlačni, membrana PAES/PVP, sterilizacija vodenom parom, površina 2,0 m <sup>2</sup> ; KUF 59, klirensi pri Qb 400 ml/min i Qd 500 ml/min: za ureju ≥351, kreatinin ≥331, fosfat ≥320; vit.B12 ≥249, mioglobin ≥ 147	kom	156
3.	Dijalizatori, sterilizirani vodenom parom, membrana je Poracton (mješavina Polyarylethersulfona i Polivinilpirolidona) površine 1.4 m <sup>2</sup> KUV 48; (in vitro performanse klirens pri Qb 300 i Qd 500 ml/min; za ureju 272, kreatinin 256, za fosfate 242, za B12 174)	kom	156
4.	Dijalizatori, sterilizirani vodenom parom, membrana je Poracton (mješavina Polyarylethersulfona i Polivinilpirolidona) površine 1.8 m <sup>2</sup> KUV 54; (in vitro performanse klirens pri Qb 300 i Qd 500 ml/min; za ureju 281, kreatinin 267, za fosfate 255, za B12 191)	kom	156

Naručitelj je prihvatio prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata za izmjenom dokumentacije o nabavi kako je prethodno obrazložio. Sukladno svim promjenama, Naručitelj će pokrenuti otvoreni postupak javne nabave dijalizatora i medicinskog potrošnog materijala za hemodijalizu. Ukupna procijenjena vrijednost predmeta nabave iznosi 7.619.047,62 kn bez PDV-a.

Ovo Izvješće Naručitelj dostavlja svim zainteresiranim gospodarskim subjektima objavom u Elektroničkom oglasniku javne nabave, modul *Prethodna savjetovanja*, te na službenoj internetskoj stranici Naručitelja: <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/>.

S poštovanjem,

Klinički bolnički centar Osijek

Služba za poslove nabave