

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:
Boris Flegar, dipl.oec.
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Tel: 031/511-111
E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK
Department of Supply

Head of Department
Boris Flegar, B.Sc (Econ.)
Josipa Huttlera 4
31000 Osijek, Hrvatska
Phone: +385 31 511 111
E-mail: boris.flegar@gmail.com

**SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Ur.broj: R6-9697/22
U Osijeku, 29. srpnja 2022. god.

PREDMET: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu:

ZAVOJNI MATERIJAL za potrebe KBC-a Osijek
evidencijski broj nabave: VV-22/12

- dostavlja se!

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016; u daljnjem tekstu: ZJN 2016) javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek na internetskim stranicama Kliničkog bolničkog centra Osijek <http://www.kbco.hr/informacije/javna-nabava/> i internetskim stranicama EOJN objavio je nacrt dokumentacije o nabavi te troškovnike za 24 grupa predmeta nabave (tehničke specifikacije) s opisom predmeta nabave i Predviđenim (okvirnim) godišnjim količinama. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 15. lipnja 2022. godine.

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj je zaprimio primjedbe i prijedloge o nacrtu dokumentacije o nabavi i tehničkoj specifikaciji predmeta nabave od 5 (pet) zainteresirana gospodarska subjekta.

U nastavku navodimo primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

Ad 1) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Prvi gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o nabavi u troškovniku, subjekt je zatražio izmjene opisa stavki troškovnika, i to:

Poštovani,

Nastavno na objavljene troškovnike u postupku Savjetovanja po gore navedenom predmetu nabave, od dana 08.06.2022. godine, molimo Vas izmjene u opisu proizvoda predmeta nabave za stavke GRUPE P1. Troškovnik s predloženim izmjenama u prilogu ove Zamolbe (**izmjene označene crvenom bojom**). Radi se o minimalnim tolerancijama između renomiranih proizvođača, na proizvodima kod kojih takva razlika ni na koji način ne utječe na kvalitetu i sigurnost u radu i/ili na sam medicinsko-tehnički zahvat.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK Osijek, J. HUTTLERA 4			2022					
ZAVOJNI MATERIJAL za potrebe KBC-a Osijek, VV-22/12 GRUPA P1								
Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Planirana 1 godišnja potreba	Jedinična cijena kn bez PDV-a	Ukupni iznos kn bez PDV-a	Proizvođač Zemlja	Kataloški broj	NAPOMENA
1.	Flaster, netkani, elastični, poliakrilno ljepilo, 100% poliester, 25-30 cm x 10 m	kom	1					
2.	Sterilni samoljepljivi povoj 7 cm x 5 cm s jastučićem 4-4,5 cm x 2,5 cm	kom	600					
3.	Sterilni samoljepljivi povoj 10 cm x 8-9 cm s jastučićem 4-5 cm x 6 cm	kom	50					
4.	Sterilni samoljepljivi povoj 9-10 cm x 15 cm s jastučićem 5 cm x 10-11 cm	kom	50					
5.	Sterilni samoljepljivi povoj 10 cm x 20 cm s jastučićem 5-6 cm x 15-16 cm	kom	50					
6.	Sterilni samoljepljivi povoj 10 cm x 25 cm s jastučićem, 5-6 cm x 19-20 cm	kom	50					
7.	Sterilni samoljepljivi povoj 10 cm x 30 cm s jastučićem, 5-6 cm x 24-25 cm	kom	50					
8.	Sterilni samoljepljivi povoj 10 cm x 34-35 cm s jastučićem, 5-5,5 cm x 29-30 cm	kom	50					
9.	Sterilni samoljepljivi povoj vodoodbojan 7 cm x 5 cm s jastučićem 4-4,5 cm x 2,5 cm	kom	3000					
10.	Sterilni samoljepljivi povoj vodoodbojan 10 cm x 8-9 cm s jastučićem 4-5 cm x 6 cm	kom	300					
11.	Sterilni samoljepljivi povoj vodoodbojan 9-10 cm x 15 cm s jastučićem 5 cm x 10-11 cm	kom	25					
12.	Sterilni samoljepljivi povoj vodoodbojan 10 cm x 20 cm s jastučićem 5-6 cm x 15-16 cm	kom	25					
13.	Sterilni samoljepljivi povoj vodoodbojan 10 cm x 20-25 cm s jastučićem 5-6 cm x 15-20 cm	kom	25					
14.	Mikroporozni flaster bez dispenzera 1,25 cm x 9,1m	kom	10					
15.	Mikroporozni flaster bez dispenzera 2,5 cm x 9,1m	kom	10					
16.	Mikroporozni flaster bez dispenzera 5 cm x 9,1m	kom	10					
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a								
IZNOS PDV-a								
CIJENA PONUDE S PDV-om								

➤ Odgovor Naručitelja:

Naručitelj je sukladno svojim potrebama jasno naznačio minimalne tehničke karakteristike traženih proizvoda te se zahtjev za izmjenom po ovoj točki odbija.

Ad 2) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Drugi gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o nabavi u troškovniku. Kako se ne bi dovelo do ograničenja tržišnog natjecanja i diskriminacije pojedinih ponuditelja, gospodarski subjekt je zatražio izmjene opisa stavki troškovnika, izdvajanje stavki troškovnika u zasebne grupe i dodavanje novih grupa predmeta nabave, i to:

Poštovani,

kako bi omogućili natjecanje što većem broju ponuditelja, molimo izmjene troškovnika na slijedeći način:

Grupa A:

-molimo izdvojiti stavku br.3 u zasebnu grupu

Grupa C1:

- molimo izdvojiti stavku br.1 u zasebnu grupu

Grupa C3:

- molimo izdvojiti stavku br.1 u zasebnu grupu

Grupa E:

- molimo izdvojiti stavku br.5,6 i 7 u zasebnu grupu

Grupa F:

-molimo izdvojiti stavku br.3 u zasebnu grupu

Grupa L1:

- Molimo brisati iz opisa veličinu pakiranja a10, s obzirom da je navedena jedinica mjere komad
- Molimo u stavkama 19. i 20. izmijeniti opis veličina, na način da se dozvoli odstupanja u dimenziji u rasponu; 40-45cm x 40-45cm

Grupa M:

- molimo izdvojiti stavku br.5.,6,7 i 8 u zasebnu grupu

Grupa N2:

-molimo izdvojiti stavku br.3 u zasebnu grupu

Grupa P1:

Molimo u slijedećim stavkama izmijeniti opis veličina, na način da se dozvoli odstupanja u dimenziji u rasponi kako slijedi;

- Molimo izmijeniti opis u stavci 2. veličinu od 7-7,2x5cm
- Molimo izmijeniti opis u stavci 9. veličinu od 7-7,2x5cm
- Molimo izmijeniti opis u stavci 10. veličinu od 10x8-9cm
- Molimo izmijeniti opis u stavci 11. veličinu od 9-10x15cm
- Molimo izmijeniti opis u stavci 14. veličinu od 1,25 x **minimalno** 9,1m
- Molimo izmijeniti opis u stavci 15. veličinu od 2,5 x **minimalno** 9,1m
- Molimo izmijeniti opis u stavci 16. veličinu od 5 x **minimalno** 9,1m

Grupa R1:

-molimo izdvojiti stavke 12, 13 i 14 u zasebnu grupu

Grupa R2:

-molimo izdvojiti stavke 9,10,11,12 i 13 u zasebnu grupu

kako bi omogućili sudjelovanje svih ponuditelja u ovom postupku javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te poštivanje svih načela javne nabave kao načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti.

DOKUMENTACIJA:

Molimo dodatno pojašnjenje točke 6.6. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija, o roku isporuke;

treba li rok isporuke biti izražen u točan sat na cijeli broj ili je rok isporuke predviđen u rasponu od 0-24h, 25-36h, 37-48h?

➤ **Odgovor Naručitelja:**

Naručitelj je proučio upit potencijalnog ponuditelja te ne prihvaća prijedloge gospodarskog subjekta za izmjenom troškovnika predmeta nabave, izdvajanja pojedinih stavki i dodavanja novih grupa premeta nabave.

Naručitelj je jasno naznačio minimalne tehničke karakteristike traženih proizvoda sukladno svojim potrebama.

U dokumentaciji o nabavi je pod točkom 6.6. kriterij za odabir najpovoljnije ponude te relativni ponder kriterija o roku isporuke jasno propisan rok isporuke (do 24h, do 36h, maksimalna 48h) sukladno kojemu će se ponuda bodovati. Ponuditelj treba odabrati vremenski period u kojem je u mogućnosti izvršiti rok isporuke robe.

Ad 3) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Treći gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o nabavi kao i u troškovniku, i to:

Poštovani,

na temelju odredaba čl. 198. Zakona o javnoj nabavi javljamo se kao zainteresirani gospodarski subjekt sa zahtjevom za izmjenu dokumentacije.

1/ Člankom 8. prijedloga okvirnog sporazuma propisali ste:

„U slučaju da je temeljem Sporazuma o ovlaštenju središnjeg tijela za javnu nabavu za provođenje postupka zajedničke nabave i sklapanje okvirnih sporazuma kod kojeg je potpisnik Naručitelj (Odluka Ministarstva zdravstva o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave za javnu nabavu/javnih ustanova/zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatski radi sklapanja ugovora i okvirnih sporazuma za određene predmeta nabave), postignuta cijena za artikle koji su predmet ovog Sporazuma niža od ugovorene, sporazumne stranke su suglasne da Naručitelj može u roku od 30 dana jednostrano raskinuti ovaj Okvirni sporazum što je odabrani ponuditelj dužan prihvatiti.“

Propisivanjem mogućnosti jednostranog raskida okvirnog sporazuma prije njegovog isteka, u slučaju odluke sklapanja sporazuma ili odluke nadležnih tijela u slučaju zajedničke javne nabave, unosi se pravna nesigurnost između stranaka ugovora glede trajanje ugovora. Naime, potencijalne ponuditelje se dovodi u položaj stalne neizvjesnosti tijekom izvršavanja okvirnog sporazuma.

Propisivanje odredaba koje omogućuju jednostrani raskid temeljem okolnosti i događaja koje ne ovise o odabranom ponuditelju su štetne za potencijalno odabranog ponuditelja, te uz to ni ne potpadaju pod razloge za raskid ugovora iz članka 322. ZJN.

Zainteresirani gospodarski subjekt, ističe kako je Državna komisije za kontrolu postupaka za kontrolu javne nabave u svom rješenju od 26. studenog 2021., KLASA: UP/II-034-02/21-01/984, Urbroj: 354-01/21-12, poništila takve odredbe dokumentacije kao nezakonite. Naime, državna komisija je ocijenila kako se radi o odredbi koja je protivna načelima javna nabave.

Zbog svega navedenog, molimo Vas, da navedene odredbe o mogućnosti raskida uklonite iz Dokumentacije o nabavi kako bi Dokumentacija bila zakonita.

2/ Molimo Vas da za **GRUPU A, stavku 1.** opis koji glasi:

„FLASTER a 5 cm(kao Durapore ili jednakovrijedan) SVILENKASTA TEKS. TRAKA S JAKIM LJEPILOM, dužina trake 5m“,

izmijenite na način da glasi:

„Kirurška traka svilena, osnova od tkanog tafet acetata sa LAB premazom na poledini trake, vrlo čvrsta, dobro prijanja, za kritičnu fiksaciju, dobro se trga u oba smjera (vodoravno i okomito), nije elastična, sadrži hipoalergijsko, akrilatno ljepilo osjetljivo na pritisak, dobra ljepivost na nehrđajući čelik, suhe i vlažne katetere i na vlastitu podlogu, traka mora biti dovoljne vlačne čvrstoće kako ne bi dolazilo do trganja trake prilikom odmotavanja, previjanja i uklanjanja, minimalna vlačna čvrstoća 175N/in, traka se mora lagano odmotavati sa role, sila odmotavanja maksimalno 3,5N/in, biokompatibilnost u skladu sa ISO 10993-dio 1 i ISO 14971, iritacija kože i osjetljivost u skladu sa ISO 10993-10, nježna za kožu ispitano po metodi HCIPT, ne sadrži PVC, lateks i kolofonij. Dimenzije: 5 cm x 9,1 m, 6 komada u kutiji“*

Molimo Vas da za **GRUPU A, stavku 2.** opis koji glasi:

„FLASTER a 2,5 cm (kaoDurapore ili jednakovrijedan) SVILENKASTA TEKS. TRAKA S JAKIM LJEPILOM, dužina trake 5m“,

izmijenite na način da glasi:

„Kirurška traka svilena, osnova od tkanog tafet acetata sa LAB premazom na poledini trake, vrlo čvrsta, dobro prijanja, za kritičnu fiksaciju, dobro se trga u oba smjera (vodoravno i okomito), nije elastična, sadrži hipoalergijsko, akrilatno ljepilo osjetljivo na pritisak, dobra ljepivost na nehrđajući čelik, suhe i vlažne katetere i na vlastitu podlogu, traka mora biti dovoljne vlačne čvrstoće kako ne bi dolazilo do trganja trake prilikom odmotavanja, previjanja i uklanjanja, minimalna vlačna čvrstoća 175N/in, traka se mora lagano odmotavati sa role, sila odmotavanja maksimalno 3,5N/in, biokompatibilnost u skladu sa ISO 10993-dio 1 i ISO 14971,*

iritacija kože i osjetljivost u skladu sa ISO 10993-10, nježna za kožu ispitano po metodi HCIPT, ne sadrži PVC, lateks i kolofonij. Dimenzije: 2,5 cm x 9,1 m, 12 komada u kutiji"

Molimo Vas da za **GRUPU A, stavku 3.** opis koji glasi:

„PAPIRNA LJEPLJIVA TRAKA 10cmx10m (kao Fixomul curafix ili jednakovrijedan)“,

izmijenite na način da glasi:

„Mekana traka, netkani poliester, na podložnom papiru s iscrtanom centimetarskom mrežom. Elastična, porozna, nesterilna. Za kritičnu fiksaciju tubusa, prilagodljiva za zglobove i pokretne dijelove tijela, za dugotrajno nošenje. Ne sadrži lateks, hipoalergijsko medicinsko akrilatno ljepljivo. Dimenzije: 10cm x 10m“

Molimo Vas da za **GRUPU A, stavku 4.** opis koji glasi:

„FLASTER a 2,5 cm kirurška traka, nježna, papirnata, dužina trake 5m“,

izmijenite na način da glasi:

„Kirurška traka papirnata, prilagodljiva, mikroporozna za nježnu i osjetljivu kožu te dugotrajno nošenje, bez dispnzera, bijela, osnova od viskoznih vlakana, sadrži hipoalergijsko, akrilatno ljepljivo i vezivno sredstvo osjetljivo na pritisak, LAB premaz na poledini trake, sila prijanjanja na površinski sloj trake maksimalno 1,2N/in, traka se mora lagano odmatati sa role, sila odmotavanja maksimalno 2,5N/in, traka mora biti dovoljne vlačne čvrstoće kako ne bi dolazilo do trgjanja trake prilikom odmotavanja, previjanja i uklanjanja, minimalna vlačna čvrstoća 43N/in, odlična ljepljivost na vlažnoj koži, biokompatibilnost u skladu sa ISO 10993-dio 1 i ISO 14971, iritacija kože i osjetljivost u skladu sa ISO 10993-10, nježna za kožu, ispitano po metodi HCIPT, hipoalergena ispitano po metodi HRIPT, ne sadrži PVC, lateks i kolofinij. Dimenzije: 2,5 cm x 9,1 m, 12 komada u kutiji“

3/ Molimo Vas da za GRUPU B, stavku 1. opis koji glasi:

„FLASTER a 1,25 cm(kao Micropore ili jednakovrijedno) kirurška traka, nježna, papirnata, dužina trake 5m“,

izmijenite na način da glasi:

„Kirurška traka papirnata, prilagodljiva, mikroporozna za nježnu i osjetljivu kožu te dugotrajno nošenje, bijela, osnova od viskoznih vlakana, sadrži hipoalergijsko, akrilatno ljepljivo i vezivno sredstvo osjetljivo na pritisak, LAB premaz na poledini trake, sila prijanjanja na površinski sloj trake maksimalno 1,2N/in, traka se mora lagano odmatati sa role, sila odmotavanja maksimalno 2,5N/in, traka mora biti dovoljne vlačne čvrstoće kako ne bi dolazilo do trgjanja trake prilikom odmotavanja, previjanja i uklanjanja, minimalna vlačna čvrstoća 43N/in, odlična ljepljivost na vlažnoj koži, biokompatibilnost u skladu sa ISO 10993-dio 1 i ISO 14971, iritacija kože i osjetljivost u skladu sa ISO 10993-10, nježna za kožu, ispitano po metodi HCIPT, hipoalergena ispitano po metodi HRIPT, ne sadrži PVC, lateks i kolofinij. Dimenzije: 1,25 cm x 9,1 m, 24 komada u kutiji“

Molimo Vas da za **GRUPU B, stavku 2** opis koji glasi:

„FLASTER a 2,5 cm(kao Micropore ili jednakovrijedno) kirurška traka, nježna, papirnata, dužina trake 5m“,

izmijenite na način da glasi:

„Kirurška traka papirnata, prilagodljiva, mikroporozna za nježnu i osjetljivu kožu te dugotrajno nošenje, bijela, osnova od viskoznih vlakana, sadrži hipoalergijsko, akrilatno ljepljivo i vezivno sredstvo osjetljivo na pritisak, LAB premaz na poledini trake, sila prijanjanja na površinski sloj trake maksimalno 1,2N/in, traka se mora lagano odmatati sa role, sila odmotavanja maksimalno 2,5N/in, traka mora biti dovoljne vlačne čvrstoće kako ne bi dolazilo do trgjanja trake prilikom odmotavanja, previjanja i uklanjanja, minimalna vlačna čvrstoća 43N/in, odlična ljepljivost na vlažnoj koži, biokompatibilnost u skladu sa ISO 10993-dio 1 i ISO 14971, iritacija kože i osjetljivost u skladu sa ISO 10993-10, nježna za kožu, ispitano po metodi HCIPT, hipoalergena ispitano po metodi HRIPT, ne sadrži PVC, lateks i kolofinij. Dimenzije: 2,5 cm x 9,1 m, 12 komada u kutiji“

Molimo Vas da za **GRUPU B, stavku 3** opis koji glasi:

„FLASTER a 5 cm (kao Micropore ili jednakovrijedno) kirurška traka, nježna, papirnata, dužina trake 5m“,

„Kirurška traka papirnata, prilagodljiva, mikroporozna za nježnu i osjetljivu kožu te dugotrajno nošenje, bijela, osnova od viskoznih vlakana, sadrži hipoalergijsko, akrilatno ljepilo i vezivno sredstvo osjetljivo na pritisak, LAB premaz na poledini trake, sila prijanjanja na površinski sloj trake maksimalno 1,2N/in, traka se mora lagano odmatati sa role, sila odmotavanja maksimalno 2,5N/in, traka mora biti dovoljne vlačne čvrstoće kako ne bi dolazilo do trganja trake prilikom odmotavanja, previjanja i uklanjanja, minimalna vlačna čvrstoća 43N/in, odlična ljepljivost na vlažnoj koži, biokompatibilnost u skladu sa ISO 10993-dio 1 i ISO 14971, iritacija kože i osjetljivost u skladu sa ISO 10993-10, nježna za kožu, ispitano po metodi HCIPT, hipoalergena ispitano po metodi HRIPT, ne sadrži PVC, lateks i kolofinij. Dimenzije: 5 cm x 9,1 m, 6 komada u kutiji“

Također Vas molimo da za sve tri stavke u grupi B definirate želite li trake na plastičnom dispenzeru ili bez, obzirom da im cijena nije ista.

4/ Molimo Vas da za **GRUPU P2, stavku 1** opis koji glasi:

„Sterilni samoljepljivi prišvršivač za katetere četvrtastog oblika s transparentnom membranom 13 cm x 10 cm“,

izmijenite na način da glasi:

„Prozirna poliuretanska folija, vodonepropusna, za fiksaciju centralnih i perifernih l.v. katetera, prevenciju dekubitusa, zaštitu ugrožene kože, sterilna, elastična, barijera za viruse i bakterije, omogućuje disanje kože, s hipoalergijskim poliakrilatnim medicinskim ljepilom, bez latexa, s papirnatim okvirom za lakše postavljanje, sterilno pojedinačno pakirana. Dimenzije: 10 cm x 12 cm, 50 komada u kutiji“

➤ Odgovor Naručitelja:

Naručitelj je proučio upit potencijalnog ponuditelja te se očituje kako slijedi:

Prihvaća se sugestija potencijalnog ponuditelja pod točkom 1. te će se navedeni navod ukloniti iz prijedloga okvirnog sporazuma.

Ostali prijedlozi za izmjenom opisa stavki troškovnika se ne prihvaćaju. Naručitelj je sukladno svojim potrebama jasno i nedvojbeno naznačio minimalne tehničke karakteristike traženih proizvoda.

Ad 4) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Četvrti gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o nabavi u troškovniku, i to:

Poštovani,

ovim putem želimo dati primjedbe i/ili prijedloge na izmjene i dopune dokumentacije i troškovnika za gore navedeno nadmetanje, a sve na osnovu prethodnog savjetovanja:

GRUPA K2 – stavka 17.

Obzirom na malu količinu i neznatnu potrošnju Kliničkog bolničkog centra Osijek za navedenom stavkom, molimo naručitelja da ukloni stavku 17. jer navedeni proizvod nije u skladu sa UREDBOM (EU) 2017/745 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. travnja 2017 o medicinskim proizvodima.

GRUPA L2 – stavka 10.

Obzirom na malu količinu i neznatnu potrošnju Kliničkog bolničkog centra Osijek za navedenom stavkom, molimo naručitelja da ukloni stavku 17. jer navedeni proizvod nije u skladu sa UREDBOM (EU) 2017/745 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 5. travnja 2017 o medicinskim proizvodima.

GRUPA M

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjera	Planirana 1 godišnja potreba
1.	TANKI ELASTIČAN POVOJ, 90% RASTEZLJIV, MJESAVALNA POLIAMIDA 55% I VISKOZE 45% 8 cmx4m	kom	500
2.	TANKI ELASTIČAN POVOJ, 90% RASTEZLJIV, MJESAVALNA POLIAMIDA 55% I VISKOZE 45% 10 cmx4m	kom	500
3.	FLASTER ZA FIKSIRANJE I.V. KANILA 9X6 cm, flizelin	kom	500
4.	FLASTER ZA FIKSIRANJE I.V. KANILA 9X6 cm, sa transparentnim kontrolnim prozorčićem	kom	500
5.	SAMOLJEPLJIVA TRAKA U KOLUTU 100% poliester 5cmx10m	kom	10
6.	SAMOLJEPLJIVA TRAKA U KOLUTU 100% poliester 10cmx10m	kom	20
7.	SAMOLJEPLJIVA TRAKA U KOLUTU 100% poliester 15cmx10m	kom	20
8.	SAMOLJEPLJIVA TRAKA U KOLUTU 100% poliester 20cmx10m	kom	10
9.	SAMOLJEPLJIVA TRAKA, TKANA 6cmx1m (kao HANSAPLAST ili jednakovrijedan)	kom	100

Molimo Naručitelja da uvaži promjenu kod stavke 3 i 4:

3.	FLASTER ZA FIKSIRANJE I.V. KANILA <i>min. 6x7,5 cm</i> , flizein	kom	500
4.	FLASTER ZA FIKSIRANJE I.V. KANILA <i>min. 6x7,5 cm</i> , sa transparentnim kontrolnim prozorčićem	kom	500

kako bi se omogućilo da na natječaju sudjeluje veći broj ponuditelja,

GRUPA R2

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Planirana 1 godišnja potreba
1	Elastičan zavoj za pričvršćivanje, 56% viskoza, 44% poliamid, uzdužno elastičan oko 100%, sa obrađenim rubovima, 4cm x 4m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	780
2	Elastičan zavoj za pričvršćivanje, 56% viskoza, 44% poliamid, uzdužno elastičan oko 100%, sa obrađenim rubovima, 6cm x 4m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	20
3	Elastičan zavoj za pričvršćivanje, 56% viskoza, 44% poliamid, uzdužno elastičan oko 100%, sa obrađenim rubovima, 8cm x 4m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	20
4	Elastičan zavoj za pričvršćivanje, 56% viskoza, 44% poliamid, uzdužno elastičan oko 100%, sa obrađenim rubovima, 10cm x 4m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	20
5	Elastičan zavoj sa cinkovom pastom, bielastičan, 10cm x 5m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	2
6	Elastičan zavoj sa cinkovom pastom, bielastičan, 10cm x 7m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	2
7	Elastičan zavoj sa cinkovom pastom, bielastičan, 10cm x 10m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	2
8	Elastični zavoj bijeli, 20cm x 5 m, uzdužno elastičan oko 130%, 64% pamuk, 35% poliamid i 1% elastan, sa obrađenim rubovima, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	270
9	Elastičan zavoj samolepiv bez lateksa, bijele boje, 4cm x 20m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	345
10	Elastičan zavoj samolepiv bez lateksa, bijele boje, 6cm x 20m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	5
11	Elastičan zavoj samolepiv bez lateksa, bijele boje, 8cm x 20m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	5
12	Elastičan zavoj samolepiv bez lateksa, bijele boje, 10cm x 20m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	5
13	Elastičan zavoj samolepiv bez lateksa, bijele boje, 12cm x 20m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	5

Obzirom na dosadašnje potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, lakšeg rada osobita te znatne uštede, molimo Naručitelja da uvaži promjenu kod stavki 9-13:

9	Elastičan zavoj samolepiv, bijele boje, 4cm x 20m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	345
10	Elastičan zavoj samolepiv, bijele boje, 6cm x 20m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	5
11	Elastičan zavoj samolepiv, bijele boje, 8cm x 20m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	5
12	Elastičan zavoj samolepiv, bijele boje, 10cm x 20m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	5
13	Elastičan zavoj samolepiv, bijele boje, 12cm x 20m, dozvoljeno odstupanje 5%	kom	5

➤ Odgovor Naručitelja:

Naručitelj je sukladno svojim potrebama jasno naznačio minimalne tehničke karakteristike traženih proizvoda te se zahtjev za izmjenom odbija.

Ad 5) Primjedbe i prijedlozi zainteresiranog gospodarskog subjekta:

Peti gospodarski subjekt je uputio zahtjev Naručitelju s prijedlogom za izmjenom dokumentacije o nabavi kao i u opisu stavki troškovnika, i to:

Poštovani,

niže u dopisu predlažemo promjene na objavljene prijedloge specifikacija otvorenog postupaka javne nabave velike vrijednosti za nabavu: ZA VOJNI MATERIJAL za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, Evidencijski broj nabave: VV-22/12

1. Natjecajna dokumentacija

Predlažemo da se u natjecajnu dokumentaciju kod stavaka za dokazivanje Sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti od ponuditelja koji nude proizvode, zatraži ovlast proizvođača za nudište proizvoda.

Primjer teksta: *Ponuditelj je dužan dostaviti Ovlaštenje proizvođača proizvoda izdanu za ponuditelja kojem se dokazuje da je ponuditelj autoriziran za nudište od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU.*

2. Grupa B – molimo Vas promjenu specifikacije kod dužine svih Micropore traka sa 5m na 9,1 m.

Pojšnjenje: U standardnoj ponudi većina proizvođača ima mikropore dužine 9,1m a iste su i na listama lijekova HZZO (PDV 5%)

3. Grupa C – poštovani predlažemo

a) ujedinjavanje grupa C1, C2 i C3 istih nesterilnih proizvoda u zajedničku grupu C1
b) za proizvod koji se razlikuje Gaza 100m 17 nitna predlažemo da se izdvoji u zasebnu grupu i doda proizvod Gaza 100m 20 nitna zbog zadovoljavanja potrebe zahtjevnijih korisnika KBC Osijek. Predlažemo naziv grupe C2

c) Predlažemo i dodati komprese povezane papirnatom trakom zbog ubrzavanja rada sterilizacije. Stavke 11-14 u novo priloženoj tablici C1

d) Na svim stavkama specifikacija predlažemo detaljniji opis iz kojeg se vidi sastav, način slaganja kompresa i pakiranje.

4. Grupa D – predlažemo detaljnije specifikacije proizvoda grupe D i iz grupe F (vata) prebaciti u grupu D (zavoji) elastični zavoj jer generički bolje pripada grupi D nego grupi F

5. Grupa F – uz predhodno premješten elastični zavoj u grupu D predlažemo detaljnije specifikacije. Također kako su stavka 1 i 2 ustvari iste specifikacije predlažemo da jedna stavka bude vata od 1kg a druga stavka vata od 0,5kg.

ZAVOJNI MATERIJAL
za potrebe KBC-a Osijek, VV-22/12
GRUPA B

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Planirana 1 godišnja potreba	Jedinična cijena kn bez PDV-a	Ukupni iznos kn bez PDV-a	Proizvođač Zemlja	Katalogski broj	NAPOMENA
1.	FLASTER a 1,25 cm(kao Micropore ili jednakovrijedno) kirurška traka, nježna, papirnata, dužina trake 9,1m	kom	100					
2.	FLASTER a 2,5 cm(kao Micropore ili jednakovrijedno) kirurška traka, nježna, papirnata, dužina trake 9,1m	kom	4000					
3.	FLASTER a 5 cm (kao Micropore ili jednakovrijedno) kirurška traka, nježna, papirnata, dužina trake 9,1m	kom	1000					
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a								
IZNOS PDV-a								
CIJENA PONUDE S PDV-om								

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J.HUTTLERA 4

2022

ZAVOJNI MATERIJAL
za potrebe KBC-a Osijek, VV-22/12
GRUPA C1

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Planirana 1 godišnja potreba	Jedinična cijena kn bez PDV-a	Ukupni iznos kn bez PDV-a	Proizvođač Zemlja	Katalogski broj	NAPOMENA
1	KOMPRESSE NEST. 16 sl 10x20cm 17 nitna 100%pamuk, foldana, pakirana a100 (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	2000					
2	KOMPRESSE STER. 7,5 x 7,5cm 12sl 17 nitna 100%pamuk, foldana, pakirana a1 x a100	kom	100					
3	KOMPRESSE STER. 10 x 10cm 12sl 17 nitna 100%pamuk, foldana, pakirana a1 x a100	kom	100					
4	KOMPRESSE NEST. 12 sl. 25x12 cm 17 nitna 100%pamuk, foldana, pakirana a50 (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	200000					
5	KOMPRESSE NEST. 16 sl. 25x12 cm 17 nitna 100%pamuk, foldana, pakirana a50 (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	85000					
6	KOMPRESSE NEST. 24 sl. 25x12 cm 17 nitna 100%pamuk, foldana, pakirana a50	kom	40000					
7	KOMPRESSE NEST. 12 sl. 5x5 cm 17 nitna 100%pamuk, foldana, pakirana a100 (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	600000					
8	KOMPRESSE NEST. 12 sl. 7,5x7,5cm 17 nitna 100%pamuk, foldana, pakirana a100 (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	600000					
9	KOMPRESSE NEST. 12 sl. 10x10 cm 17 nitna 100%pamuk, foldana, pakirana a100 (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	300000					
10	KOMPRESSE NEST. 16 sl 10x20 16sl RTG šlafjano a15 pakirano a90	kom	500					
11	KOMPRESSE NEST. 16 sl 10x20cm RTG 7 nitna 100%pamuk, foldana, šlafjana papinatom trekom po a10 pakirana a100 (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	500					
12	KOMPRESSE NEST. 12 sl. 25x12 cm 17 nitna 100%pamuk, foldana, RTG, šlafjana papinatom trekom po a10 pakirana a50 (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	500					
13	KOMPRESSE NEST. 16 sl. 25x12 cm 17 nitna 100%pamuk, foldana, RTG, pakirana a50 (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	500					
14	KOMPRESSE NEST. 24 sl. 25x12 cm 17 nitna RTG 100% pamuk, foldana, šlafjana papinatom trekom po a10 pakirana a50	kom	500					
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a								

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J.HUTTLERA 4

2022

ZAVOJNI MATERIJAL
za potrebe KBC-a Osijek, VV-22/12
GRUPA C2

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Planirana 1 godišnja potreba	Jedinična cijena kn bez PDV-a	Ukupni iznos kn bez PDV-a	Proizvođač Zemlja	Katalogski broj	NAPOMENA
1.	GAZA NESTERILNA 80cmx100m 17nitna, obostrano utkani rub 100%pamuk (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	350					
2.	GAZA NESTERILNA 80cmx100m 20 nitna, obostrano utkani rub 100%pamuk (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	10					
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a								
IZNOS PDV-a								
CIJENA PONUDE S PDV-om								

ZAVOJNI MATERIJAL
za potrebe KBC-a Osijek, VV-22/12

GRUPA D

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Planirana 1 godišnja potreba	Jedinična cijena kn bez PDV-a	Ukupni iznos kn bez PDV-a	Proizvođač Zemlja	Kataloški broj	NAPOMENA
1.	ZAVOJ MUL REZANI 100%pamuk ,neelastičan 10cmx10m (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	21000					
2.	ZAVOJ MUL REZANI 100%pamuk ,neelastičan 15cmx10m (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	11000					
3.	ZAVOJ KALIKO utkani rub 100%pamuk ,neelastičan 5cmx5m (kao Lola Ribar ili jednakovrijedan)	kom	34000					
4.	ELASTIČNI ZAVOJ 10cmx10m, rastezljivost 150%, udio pamuka 80%	kom	14300					
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a								
IZNOS PDV-a								
CIJENA PONUDE S PDV-om								

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J.HUTTLERA 4

2022

ZAVOJNI MATERIJAL
za potrebe KBC-a Osijek, VV-22/12

GRUPA F

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Planirana 1 godišnja potreba	Jedinična cijena kn bez PDV-a	Ukupni iznos kn bez PDV-a	Proizvođač Zemlja	Kataloški broj	NAPOMENA
1.	Vata, zavojna, dobra moć upijanja, rolana u slojevima, slojevi odvojeni papirom od ruba do ruba, 100% pamuk, PH.EUR , pakirana od 1 kg, (kao LR ili jednakovrijedno)	kom	1300					
2.	Vata, zavojna, dobra moć upijanja, rolana u slojevima, slojevi odvojeni papirom od ruba do ruba, 100% pamuk, PH.EUR , pakirana od 0,5 kg, (kao LR ili jednakovrijedno)	kom	100					
3.	STANIČEVINA - celulozna vata bijele boje pakirana a 1 kg	pak	1600					
4.	STANIČEVINA - celulozna vata bijele boje pakirana a 5 kg	pak	100					
5.	Vata bijela u kuglicama mase od 1 g; 100% pamuk, PH. EUR, pakirano a500	kom	1000					
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a								
IZNOS PDV-a								
CIJENA PONUDE S PDV-om								

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Osijek, J.HUTTLERA 4

2022

ZAVOJNI MATERIJAL
za potrebe KBC-a Osijek, VV-22/12

GRUPA G

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Planirana 1 godišnja potreba	Jedinična cijena kn bez PDV-a	Ukupni iznos kn bez PDV-a	Proizvođač Zemlja	Kataloški broj	NAPOMENA
1.	Gaza impregnirana vazelinom 350g/m2, obostrano zaštićena folijom, velikih pora (više od 1mm). Pakirano u obostrani aluminijski blister. 10cm x 20cm	kom	4500					
2.	Gaza impregnirana vazelinom 350g/m2, obostrano zaštićena folijom, velikih pora (više od 1mm). Pakirano u obostrani aluminijski blister. 10cm x 10cm	kom	2250					
2.	Gaza impregnirana vazelinom 350g/m2, obostrano zaštićena folijom, velikih pora (više od 1mm). Pakirano u obostrani aluminijski blister. 5cm x 5cm	kom	100					
2.	Gaza impregnirana vazelinom, Pakirano u plastičnu kutiju .10cm x 7m	kom	20					
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a								
IZNOS PDV-a								
CIJENA PONUDE S PDV-om								

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK								2022
Osijek, J.HUTTLERA 4								
ZAVOJNI MATERIJAL								
za potrebe KBC-a Osijek, VV-22/12								
GRUPA J								
Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Planirana 1 godišnja potreba	Jedinična cijena kn bez PDV-a	Ukupni iznos kn bez PDV-a	Proizvođač Zemlja	Kataloški broj	NAPOMENA
1.	ULOŠCI vatirani 100% pamuk bez papirnate podloge / pakiranje po 10 kom	pak	25000					
	CIJENA PONUDE BEZ PDV-a							
	IZNOS PDV-a							
	CIJENA PONUDE S PDV-om							

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK								2022
Osijek, J.HUTTLERA 4								
ZAVOJNI MATERIJAL								
za potrebe KBC-a Osijek, VV-22/12								
GRUPA N1								
Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Planirana 1 godišnja potreba	Jedinična cijena kn bez PDV-a	Ukupni iznos kn bez PDV-a	Proizvođač Zemlja	Kataloški broj	NAPOMENA
1.	KOMPRESJE 10x10 12 sl. S RTG NITMA STERILNE PAKIRANE PO DVIJE	pak	1000					
2.	KOMPRESJE 10x10 12 sl. S RTG NITMA STERILNE PAKIRANE PO PET	pak	8000					
3.	KOMPRESJE 10x10 12 sl. S RTG NITMA STERILNE PAKIRANE PO DESET (9+1)	pak	22000					
4.	KOMPRESJE 10x10 12 sl. S RTG NITMA STERILNE PAKIRANE PO DVADESET (2x9+1)	pak	22000					
5.	KOMPRESJE 10x10 12 sl. STERILNE PAKIRANE PO DVIJE	pak	125000					
6.	KOMPRESJE 7,5x7,5 12 sl STERILNE PAKIRANE PO DVIJE	pak	6000					
7.	KOMPRESJE 7,5x7,5 12 sl STERILNE PAKIRANE PO PET	pak	70000					
8.	KOMPRESJE 5x5 12 sl STERILNE PAKIRANE PO PET	pak	80000					
9.	KOMPRESJE 10x10 12 sl STERILNE PAKIRANE PO 5 kom	pak	300					
10.	KOMPRESJE 10X10 12 sl STERILNE PAKIRANE PO 10 (9+1)	pak	4350					
11.	KOMPRESJE 10x10 12 sl. S RTG NITMA STERILNE PAKIRANE PO PEDESET	pak	600					
12.	KOMPRESJE 7,5x7,5 12 sl STERILNE PAKIRANE PO TRIDESET	pak	100					
13.	KOMPRESJE 10x10 12 sl STERILNE 5 kom+KOMPRESJE 7,5x7,5 12 sl STERILNE 15 kom	pak	200					
14.	TUPFERI vel 1 (10X10cm)RTG a10		1000					
15.	TUPFERI vel 3 (20X20cm) RTG a10		1000					
16.	KOMPRESJE STERILNE 25X12, 16SL, A3		500					
17.	KOMPRESJE STERILNE 10X10, 12SL, A8		400					
18.	KOMPRESJE STERILNE 25X12, 24SL, A5		500					
19.	KOMPRESJE STERILNE 25X12, 24SL, A10		500					
20.	SET MOR podloga 80x80 u kojoj se nalaze: komprese 25x12/16 a3 komprese 10x10/12 a3 komprese 7.5x7.5/12 a10 podloga 80x80 sa rupom		250					
	CIJENA PONUDE BEZ PDV-a							

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK								2022
Osijek, J.HUTTLERA 4								
ZAVOJNI MATERIJAL								
za potrebe KBC-a Osijek, VV-22/12								
GRUPA O								
Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Planirana 1 godišnja potreba	Jedinična cijena kn bez PDV-a	Ukupni iznos kn bez PDV-a	Proizvođač Zemlja	Kataloški broj	NAPOMENA
1.	KOMPRESJE 25x12 12 sl. STERILNE PAKIRANE PO DESET (9+1)	pak	100					
2.	KOMPRESJE 25x12 12 sl. STERILNE PAKIRANE PO DVIJE	pak	100000					
3.	KOMPRESJE 25x12 16 sl. STERILNE PAKIRANE PO DVIJE	pak	100					
4.	KOMPRESJE 25x12 16 sl. STERILNE PAKIRANE PO ČETIRI	pak	100					
5.	KOMPRESJE 25x12 12 sl. STERILNE PAKIRANE PO PET	pak	100					
6.	KOMPRESJE 25x12 16 sl. STERILNE S RTG NITMA PAKIRANE PO DESET (9+1)	pak	15000					
	CIJENA PONUDE BEZ PDV-a							
	IZNOS PDV-a							
	CIJENA PONUDE S PDV-om							

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK							2022
Osijek, J. HUTTLERA 4							

ZAVOJNI MATERIJAL

za potrebe KBC-a Osijek, VV-22/12

GRUPA R3

Red. broj	NAZIV ROBE	Jed. mjere	Planirana 1 godišnja potreba	Jedinica cijena kn bez PDV-a	Ukupni iznos kn bez PDV-a	Proizvoda č Zemlja	Kataloški broj	NAPOME NA
1	PU sterilni samoljepljivi vodoodbojan flaster s upijajućim jastučićem, 5x7 cm	kom	100					
2	PU sterilni samoljepljivi vodoodbojan flaster s upijajućim jastučićem, 10 x 9 cm	kom	100					
3	PU sterilni samoljepljivi vodoodbojan flaster s upijajućim jastučićem, 15 x 9 cm	kom	100					
4	PU sterilni samoljepljivi vodoodbojan flaster s upijajućim jastučićem, 20 x 10 cm	kom	100					
5	PU sterilni samoljepljivi vodoodbojan flaster s upijajućim jastučićem, 25 x 10 cm	kom	100					
6	Elastični zavoj, 98% pamuk, 2% elastin, rastezljivosti 90%-120%, 10cmx10 m	KOM	100					
7	Elastični zavoj, 98% pamuk, 2% elastin, rastezljivosti 90%-120%, 12cmx10 m	KOM	100					
8	Elastični zavoj, 98% pamuk, 2% elastin, rastezljivosti 90%-120%, 15cmx10 m	KOM	100					
9	Elastični zavoj, 98% pamuk, 2% elastin, rastezljivosti 90%-120%, 6cmx5m	KOM	100					
10	Elastični zavoj, 98% pamuk, 2% elastin, rastezljivosti 90%-120%, 8cmx4,5 m	KOM	100					
11	Elastični zavoj, 98% pamuk, 2% elastin, rastezljivosti 90%-120%, 8cmx5 m	KOM	100					
	CIJENA PONUDE BEZ PDV-a							

➤ Odgovor Naručitelja:

Naručitelj je proučio upit potencijalnog ponuditelja te se očituje kako slijedi:

Prihvaća se sugestija potencijalnog ponuditelja pod točkom 1. te će se navedena autorizacija proizvođača proizvoda dodati u dokumentaciju o nabavi.

Ostali prijedlozi za izmjenom opisa stavki troškovnika se ne prihvaćaju. Naručitelj je sukladno svojim potrebama jasno i nedvojbeno naznačio minimalne tehničke karakteristike traženih proizvoda.

KBC Osijek
Voditelj Službe za poslove nabave:

Boris Flegar, dipl. oec.