

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:

Boris Flegar, dipl.oec.

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek, Hrvatska

Tel: 031/511-111

E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL OSIJEK

Department of Supply

Head of Department

Boris Flegar, B. Sc. (Econ.)

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek, Hrvatska

Phone: +385 31 511 111

E-mail: boris.flegar@gmail.com

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

UR.BROJ:R6-10985/23

Osijek, 28. rujna 2023.g

PREDMET: Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima u provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za *Nabavu opreme za dnevne bolnice i dnevne kirurgije te objedinjeni hitni bolnički prijem – strecheri i medicinski namještaj (ponovljeni postupak)*, ev.br.: MV-23/95

- dostavlja se!

Poštovani,

temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016 i 114/2022) javni naručitelj, Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek, OIB: 89819375646, (u dalnjem tekstu: Naručitelj) je dana 29. kolovoza 2023.godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na svojim internetskim stranicama objavio obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, Nacrt dokumentacije o nabavi i tehničke specifikacije za nabavu opreme koja je predmet nabave u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti pod evidencijskim brojem nabave: MV-23/95.

Tijekom prethodnog savjetovanja Naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 5. rujna 2023. godine i u tom je roku zaprimio primjedbe i prijedloge za izmjenom dokumentacije o nabavi od 2 gospodarska subjekata.

U nastavku iznosimo citirane primjedbe i prijedloge gospodarskih subjekata na koje dajemo odgovore kako slijedi:

1. ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI SUBJEKT

Poštovani,

Sukladno objavljenom postupku javne nabave Oprema za dnevne bolnice i dnevne kirurgije te objedinjeni hitni bolnički prijem dostavljamo naše primjedbe i prijedloge sa namjerom da se isprave postojeći ograničavajući elementi, a da se u bitnome ne mijenja željeni koncept Naručitelja niti umanjuje na bilo koji način kvaliteta i klase predmeta nabave.

Grupa 1 – Medicinski namještaj

Kolica za previjanje s ladicama i posudom za nečisto i izvlačnom tacnom

Redni broj 2 traži se: Kolica u potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika ili kvalitetnog čeličnog lima zaobljenih rubova, zaštićena akrilnim poliuretanom ili epoxy bojom koje štite od prodora infektivnih tvari, ogrebotina mrlja i korozije. Proces bojanja u sukladnosti sa UNI EN ISO 9002 odredbama. Konstrukcija se može prati i dezinficirati

Prijedlog izmjene: Kolica u potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika ili kvalitetnog čeličnog lima zaobljenih rubova, zaštićena akrilnim poliuretanom ili epoxy bojom koje štite od prodora infektivnih tvari, ogrebotina mrlja i korozije. Proces bojanja u sukladnosti sa **UNI EN ISO 9002** odredbama ili jednakovrijedno u zemlji proizvođača. Konstrukcija se može prati i dezinficirati

Odgovor Naručitelja:

Prijedlog gospodarskog subjekta se djelomično prihvata. Naručitelj napominje da dokazivanje jednakovrijednosti ponuđenog predmeta nabave u odnosu na traženo u Dokumentaciji o nabavi je obaveza ponuditelja u postupku javne nabave.

Opis stavke se mijenja na sljedeći način:

Kolica u potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika ili kvalitetnog čeličnog lima zaobljenih rubova, zaštićena akrilnim poliuretanom ili epoxy bojom koje štite od prodora infektivnih tvari, ogrebotina mrlja i korozije. Proces bojanja u sukladnosti sa UNI EN ISO 9002 ili jednakovrijednim odredbama. Konstrukcija se može prati i dezinficirati.

Grupa 2. Strecheri:

Redni broj 1.6. traži se: Hidraulički podesiva visina u rasponu od 60 cm ili niže do 90 cm ili više 1.6.

Prijedlog izmjene: Hidraulički podesiva visina u rasponu od 60 cm ili niže do 85 cm ili više.

Obrazloženje: Molimo da se visina prilagodi i uskladi prema troškovniku i prošloj objavi u kojoj je navedena grupa Stretcheri poništена.

Odgovor Naručitelja:

Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvata te se slijedom toga opis stavke mijenja na sljedeći način:

Hidraulički podesiva visina u rasponu od 60 cm ili niže do 85 cm ili više.

Redni broj 1.10. traži se: „Sa strane uzglavlja min 2 utora za pozicioniranje infuzijskog stakla“

Prijedlog izmjene: „ minimalno 4 integrirana spremnika za stalak za infuziju “

Obrazloženje: molimo da se zahtjev prilagodi zahtjevu iz prošle objave gdje su tražena 4 utora.

Prihvatanjem zahtjeva sa 2 utora gdje se infuzijski stalci mogu postaviti samo na stranu uzglavlja bez

obzira na uvjete u kojima je strecher smješten smanjuje tehnički zahtjev pa time i tehnička karakteristika postaje manje zahtjevna iako se radi o opremi za hitni prijem.

Odgovor Naručitelja:

Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaca. Naručitelj je postavio minimalni zahtjev te navedeno ne ograničava ponuditelja u mogućnosti nuđenja opreme s predloženim rješenjem. Navedenim zahtjevom se omogućuje tržišno natjecanje širem broju gospodarskih subjekata.

Redni broj 13. traži se: „Obostrano, na uzglavlju i podnožju pozicionirane ergonomске ručke, fiksirane u konstrukciju, obložene gumom, radi lakšeg upravljanja prilikom prijevoza pacijenata“

Prijedlog izmjene: „Obostrano, na uzglavlju i podnožju pozicionirane ergonomске ručke, fiksirane u konstrukciju, obložene gumom ili odgovarajućim protukliznim materijalom, radi lakšeg upravljanja prilikom prijevoza pacijenata“

Odgovor Naručitelja:

Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvaca te se opis predmetne stavke mijenja na sljedeći način:

Obostrano, na uzglavlju i podnožju pozicionirane ergonomске ručke, fiksirane u konstrukciju, obložene gumom ili odgovarajućim protukliznim materijalom, radi lakšeg upravljanja prilikom prijevoza pacijenata.

Redni broj 14. „Sustav sa središnjim kočenjem dostupan putem pedale sa strane uznožja; metalna izrada sa završnom gumenom ili plastičnom zaštitom“

Prijedlog izmjene: „Sustav sa središnjim kočenjem dostupan putem pedale na sva četiri kotača metalna izrada sa završnom gumenom ili plastičnom zaštitom“

Obrazloženje: Molimo da se zahtjev prilagodi opisu iz prošle objave jer se umanjivanjem zahtjeva dobiva oprema manje kvalitete. Posebno je važno blokiranje na sva četiri kotača jer se oradi o opremi koja se koristi na hitnom prijemu i gdje je bitna hitna blokada kotača sa svih strana odnosno na sva četiri kotača. Također u slučaju postavljanja mobilne transportne jedinice onemogućuje se blokiranje kotača na strani uznožja, pa nije jasno kako će se u slučaju hitnosti kotači blokirati.

Odgovor Naručitelja:

Prijedlog gospodarskog subjekta se djelomično prihvaca te se opis predmetne stavke mijenja na sljedeći način:

Sustav s središnjim kočenjem dostupan putem pedale s strane uznožja ili putem pedala na sva četiri kotača; metalna izrada sa završnom gumenom ili plastičnom zaštitom.

Redni broj 1.16. traži se: „Ukupna širina maksimalno 70 cm“

Prijedlog izmjene: ukupna širina sa podignutim bočnim ogradama u od 76-79 (+/-10%)

Obrazloženje: Molimo da se zahtjev prilagodi opisu iz prošle objave gdje je tražena širina sa podignutim bočnim ogradama 76-79 (+/-10%). Ukupnom maksimalnom širinom od 70 cm umanjuje se tehnička vrijednost tražene tehničke karakteristike, ukupna širina strechera je preuska te će svakako utjecati na udobnost pacijenata.

Odgovor Naručitelja:

Prijedlog gospodarskog subjekta se djelomično prihvaca. Naručitelj mijenja opis predmetne stavke na sljedeći način:

Ukupna širina maksimalno 85 cm.

Redni broj 1.18. traži se: „Ukupna dužina maksimalno 210 cm“

Prijedlog izmjene: Ukupna dužina maksimalno 220 cm (+/-5%)

Obrazloženje: Molimo da se zahtjev prilagodi zahtjevu iz prošle objave gdje je maksimalna dužina 220 cm. Smanjenjem ukupne dužine opet se umanjuje vrijednost tehničke karakteristike koja utječe na udobnost pacijenta.

Odgovor Naručitelja:

Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvata te se opis predmetne stavke mijenja na sljedeći način:

Ukupna dužina maksimalno 220 cm.

Redni broj 1.19. traži se: „Kut Trendelenburgovog položaja min + 15 ° / -15 °“

Prijedlog izmjene: „Kut Trendelenburgovog položaja min + 15 ° / -15 ° (+/- 3%)“

Obrazloženje: Molimo da se zahtjev prilagodi zahtjevu iz prošle objave. Navedenim dopuštenim odstupanjem omogućuje se sudjelovanje više ponuditelja.

Odgovor Naručitelja:

Prijedlog gospodarskog subjekta se djelomično prihvata. Naručitelj mijenja opis predmetne stavke na sljedeći način:

Kut Trendelenburgovog položaja min + 15 ° / -15 ° (+/- 3°)

Redni broj 1.21. traži se: „Uklonjivi pokrov podvoza izrađen od plastike, s integriranim prostorom za osobne stvari pacijenta“

Molimo izmjenu: „Fiksni ili uklonjivi pokrov podvoza izrađen od plastike ili sintetskog materijala sa integriranim prostorom za osobne stvari pacijenta i smještaj boce kisika“

Obrazloženje: zahtjevom za uklonjivim pokrovom podvoza onemogućava se nuđenje ostalim ponuditeljima jer je ovo tehnička karakteristika samo jednog proizvođača, dok se istovremeno u podvozju ne traži smještaj za pohranu jedne ili više boca kisika što je neophodno i jako bitno za hitni prijem kada će se stretcher koristiti samostalno bez mobilne transportne jedinice. Razvidno je da se stretcher neće u svim situacijama koristiti sa mobilnim transportnim jedinicama koje su specifične po svojoj konstrukciji i opremi te mogu u lakšim hitnim slučajevima samo otežati rad kod pacijenta (a radi se o samo 2 transportne jedinice te 20 stretchera).

Odgovor Naručitelja:

Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvata te se opis predmetne stavke mijenja na sljedeći način:

Fiksni ili uklonjivi pokrov podvoza izrađen od plastike ili sintetskog materijala sa integriranim prostorom za osobne stvari pacijenta i smještaj boce kisika.

Redni broj 1.24. traži se: „Kod podnožja ili uzglavlja ležećih kolica u konstrukciju integrirana, ili kao sastavni dio konstrukcije pozicionirana, horizontalna četvrtna ili obla cijev radi nesmetanog spajanja s mobilnom transportnom jedinicom opisanom u točki 2 troškovnika“

Prijedlog izmjene: Konstrukcija ležećih kolica kod uzglavlja uli uznožja mora imati mogućnost prihvata mobilne transportne jedinice.

Obrazloženje: Razni proizvođači imaju razna tehnološka rješenja za prihvat mobilne transportne jedinice a navedenim zahtjevom onemogućava se nuđenje ostalim ponuđačima koji imaju jednak kvalitetna tehnološka rješenja prihvata mobilnih transportnih jedinica.

Odgovor Naručitelja:

Prijedlog gospodarskog subjekta se prihvaca te se opis predmetne stavke mijenja na sljedeći način:

Konstrukcija ležećih kolica kod uzglavlja ili uznožja mora imati mogućnost prihvata mobilne transportne jedinice.

Redni broj 2.4.: „Produženje sukladnog proizvoda maksimalno 45 cm (troškovničke stavke 1 i 2), ukupna dužina povezanih proizvoda maksimalno 260 cm“

Prijedlog izmjene: „Produženje sukladnog proizvoda maksimalno 45 cm (troškovničke stavke 1 i 2), ukupna dužina povezanih proizvoda maksimalno 265 cm“

Obrazloženje: u odnosu na ukupnu širinu strechera te visoko kvalitetnih tehnoloških rješenja ostalih proizvođača molimo da se dopusti minimalno odstupanje koje neće utjecati na funkcionalnost opreme.

Odgovor Naručitelja:

Prijedlog gospodarskog subjekta se ne prihvaca. Naručitelj je maksimalne dimenzije propisao u odnosu na dimenzije liftova u zgradama novog objedinjenog hitnog prijema/dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija.

2. ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI SUBJEKT

Poštovani,

Usporedbom dokumentacije o nabavi za već provedeni natječaj (evidencijski broj nabave: VV-23/14) u kojem su također bile uključene, a kasnije poništene grupe 1 i 14 (medicinski namještaj i strecheri) te nove dokumentacije za ponovljeni postupak za medicinski namještaj i strecher (evidencijski broj nabave: MV-23/95), uočili smo značajne razlike u dokumentaciji i zahtjevima Naručitelja, što dovodi do neravnopravnih uvjeta između ponuđača u prvom i drugom postupku. Naime, svi gospodarski subjekti koji su sudjelovali u prvom postupku javne nabave, za sve grupe predmeta nabave su imali drugačije uvjete tražene od strane naručitelja, a sada su zahtjevi za grupe 1 i 14 bitno otežani i pooštreni, te se ne može govoriti o jednakopravnosti ponuđača u odnosu na oba postupka. Također su za grupu 14 zatraženi potpuno novi, dodatni proizvodi sa uključenim tehničkim specifikacijama i uvjetima koje većina proizvođača strechera ne može zadovoljiti iz vrlo jednostavnih razloga navedenih kasnije u ovom dopisu, te se time smanjuje broj mogućih ponuđača, a time i šira mogućnost izbora za Naručitelja.

U nastavku navodimo nove opise promijenjene dokumentacije o nabavi, te pooštrene Zahtjeve Naručitelja, a koji bitno otežavaju uvjete u odnosu na prethodni natječaj, te zajamčenu jednakopravnost između gospodarskih subjekata u prvom i drugom postupku.

Također donosimo prijedloga za promjenom dokumentacije koji bi osigurali potpunu jednakopravnost svih subjekata u postupku javne nabave, ali i u odnosu na prvi natječaj kada su odabrani ponuditelji za 13, od 15 traženih grupa.

DOKUMENTACIJA O NABAVI:

Članak 2.1. Opis predmeta nabave (tablica, br. grupe 2):

U tablici je navedeno da Naručitelj traži 22 komada strechera a tehnička specifikacija navodi 20 strechera (R. br. 1) i 2 mobilne transportne jedinice (R.br.2). Molimo pojašnjenje i/ili ispravak.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj pojašnjava kako nabavlja 21 strecher i 1 mobilnu transportnu jedinicu.

Članak 2.6. Rok početka i završetka ugovora

Naručitelj grupu 2 predmeta nabave dopunjava sljedećim tekstom: „U grupi 2 predmeta nabave rok isporuke će se ocjenjivati kao jedan od kriterija ekonomski najpovoljnije ponude te će rok isporuke odgovarati roku izraženom kroz kriterij kvalitete u okviru ekonomski najpovoljnije ponude.“

Obzirom da u prvom javnom natječaju za odabranih 13 grupa predmeta nabave, rok isporuke nije bio kriterij za odabir, već samo cijena i duljina jamstva, potpuno novi kriterij (rok isporuke) te izbacivanje kriterija jamstva stavlja u neravnopravan položaj sve gospodarske subjekte u grupi 14 u odnosu na sve ostale grupe u prošlom ali i ovom postupku. Mišljenja smo da je produženo jamstvo vrlo važan kriterij odabira, dok je rok isporuke od jednog, dva ili tri tjedna manje bitan za opremu koja će se kasnije koristiti godinama.

Slijedom navedenog, a kako bi svi gospodarski subjekti imali iste uvijete i bili ocijenjeni na isti način, predlažemo naručitelju korištenje istih kriterija koji su bili na snazi tijekom prvog postupka javne nabave, a to su kriterij cijene ponude i kriterij duljine jamstva.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj djelomično prihvata prijedlog gospodarskog subjekta te u kriterije odabira ekonomski najpovoljnije ponude osim cijene i roka isporuke ubacuje dva dodatna kriterija odnosno trajanje jamstvenog roka jamstva za otklanjanje nedostataka te dodatne tehničke karakteristike Strechera.

Članak 4.2.2 Uzroci (grupa 2)

Naručitelj predviđa mogućnost traženja uzorka za grupu 2 (Ležeća kolica za prijevoz pacijenata i Mobilna transportna jedinica za prihvrat opreme) što nije bio zahtjev za sve ostale grupe predmeta nabave.

Predlažemo naručitelju da ukoliko ostaje pri potrebu evaluacije uzorka, produži rok za dobavu istih na barem 45 dana.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj ne prihvata prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj zadržava pravo zatražiti uzorke, s jasno navedenim rokom od najmanje 10 dana. Naručitelj je mišljenja kako veći broj ponuditelja na tržištu ima mogućnost isporuke uzorka u za to predviđenom roku. Predmetni rok od 10 dana je Naručitelju također bitan i iz razloga što je predmetna nabava financirana sredstvima EU te je Naručitelju bitno da nabava i isporuka budu završeni do kraja 2023. godine s obzirom da do navedenog roka traje provedba projekta u sklopu kojeg se ova nabava provodi.

Članak 6.1. Sadržaj i način izrade ponude – u nastavku slijedi novi zahtjev Naručitelja u odnosu na prove postupak, gdje isti dokument nije bio naveden:

„**6.1.8** – Izjava proizvođača o udovoljavanju traženim minimalnim tehničkim specifikacijama s nazivom naručitelja, nazivom ponuditelja, nazivom predmeta nabave i evidencijskim brojem nabave“

Predlažemo Naručitelju da ovakav zahtjev bude upućen naknadno, najboljem ponuđaču.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj prihvata prijedlog gospodarskog subjekta.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA GRUPA 2 (STRECHERI):

Osim što potpuno mijenja, te značajna pooštrava tražene tehničke karakteristike strechera, Naručitelj zahtjeva točne mjere strechera izražene u cm, a bez dozvoljene tolerancije, što je bio slučaj u prvom natječaju (karakteristike poput TR/ATR, promjer kotača, dužina strechera, širina strechera i sl.). Novi opis značajno smanjuje broj gospodarskih subjekata koji mogu nuditi svoje proizvode. Također traži se bitno veća nosivost strechera, značajno povećanje ostalih karakteristika (podešavanje kuta naslona za leđa, povećanje gustoće pjene madraca...). Kako bi se omogućilo ravnopravno sudjelovanje većeg broja gospodarskih subjekata u ovom postupku javne nabave, predlažemo Naručitelju da ponovo uvede dozvoljenu toleranciju od +/-10% na tražene parametre po pojedinim točkama tehničke specifikacije, kao što je bilo u prvom postupku, te time osigura jednake uvjete tržišnog natjecanja za sve gospodarske subjekte.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj ne prihvata prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj je jasno i nedvosmisleno opisao minimalne tehničke karakteristike opreme, sukladno dostupnim tržišnim rješenjima i većem broju gospodarskih subjekata koji su u mogućnosti zadovoljiti propisane kriterije DON-a. Naručitelj je propisao minimalne tražene vrijednosti, bez preciziranja pojedinih mjera, a sve u skladu s svojim potrebama, te odbija prijedlog uvođenja tolerancije od +/-10% s obzirom na propisane minimalne/maksimalne vrijednosti. Jedan od razloga zbog kojeg je Naručitelj poništio prethodni postupak je bio taj što Naručitelj nije dobro predvidio pojedine minimalne tehničke parametre koje strecheri moraju sadržavati. Svi tehnički zahtjevi vezani uz strechere propisani su na način da su usklađeni s minimalnim tehničkim zahtjevima radnog mjesta gdje će se koristiti odnosno s Objedinjenim hitnim bolničkim prijemom gdje se očekivana razina funkcionalnih svojstava strechera znatno razlikuje u odnosu na strechere kakve koriste druga radna mjesta kao npr. klinika, odjel ili stacionar.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA GRUPA 2 (MOBILNA TRANSPORTNA JEDINICA):

Obzirom da ogroman broj proizvođača strechera ne proizvodi strechere koji se spajaju sa zatraženom mobilnom jedinicom, postoje vrlo jaki argumenti zašto je tome tako:

1. Upravljanje i vožnja strechera sa spojenom mobilnom transportnom jedinicom vrlo je teška i zahtjevno, te su za to potrebne najmanje dvije ili tri osobe.
2. Ukupne dimenzije tako spojenog strechera i mobilne transportne jedinice prelaze dužinu od 2,5m i više, te visinu do sporo 2 metra, zauzimaju golemi prostor, smanjuju radni prostor i pristup pacijentu, smanjuju mobilnost i kretanje članova tima hitne pomoći i OHBP-a, te bitno usporavaju i ometaju rad, te intervenciju stručnog tima
3. Svi suvremeni stretcheri na sebi imaju držače za monitore, EKG, mjesta i košare za kisik, kukice, stalak za infuziju, DEF, nosač za infuzijsku pumpu te ostalu opremu. Neki stretcheri već imaju integrirane monitore vitalnih funkcija, EKG i sl., a puno su lakši i jednostavniji za upravljanje
4. Suvremeni stretcheri puno su mobilniji i lakši, te je spajanje na mobilnu transportnu jedinicu nepotrebno i zastarjelo

Ukoliko Naručitelj ipak inzistira na mobilnim transportnim jedinicama, predlažemo izdvajanje 2 ili 3 strechera te tražene dvije mobilne transportne jedinice u zasebnu grupu, a ostatak od 17-18 strechera u zasebnu grupu, a prema specifikacijama za najmodernije strechere koji u sebi objedinjavaju vrhunske mogućnosti transporta, opservacije i mogućnost intervencije u slučaju potrebe, sa mogućnošću implementacije i korištenja sve opreme za hitne intervencije a bez masivnih, teških i zastarjelih mobilnih transportnih jedinica.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj ne prihvata prijedlog gospodarskog subjekta. Naime, Naručitelj argumente u pogledu predmeta nabave Mobilna transportna jedinica smatra neprimjenjivima, s obzirom na vlastite potrebe usklađene s prostorom predviđenim za korištenje tražene opreme, te iznosi mišljenje suprotno zainteresiranom gospodarskom subjektu kako su navedene moderno rješenje prilagođeno traženom okruženju za slučajeve hitnih transporta uz svu navedenu opremu čije pozicioniranje nije sigurno prilikom korištenja s stretcherom. Mobilna jedinica predstavlja moderno rješenje koje na siguran način omogućuje prijevoz reanimiranog pacijenta od točke A do točke B (primjerice iz urgentnog trakta do CT snimaonice) bez da se dovodi u pitanje sigurnost pacijenta s obzirom da se sa pacijentom koji leži na stretcheru vozi često i kisik, defibrilator i slična oprema te se korištenjem mobilne jedinice osigurava da pacijent neometano leži bez da se spomenuti uređaji stavljuju bilo gdje na strecher što može dovesti do rizika za pacijenta. Ovdje posebno naglašavam da se radi o reanimiranom pacijentu kao najtežoj vrsti pacijenata u OHBP-u. Za isto naravno služi i podvozje na strecherima koje smo također zahtijevali, ali ono predstavlja dodatnu kvalitetu u prijevozu pacijenata generalno i slijedi neke nove standarde u opremi i standarde kvalitete, mobilna jedinica predstavlja nadstandard i smatramo da je minimum koji trebamo za naše potrebe kupiti jednu takvu mobilnu jedinicu.

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu