

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Služba za poslove nabave

Voditelj Službe:

Boris Flegar, dipl.oec.

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek, Hrvatska

Tel: 031/511-111

E-mail: boris.flegar@gmail.com



UNIVERSITY HOSPITAL CENTRE OSIJEK

Department of Supply

Head of Department

Boris Flegar, B.Sc (Econ.)

Josipa Huttlera 4

31000 Osijek, Hrvatska

Phone: +385 31 511 111

E-mail: boris.flegar@gmail.com

Urbroj: R6-6423/2023
Osijek, 25. svibnja 2023.

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/2016 i 114/2022; dalje u tekstu: ZJN 2016) i članaka 9. i 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 101/2017 i 144/2020), javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek (OIB: 89819375646) izrađuje

**IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA
ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Dana 21. travnja 2023. godine javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek, J. Huttlera 4, 31000 Osijek (OIB: 89819375646) je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske objavio nacrt Dokumentacije o nabavi s tehničkim specifikacijama predmeta nabave za nabavu: **KATETERA, DRENOVA, SONDI I KANILA**, evidencijski broj nabave: VV-23/59.

Obavijest o prethodnom savjetovanju objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 21. travnja 2023.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 5. svibnja 2023. Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja javni naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Javni naručitelj zaprimio je primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata kako slijedi:

Ad. 1.) prijedlog gospodarskog subjekta:

1.1.)

„GRUPA 22 – izmjena standardne veličine balona“

St. 1.1. – molimo izmjenu volumena balona s 2 ml na 3-5 ml

St. 1.2. – molimo izmjenu volumena balona s 3-5 ml na 5-15 ml

St. 1.3. - molimo izmjenu volumena balona s 3-5 ml na 5-15 ml

St. 1.3. - molimo izmjenu volumena balona s 10 ml na 5-15 ml“

Odgovor naručitelja:

Naručitelj je radi izmjena u navedenim stavkama zaprimio zahtjeve od strane više gospodarskih subjekata te je uvažavajući sve zaprimljene zahtjeve, a istovremeno s namjerom da nikoga od zainteresiranih gospodarskih subjekata ne ograniči u dostavljanju ponude za ovu grupu, odlučio navedene stavke izmijeniti na sljedeći način:

GRUPA 22:

St. 1.1. - CH 8 X 270-310 mm, volumen balona **2-5 ml**

St. 1.2. - CH10 X 270-310 mm, volumen balona **3-15 ml**

St. 1.3. - CH12 X 380-400 mm, volumen balona **3-15 ml**

St. 1.4. - CH14 X 380-400 mm, volumen balona **5-15 ml**

1.2.)

„GRUPA 25 – izmjena na standardnu veličinu balona

St. 1. – molimo izmjenu volumena balona s 10 ml na 5-10 ml“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

1.3.)

„GRUPA 26 – izmjena na standardnu veličinu balona

St. 1. – molimo izmjenu volumena balona s 1.5-5 ml na 3-5 ml“

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se prijedlog. Prihvaćanje zahtjeva za izmjenom moglo bi dovesti do onemogućavanja određenog broja gospodarskih subjekata u podnošenju ponude za ovu grupu predmeta nabave.

1.4.)

„GRUPA 29 – IZMJENA NA STANDARDNU VELIČINU BALONA

St. 2 – molimo izmjenu volumena balona s 5-30 ml na 5-15 ml ili na 30-50 ml, jer su to standardne veličine“

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se prijedlog. Prihvaćanje prijedloga za izmjenom moglo bi dovesti do onemogućavanja određenog broja gospodarskih subjekata u podnošenju ponude za ovu grupu predmeta nabave.

1.5.)

„GRUPA 32 – izmjena na standardnu veličinu balona

St. 1 – molimo izmjenu volumena s 10-30 ml na 5-10 ml“

Odgovor naručitelja:

Djelomično se prihvaća zahtjev. Kako bi se omogućilo dostavljanje ponude što većem broju gospodarskih subjekata, Naručitelj mijenja opis predmetne stavke na sljedeći način:

St. 1. - Kateter Foley, sterilan, silikonski, CH 12 - 24, dvokanalni, balon **5-30 ml** ili drugi jednakovrijedan proizvod

1.6.)

„GRUPA 33 – izmjena na standardnu veličinu balona

St. 1 – molimo izmjenu volumena balona za veličinu CH 6 s 3-5 ml na 3 ml, dok CH 8-10 ostaju na 3-5 ml“

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se prijedlog. Prihvaćanje prijedloga za izmjenom moglo bi dovesti do onemogućavanja određenog broja gospodarskih subjekata u podnošenju ponude za ovu grupu predmeta nabave.

1.7.)

„GRUPA 34 – izmjena na standardnu veličinu balona
St. 1 – molimo izmjenu volumena balona s 3 ml na 3-5 ml“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

1.8.)

„GRUPA 35 – izmjena duljine katetera i izmjena veličine balona
St. 3. – molimo izmjenu duljine katetera s 240-270 mm na 310 mm
St. 5 – molimo izmjenu volumena balona s 30-50 ml na 30 ml“

Odgovor naručitelja:

U odnosu na stavku 3. naručitelj djelomično prihvaća zahtjev za izmjenom odnosno povećat će raspon duljine katetera na 240-310 mm kako bi što većem broju gospodarskih subjekata omogućio dostavljanje ponude.

U odnosu na st. 5 naručitelj odbija prijedlog. Prihvaćanje prijedloga za izmjenom moglo bi dovesti do onemogućavanja određenog broja gospodarskih subjekata u podnošenju ponude za ovu grupu predmeta nabave.

1.9.)

„GRUPA 82 – razdvajanje stavke u dvije grupe zbog veličina koje su standardne i više se koriste, na način da nove dvije grupe glase:

GRUPA 82 – Sonda za hranjenje CH04-10, matirana površina, RTG kontrast, oznake dužine po 1cm do 40cm, dva bočna otvora

GRUPA 82.A - Sonda za hranjenje CH12-22, matirana površina, RTG kontrast, oznake dužine po 1cm do 40cm, dva bočna otvora.“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

1.10.)

„GRUPA 94 – izmjena duljine sonde
St. 1 – molimo izmjenu duljine sonde s 85cm na 80-85cm“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

1.11.)

„GRUPA 96 – izmjena duljine sonde i razdvajanje u dvije grupe
St. 1. – molimo izmjenu duljine s 80-125cm na 125cm (standardna duljina za duodenalne sonde)
Molimo izdvajanje stavke 2. u zasebnu grupu, na način da nove dvije grupe sada glase:

GRUPA 96 – Sonda duodenalna, PVC, CH 8-22, dužine 125cm, graduirana, zatvoren vrh ili drugi jednakovrijedni proizvod

GRUPA 96A – Set za ispiranje želuca, duodenalna tuba CH 42, lijevak“

Odgovor naručitelja:

U odnosu na st. 1. naručitelj ne prihvaća prijedlog. Prihvaćanje prijedloga za izmjenom moglo bi dovesti do onemogućavanja određenog broja gospodarskih subjekata u podnošenju ponude za ovu grupu predmeta nabave.

U odnosu na st. 2. naručitelj prihvaća prijedlog za izdvajanjem u novu grupu predmeta nabave.

1.12.)

„GRUPA 156 – izmjena volumena propiranja

St. 1 – molimo izmjenu volumena propiranja s 0,16 na 0,09-0,16 ml“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

Ad. 2.) prijedlog gospodarskog subjekta:

2.1.)

„ZA GRUPU 54, 16 Stavka

Predlažemo izmjenu na način kako slijedi: Četvero kanalni silikonski dren sa čvrstom PVC jezgrom u sredini i plavom radio lucentnom linijom, CH 10,12,15,19,24, 28 i 32

Predložene izmjene udovoljavaju u cijelosti izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima Naručitelja. Ovakvom izmjenom omogućuje se javnim naručiteljima da za svoje odjele nabavljaju proizvode koji se već svakodnevno koriste u zdravstvenim ustanovama na području Republike Hrvatske.“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

2.2.)

„ZA GRUPU 59, STAVKA 1

Predlažemo izmjenu na način kako slijedi:

Dren redon, bez igle, duljine 50 cm s otvorima duž 14 cm, izrađen od termoplastičnog materijala medicinske kvalitete, netoksičan, ne sadrži ftalate, ugrađena radionepropusna linija od barijevog sulfata, CH 8 - 18 ili drugi jednakovrijedan proizvod

Predložene izmjene udovoljavaju u cijelosti izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima Naručitelja. Izmjenom opisa na ovakav način omogućilo bi se javnim naručiteljima da nabavljaju proizvode koji predstavljaju standard za poslijeoperacijsku drenažu rane.“

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se prijedlog. Prihvaćanje prijedloga za izmjenom moglo bi dovesti do onemogućavanja određenog broja gospodarskih subjekata u podnošenju ponude za ovu grupu predmeta nabave.

Ad. 3.) prijedlog gospodarskog subjekta:

„GRUPA 58.

- Za artikl pod rednim brojem 4. potrebno je dodatno proširiti volumen s „200-250 ml“, a u skladu s artiklom navedenim pod rednim brojem 5.
- Naziv za artikle pod rednim brojem 6. i 7., određen je kao „redon boca“ i kao takav ne postoji jer se za tako male volumene proizvodi samo u obliku harmonike, te predlažemo da se naziv promijeni u „redon boca-harmonika“,

- *Artikl pod rednim brojem 9. naziva „harmonika“ već je kao takav naveden pod rednim brojem 6. i 7. te ga nije potrebno posebno navoditi, već količine pribrojiti istim i izostaviti artikl iz troškovnika, a sve vezano uz objašnjenje za artikle 6. i 7.,*
- *Artikl pod rednim brojem 10. naveden je volumen proizvoda „30 ml“ i kao takav predstavlja ograničavajući faktor određenim ponuditeljima. Budući da je isti sadržan u volumenima artikala navedenim pod rednim brojem 6. i 7. moguće ga je ponuditi za isto te predložimo da se količina pribroji istim i artikl izostavi iz troškovnika. Ipak ako se iz nekog razloga inzistira na zadržavanju istog artikla molimo da se kod volumena dodatno proširi mogućnost ponude na „30-50 ml“ čime se ne dovodi u pitanju profesionalna izvedba već je riječ o tehničkom procesu određenog proizvođača.“*

Odgovor naručitelja:

Prihvaćaju se prijedlozi gospodarskog subjekta. Izmijenit će se opisi artikala pod rednim brojevima 6. i 7, a brisat će se artikli pod rednim brojevima 9. i 10.

Ad. 4.) prijedlog gospodarskog subjekta:

4.1.)

„Iz grupe 149 molimo brisanje stavki jer proizvođač više ne proizvodi navedene proizvode:

11. *Kanila set za perkutanu traheotomiju sa Ciagla (dilatator) tehnikom s PU vanjskom kanilom s PU balončićem s 15 mm konektorom na unutarnjim kanilama i funkcijom subglotične sukcije s klinom za odvajanje, s atraumatskim inserterom, s nitinolskom žicom, dilatatorom u obliku roga, sigurnosnim skalpelom i špricom, fiksacijskom trakom, sterilnim lubrikant gelom, s ljevkastim konektorom za sukciju za XL (ekstra dugu) kanilu veličine 7, 8, 9 i 10.*

12. *Kanila set za perkutanu traheotomiju sa Ciagla (dilatator) tehnikom s fenestriranom PU vanjskom kanilom s PU balončićem s 15 mm konektorom na unutarnjim kanilama i funkcijom subglotične sukcije s klinom za odvajanje, s atraumatskim inserterom, automatskim govornim ventilom, s nitinolskom žicom, dilatatorom u obliku roga, sigurnosnim skalpelom i špricom, fiksacijskom trakom, sterilnim lubrikant gelom, s ljevkastim konektorom za sukciju, dekanilacijskim zatvaračem za XL (ekstra dugu) kanilu veličine 7, 8, 9 i 10.*

13. *Kanila set za perkutanu traheotomiju sa Ciagla (dilatator) tehnikom sa žičanom (armiranom) kanilom s balončićem s 15 mm konektorom i s pomičnim graničnikom, s atraumatskim inserterom (guiding catheter), s nitinolskom žicom, dilatatorom u obliku roga, sigurnosnim skalpelom i špricom, fiksacijskom trakom, sterilnim lubrikant gelom za kanilu veličine 7, 8 i 9.“*

14. *Kanila set za perkutanu traheotomiju sa Ciagla (dilatator) tehnikom sa žičanom (armiranom) kanilom s balončićem s 15 mm konektorom, s pomičnim graničnikom i funkcijom subglotične sukcije, s atraumatskim inserterom (guiding catheter), s nitinolskom žicom, dilatatorom u obliku roga, sigurnosnim skalpelom i špricom, fiksacijskom trakom, sterilnim lubrikant gelom, s ljevkastim konektorom za sukciju za kanilu veličine 7, 8 i 9.*

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

4.2.)

„Također iz iste grupe (149) molimo da se iz stavki 9 i 10 iz opisa makne veličina 10 iz razloga jer se ta veličina više ne proizvodi.“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

4.3.)

„GRUPA 153

Moli se naručitelj da iz grupe 153 u stavci 6 u opisu promjene veličine iz 4-13 u 5-13 iz razloga jer se veličina 4 više ne proizvodi.“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

Ad. 5.) prijedlog gospodarskog subjekta:

„GRUPA 126.

Redni broj

NAZIV I OPIS ROBE

PRIJEDLOG ZA IZMJENOM

6. *I.V. kanila 22G 0,8X25 mm protoka 42 ml/min, fleksibilnim krilcima, dodatnim portom za injiciranje, PUR kateter sa min 3 rtg linije, translucenim nastavkom sa hidrofobnim filterom, bez lateksa, metalna kanila izrađena od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno, bez DEHP-a*
7. *I.V. kanila 24G 0,7X19 mm protoka 29 ml/min, fleksibilnim krilcima, dodatnim portom za injiciranje, PUR kateter sa min 3 rtg linije, translucenim nastavkom sa hidrofobnim filterom, bez lateksa, metalna kanila izrađena od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno, bez DEHP-a*
8. *I.V. kanila 26G 0,6X19 mm protoka 19 ml/min, fleksibilnim krilcima, dodatnim portom za injiciranje, PUR kateter sa min 3 rtg linije, translucenim nastavkom sa hidrofobnim filterom, bez lateksa, metalna kanila izrađena od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno, bez DEHP-a*

- I.V. kanila 22G 0,9X25 mm protoka 42 ml/min, fleksibilnim krilcima, dodatnim portom za injiciranje, PUR kateter sa min 3 rtg linije, translucenim nastavkom sa hidrofobnim filterom, bez lateksa, metalna kanila izrađena od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno, bez DEHP-a*
- I.V. kanila 24G 0,74X19 mm protoka 29 ml/min, fleksibilnim krilcima, dodatnim portom za injiciranje, PUR kateter sa min 3 rtg linije, translucenim nastavkom sa hidrofobnim filterom, bez lateksa, metalna kanila izrađena od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno, bez DEHP-a*
- I.V. kanila 26G 0,64X19 mm protoka 19 ml/min, fleksibilnim krilcima, dodatnim portom za injiciranje, PUR kateter sa min 3 rtg linije, translucenim nastavkom sa hidrofobnim filterom, bez lateksa, metalna kanila izrađena od nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno, bez DEHP-a*

OBRAZLOŽENJE:

Predložene izmjene udovoljavaju u cijelosti izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima Naručitelja. Izmjenom opisa na ovakav način omogućilo bi se javnim naručiteljima da nabavljaju proizvode koji predstavljaju standard za zbrinjavanje intravenskog puta.“

Odgovor naručitelja:

Prihvaćaju se prijedlozi gospodarskog subjekta.

Ad. 6.) prijedlog gospodarskog subjekta:

„Prijedlog 1: izmijeniti tekst grupe 1 ili 47 u smislu općenitijeg opisa

Ili

Prijedlog 2: uvrštenje nove grupe (prijedlog teksta u privitku)

St. 1. – Sterilni hidrofилni jednokratni urinski kateteri za intermitentnu kateterizaciju od visokokvalitetnog medicinski osjetljivog PVC-a bez toksičnih ftalata (DEHP), s nježnim

hidrofilnim slojem (Hydrogel), temeljenim na PVP-u (polivinilpirolidon – sredstvo za vlaženje) koji osigurava brzu i homogenu hidrataciju, visoku kvalitetu klizenja te smanjuje trenje (hidrofilni sloj se veže sa sterilnom fiziološkom otopinom koja je zajedno u pakiranju s kateterom te stvara skliski lubrikantni sloj za trenutnu i olakšanu kateterizaciju s minimalnim trenjem), u pakiranju je i plava trakica za kateterizaciju bez dodira katetera s rukama čime se sprječava kontaminacija katetera bakterijama s ruku, bojom označen ljevkasti konektor, dva otvora, bez lateksa, muški, dužine 40 cm, ovalnog ravnog (Nelaton) vrha, CH 8, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20.

St. 2 - Sterilni hidrofilni jednokratni urinski kateteri za intermitentnu kateterizaciju od visokokvalitetnog medicinski osjetljivog PVC-a bez toksičnih ftalata (DEHP), s nježnim hidrofilnim slojem (Hydrogel), temeljenim na PVP-u (polivinilpirolidon – sredstvo za vlaženje) koji osigurava brzu i homogenu hidrataciju, visoku kvalitetu klizenja te smanjuje trenje (hidrofilni sloj se veže sa sterilnom fiziološkom otopinom koja je zajedno u pakiranju s kateterom te stvara skliski lubrikantni sloj za trenutnu i olakšanu kateterizaciju s minimalnim trenjem), u pakiranju je i plava trakica za kateterizaciju bez dodira katetera s rukama čime se sprječava kontaminacija katetera bakterijama s ruku, bojom označen ljevkasti konektor, dva otvora, bez lateksa, ženski, dužine 20 cm, ovalnog ravnog (Nelaton) vrha, CH 8, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20. “

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog ovog gospodarskog subjekta da se predloženi artikli uvrste u novu grupu predmeta nabave.

Ad. 7.) prijedlog gospodarskog subjekta:

7.1.)

„Moli se pojašnjenje točke 3.2.2. Dokumentacije o nabavi, točnije, navod o tome što se smatra (ili ne smatra) sudjelovanjem gospodarskog subjekta/ponuditelja u pripremi postupka nabave. Moli se potvrda Naručitelja kako se sudjelovanjem u pripremi postupka u smislu članka 254., stavka 1., točke 6. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022) **ne smatra** participacija gospodarskih subjekata/ponuditelja u postupku tehničkih konzultacija za predmet nabave, a odazovu na koje je javnim pozivom pozvao sam Naručitelj.“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta. Naručitelj će točku 3.2.2. Dokumentacije o nabavi dopuniti rečenicom, kako slijedi:

„Sudjelovanje u pripremi postupka u smislu članka 254., stavka 1., točke 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/2016 i 114/2022) ne smatra se participacija gospodarskih subjekata/ponuditelja u postupku tehničkih konzultacija za predmet nabave.“

7.2.)

„U točki 4.5. Dokumentacije o nabavi, u dijelu Dokumentacije koji se odnosi na dostavu uzoraka, trenutnim propisanim odredbama nejasno je u kojim će se količinama uzorci dostavljati, a na traženje Naručitelja – u originalnom pakiranju ili sukladno jedinici mjere u minimalnoj količini od jednog uzorka (čime, primjerice, ukoliko je jedinica mjere komad, uzorak se dostavlja u količini od jednog komada). Moli se precizirati.“

Odgovor naručitelja:

Naručitelj daje pojašnjenje da će se uzorci dostavljati sukladno jedinici mjere u minimalnoj količini od jednog uzorka, dok se u pogledu pojma „originalnom pakiranju“ misli da to da dostavljeni artikl - uzorak treba biti u svom omotu odnosno sterilan i nekorišten.

7.3.)

„Moli se izmjena točke 6.2.2. Dokumentacije o nabavi u označenom dijelu:

6.2.2. Način dostave dijelova ponude sredstvima komunikacije koja nisu elektronička

U ovom postupku javne nabave, dio ponude koji se dostavlja sredstvima komunikacije koja nisu elektronička je **zadužnica ili bjanko zadužnica** solemnizirana kod javnog bilježnika (u svrhu jamstva za ozbiljnost ponude), koja mora biti dostavljena u izvorniku, te ukoliko naručitelj to zatraži, uzorci ponuđenih proizvoda.

Zadužnica ili bjanko zadužnica se dostavlja u roku za dostavu ponuda, u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno kako slijedi... “

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

7.4.)

„Obzirom da je kao dodatni kriterij za odabir ponude propisan rok isporuke, moli se uvažiti činjenica da su isporučitelji u nemogućnosti isporučivati, a zdravstvene ustanove/korisnici zaprimati isporuke robe u bolničke ljekarne tijekom neradnih dana.

Također, obzirom na dislociranost pojedinih zdravstvenih ustanova/korisnika, moli se uvažiti i nemogućnost/otežanu mogućnost isporuka roba u, pa čak i 48 sati svim zdravstvenim ustanovama/korisnicima u ovom postupku javne nabave (primjerice, isporuka je za dubrovačko područje čak i za ekspresne kurirske službe moguća u minimalnom roku od dva dana).

Slijedom svega navedenog, moli se izmjena točke 6.9.b) na predloženi način:

b) DODATNI KRITERIJ – Rok isporuke (RI)

Ponuda po ovom kriteriju može ostvariti maksimalno 10 bodova.

Maksimalni dopušteni rok isporuke je **120 sati** od trenutka zaprimanja narudžbenice.

Bodovi za ponuđeni kraći rok isporuke dodjeljivat će se u skladu sa sljedećom skalom bodova:

Rok isporuke u satima od trenutka zaprimanja narudžbenice (RI)	Broj bodova
120:00 sata	0
rok isporuke od 72:01 do 119:59 sata	5
rok isporuke do 72:00 sata	10

Napomena: jedinica mjere je sat i nuđenje dozvoljeno isključivo u zadanoj jedinici mjere.

Isporuka se vrši radnim danima te se u rok isporuke ne računaju neradni dani blagdana, subote i nedjelje.

Slijedom gore navedenog upita, u Izjavi o roku isporuke iz Obrasca 1.5. Dokumentacije o nabavi, moli se izmjena maksimalnog dopuštenog roka isporuke iz 72 u 120 sati. “

Odgovor naručitelja:

Naručitelj djelomično prihvaća zahtjev gospodarskog subjekta. Kao maksimalni rok isporuke odredit će se 120 sati, no temeljem ovog kriterija bodovanje će izvršiti na sljedeći način:

Rok isporuke u satima od trenutka zaprimanja narudžbenice (RI)	Broj bodova
rok isporuke 96:00 – 120:00 sati	0
rok isporuke od 48:01 do 95:59 sati	5
rok isporuke do 48:00 sati	10

Naručitelj će u tekst ove točke Dokumentacija o nabavi uvrstiti i navod da će se isporuka vršiti radnim danima te da se u sate zakašnjenja ne računaju neradni dani blagdana, subote i nedjelje. Naručitelj obrazlaže da je bitno osigurati pravovremenu raspoloživost medicinskog potrošnog materijala odnosno bitno je u što kraćem vremenskom roku od zaprimanja svake pojedine narudžbenice isporučiti robu Korisniku.

7.5.)

„U dijelu II., točki 2. Dokumentacije o nabavi – Prijedlog Okvirnog sporazuma, te točki 2.2. Dokumentacije o nabavi – Prijedlog ugovora, moli se u Članak 5. prijedloga okvirnog sporazuma te Članak 4. prijedloga ugovora dodati slijedeću odredbu:

Isporučitelj ima pravo na produženje roka u slučaju pojave više sile ili uslijed drugih promjena koje utječu na isporuku, a koje se nisu mogle predvidjeti ustaljenim metodama.

O nastanku razloga za produženje roka isporuke Isporučitelj je dužan pismeno obavijestiti Korisnika u roku od 5 (pet) kalendarskih dana. Isporučitelj je dužan podnijeti zahtjev za produženje roka isporuke uslijed gore navedenih okolnosti, pri čemu se novi rok isporuke dogovorno utvrđuje između Isporučitelja i Korisnika.“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

7.6.)

„U dijelu II., točki 2. Dokumentacije o nabavi – Prijedlog Okvirnog sporazuma, te točki 2.2. Dokumentacije o nabavi – Prijedlog ugovora, moli se iz Članka 11. prijedloga okvirnog sporazuma te iz Članka 8. prijedloga ugovora brisati obvezu prisustva predstavnika Isporučitelja prilikom preuzimanja isporučene robe, budući da isto ne povećava niti smanjuje zaštitu Korisnika odnosno obveze Isporučitelja u slučaju isporuke robe neodgovarajuće kvantitete ili kvalitete, te isti izmijeniti na način da po izmjeni glasi:

XI. PREUZIMANJE

Članak 11.

...Odmah po izvršenoj isporuci Korisnik će izvršiti pregled isporučene robe u pogledu količine i kvalitete te potpisati Otpremnicu. Roba mora biti isporučena prema uvjetima iz Ugovora i sukladna specifikaciji/troškovniku koji će biti sastavni dio Ugovora...“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

7.7.)

„U dijelu II., točki 2. Dokumentacije o nabavi – Prijedlog Okvirnog sporazuma, moli se u potpunosti brisati Članak 14. budući da praćenje realizacije ugovora, a za račun Naručitelja, nije obveza Isporučitelja već eventualno Korisnika Okvirnog sporazuma.“

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

Naručitelj je predmetne odredbe uvrstio u Dokumentaciju o nabavi po preporuci Ministarstva zdravstva. Osim navedenog, Naručitelj smatra kako upravo isporučitelj ima najtočnije podatke o vrsti i broju artikala koje je isporučio pojedinoj zdravstvenoj ustanovi te će obostrano praćenje realizacije unaprijediti buduće planiranje zajedničke nabave s obzirom da će okvirne godišnje količine biti točnije.

7.8.)

„U **Grupi 22**, za stavku troškovnika 1.1 i 1.3. moli se izmjena opisa/raspona volumena balona na način da iste po izmjeni glase:

GRUPA 22		
1.	<i>Foley urinski kateter 100% silikon, dvožilni</i>	
1.1.	<i>CH 8 X 270-310 mm, volumen balona 2-3 ml</i>	<i>kom</i>
1.2.	<i>CH10 X 270-310 mm, volumen balona 3-5 ml</i>	<i>kom</i>
1.3.	<i>CH12 X 380-400 mm, volumen balona do 10 ml</i>	<i>kom</i>
1.4.	<i>CH14 X 380-400 mm, volumen balona 10 ml</i>	<i>kom</i>
1.5.	<i>CH16 X 380-400 mm, volumen balona 30-50 ml</i>	<i>kom</i>
1.6.	<i>CH18 X 380-400 mm, volumen balona 30-50 ml</i>	<i>kom</i>
1.7.	<i>CH20 X 380-400 mm, volumen balona 30-50 ml</i>	<i>kom</i>
1.8.	<i>CH22 X 380-400 mm, volumen balona 30-50 ml</i>	<i>kom</i>
1.9.	<i>CH24 X 380-400 mm, volumen balona 30-50 ml</i>	<i>kom</i>

Odgovor naručitelja:

S obzirom na postojanje više sličnih zahtjeva za izmjenom za predmetne stavke, naručitelj je već ranije dao odgovor u svezi prihvaćanja prijedloga za izmjenom i to pod Ad.1.) toč. 1.1.).

7.9.)

„U **Grupi 32**, moli se izmjena opisa stavke troškovnika 1., na način da ista po izmjeni glasi:

GRUPA 32		
1.	<i>Kateter Foley, sterilan, u cijelosti izrađen od silikona, za korištenje do 90 dana, CH 12 - 24, dvokanalni, balon 10-30 ml</i>	<i>kom</i>

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se prijedlog. Prihvaćanje zahtjeva za izmjenom moglo bi dovesti do onemogućavanja određenog broja gospodarskih subjekata u podnošenju ponude za ovu grupu predmeta nabave.

7.10.) „U **Grupi 47**, moli se uvrstiti slijedeće stavke:

GRUPA 47		
5.	<i>Sterilni pedijatrijski urinarni Foley kateter u potpunosti od silikona, dvoluminalni, duljine 31 cm, volumen balona 1.5-5ml, za korištenje do 30 dana ako se za napuhivanje balona koristi sterilna vodena otopina glicerina, veličine CH 6, 8 i 10</i>	<i>kom</i>
6.	<i>Sterilni urinarni Foley kateter u potpunosti od silikona, dvoluminalni, duljine 40 cm, volumen balona 10ml, za korištenje do 90 dana, veličine CH 12, 14, 16, 18, 20, 22 i 24</i>	<i>kom</i>
7.	<i>Sterilni urinarni Foley kateter u potpunosti od silikona, dvoluminalni, duljine 40 cm, volumen balona 30ml, za korištenje do 90 dana, veličine CH 16, 18, 20, 22 i 24</i>	<i>kom</i>

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

Ad. 8.) prijedlog gospodarskog subjekta:

„Procijenjena vrijednost za grupu 1 i grupu 8 je niža u odnosu na tržišnu vrijednost, te Vas ovim putem molimo povećanje procijenjene vrijednosti grupa s obzirom na to da je odlukom upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od 27. veljače 2023., donesena odluka o povećanju cijena za osnovnu listu pomagala (pomagala za urogenitalni sustav) koja je objavljena u Narodnim novinama br. 26/2023 od 3. ožujka, a stupila je na snagu 18. ožujka 2023.“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

Nova procijenjena vrijednost za grupu 1. iznosi 63.165,65 eura za dvogodišnje razdoblje, a za grupu 8. iznosi 3.185,41 eura za dvogodišnje razdoblje.

Ad. 9.) prijedlog gospodarskog subjekta:

9.1.)

„Molimo povećanje procijenjene vrijednosti za GRUPU 43 najmanje na iznos od 82.800,00 eur, što je za oko 15% više od trenutne procijenjene vrijednosti, obzirom da su tržišne prilike promjenjive na dnevnoj bazi, te zbog općenite destabilizacije tržišta sirovina i materijala, nažalost sa trenutnim nabavnim cijenama nismo se u mogućnosti uklopiti u procijenjenu vrijednost, a ponuđene cijene će morati biti valjane najmanje naredne (3) godine.“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta. Povećat će se procijenjena vrijednost za grupu 43 na 82.800,00 EUR.

9.2.)

Kako bismo bili u mogućnosti ponuditi adekvatne i struci potrebne proizvode, te zadovoljiti tehničke karakteristike molimo da se opisi u slijedećim stavkama neznatno izmjene:

GRUPA 43, STAVKA 1 TRENUTNI OPIS:

*Set za **neinvazivno** mjerenje hemodinamskih parametara, sistem za praćenje sa senzorom za iniciranje temperature i crvenom linijom arterijskog tlaka.*

GRUPA 43, STAVKA 1 PRIJEDLOG NOVOG OPISA:

*Set za **manje invazivno** mjerenje hemodinamskih parametara, sistem za praćenje sa senzorom za iniciranje temperature i crvenom linijom arterijskog tlaka.*

GRUPA 43, STAVKA 2 TRENUTNI OPIS:

*Set za **neinvazivno** mjerenje hemodinamskih parametara, kateter za toplinsko razrjeđivanje 3F, 7 cm za postavljanje u femoralnu ili **axiliarnu** arteriju sa sistemom za uvođenje.*

GRUPA 43, STAVKA 2 PRIJEDLOG NOVOG OPISA:

*Set za **manje invazivno** mjerenje hemodinamskih parametara, kateter za toplinsko razrjeđivanje 3F, 7 cm za postavljanje u femoralnu arteriju sa sistemom za uvođenje.*

GRUPA 43, STAVKA 3 TRENUTNI OPIS:

*Set za **neinvazivno** mjerenje hemodinamskih parametara, kateter za toplinsko razrjeđivanje 4 Fr, 16 cm za postavljanje u **femoralnu ili axiliarnu** arteriju sa sistemom za uvođenje.*

GRUPA 43, STAVKA 3 PRIJEDLOG NOVOG OPISA:

*Set za **manje invazivno** mjerenje hemodinamskih parametara, kateter za toplinsko razrjeđivanje 4 Fr, 16 cm za postavljanje u **brahijalnu** arteriju sa sistemom za uvođenje.*

Odgovor naručitelja:

Prihvaćaju se prijedlozi gospodarskog subjekta.

9.3.)

Molimo povećanje procijenjene vrijednosti za GRUPU 64 najmanje na iznos od 33.300,00 eur, što je za oko 15% više od trenutne procijenjene vrijednosti, obzirom da su tržišne prilike promjenjive na dnevnoj bazi, te zbog općenite destabilizacije tržišta sirovina i materijala, nažalost sa trenutnim nabavnim cijenama nismo se u mogućnosti uklopiti u procijenjenu vrijednost, a ponuđene cijene će morati biti valjane najmanje naredne (3) godine.

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se prijedlog. Povećat će se procijenjena vrijednost za grupu 64 na 33.300,00 EUR.

Ad. 10.) prijedlog gospodarskog subjekta

10.1.)

„Ljubazno Vas molimo izmjene u nastavku:

GRUPA 127

3.3.	<i>G20 1 x 1/4", 1.1 x 33 mm, protok 61 ml/min</i>	<i>G20 x 1 1/4, 1.1 x 33 mm, protok 61 ml/min</i>
4.2.	<i>G18 1 x 1/4", 1.3 x 33 mm, protok 103 ml/min</i>	<i>G18 x 1 1/4", 1.3 x 33 mm, protok 103 ml/min</i>
5.1.	<i>G24 x 0,55", 0.7 x 19 mm, protok 22 ml/min</i>	<i>G24 x 3/4", 0.7 x 19 mm, protok 22 ml/min</i>
6.2.	<i>G18 1 x 1/4", 1.3 x 33 mm, protok 103 ml/min</i>	<i>G18 x 1 1/4", 1.3 x 33 mm, protok 103 ml/min</i>
9.	<i>Intravenozne kanile od poliuretana bez injekcijskog porta sa bojom kodiranim fiksacijskim krilcima i pasivnim sigurnosno-zaštitnim mehanizmom na vrhu igle. Stražnja kosina vrha igle dizajnirana na način da omogućuje kanulaciju pod razl. kutevima insercije, 4 kontrastne linije vidljive od RTG-om za lakšu detekciju, prozirna komora za povrat krvi, odvojivim hidrofobni stoper krvi sa poliamidnim filtrom, bez PVC-a, DEHP-a i lateksa, dimenzije:</i>	<i>Intravenozne kanile od poliuretana bez injekcijskog porta sa bojom kodiranim fiksacijskim krilcima i pasivnim sigurnosno-zaštitnim mehanizmom na vrhu igle. Stražnja kosina vrha igle dizajnirana na način da omogućuje kanulaciju pod razl. kutevima insercije, 4 kontrastne linije vidljive od RTG-om za lakšu detekciju, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi hidrofobni stoper krvi sa poliamidnim filtrom, bez PVC-a, DEHP-a i lateksa, dimenzije:</i>
9.1.	<i>G24 x 3/4", 0.7 x 14 mm, protok 26ml/min</i>	<i>G24 x 0,55", 0.7 x 14 mm, protok 26ml/min</i>

GRUPA 61

8.	<i>Visokotlačni drenažni sustav po Redonu za dreniranje rana i tjelesnih šupljina. Sadrži graduiranu visokotlačnu bocu nominalne zapremine 150 ml, konekcijsku tubu na Luer lock navoj za spajanje sa drenažnom bocom, dužine 65 cm sa konektorom za drenove vel. CH 6-18 i stezaljkom, jednokratnu redon iglu uvodnicu CH 8 dužine 50 cm, bez DEHP-a i lateksa</i>	<i>Visokotlačni drenažni sustav po Redonu za dreniranje rana i tjelesnih šupljina. Sadrži graduiranu visokotlačnu bocu nominalne zapremine 150 ml, konekcijsku tubu na Luer lock navoj za spajanje sa drenažnom bocom, dužine 123 cm sa konektorom za drenove vel. CH 6-18 i stezaljkom, bez DEHP-a i lateksa</i>
11.	<i>Niskotlačni mini drenažni set za odstranjivanje krvi i sadržaja iz rana i tjelesnih šupljina, visoke retrakcijske sile koji sadrži spremnik za sakupljanje sadržaja volumena 20 ml sa standardnim priključkom i jednokratnu Redon</i>	<i>Niskotlačni mini drenažni set za odstranjivanje krvi i sadržaja iz rana i tjelesnih šupljina, visoke retrakcijske sile koji sadrži spremnik za sakupljanje sadržaja volumena 20 ml sa standardnim priključkom</i>

	<i>iglu CH 6, bez konekcijske tube, od PVC-a bez DEHP-a i latexa</i>	<i>i jednokratnu Redon iglu CH 6, od PVC-a bez DEHP-a i latexa</i>
12.	<i>Niskotlačni mini drenažni set za odstranjivanje krvi i sadržaja iz rana i tjelesnih šupljina, visoke retrakcijske sile, bez konekcijske tube. Sadrži spremnik za sakupljanje sadržaja volumena 20 ml sa standardnim priključkom, jednokratnu Redon iglu CH 8, bez konekcijske tube, od PVC-a bez DEHP-a i latexa</i>	<i>Niskotlačni mini drenažni set za odstranjivanje krvi i sadržaja iz rana i tjelesnih šupljina, visoke retrakcijske sile, bez konekcijske tube. Sadrži spremnik za sakupljanje sadržaja volumena 20 ml sa standardnim priključkom, jednokratnu Redon iglu CH 8, od PVC-a bez DEHP-a i latexa</i>
13.	<i>Visokotlačni drenažni sustav po Redonu, sa konekcijskom tubom dužine 123 cm i stezaljkom, sa spremnikom za sakupljanje sadržaja nominalnog punjenja 200 ml, sa saftey (bajunet) konekcijom, od PVC-a, bez DEHP-a i latexa</i>	<i>Visokotlačni drenažni sustav po Redonu, sa konekcijskom tubom dužine 123 cm i stezaljkom, sa spremnikom za sakupljanje sadržaja nominalnog punjenja 200 ml, sa saftey konekcijom, od PVC-a, bez DEHP-a i latexa</i>
18.	<i>Set za evakuaciju sadržaja bez drške, sa usisnom cijevi unutarnjeg promjera 6 mm i usisnom tubom unutarnjeg promjera 8.30 mm, dužine 200 cm tip Yankauer vel. CH 25</i>	<i>Set za evakuaciju sadržaja bez drške, sa usisnom cijevi promjera 6 mm i usisnom tubom vanjskog promjera 8.30 mm, dužine 200 cm tip Yankauer vel. CH 25</i>
19.	<i>Set za evakuaciju sadržaja bez drške, sa usisnom cijevi unutarnjeg promjera 8 mm i usisnom tubom unutarnjeg promjera 10 mm, dužine 200 cm, tip Yankauer vel. CH 30</i>	<i>Set za evakuaciju sadržaja bez drške, sa usisnom cijevi promjera 8 mm i usisnom tubom vanjskog promjera 10 mm, dužine 200 cm, tip Yankauer vel. CH 30</i>

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se.

10.2.)

„Molimo vas pripajanje grupe 156 grupi 127.“

Odgovor naručitelja:

Ne prihvaća se prijedlog. Prihvaćanje zahtjeva za izmjenom moglo bi dovesti do onemogućavanja određenog broja gospodarskih subjekata u podnošenju ponude za ovu grupu predmeta nabave.

Ad. 11.) prijedlog gospodarskog subjekta

11.1.)

„GRUPA 22

Stavka 1.1- molimo izmjenu veličine balona na 3-5ml

Stavka 1.2- molim izmjenu veličine balona na 5-15ml

Stavka 1.4- molim izmjenu veličine balona na 5-15ml“

Odgovor naručitelja:

S obzirom na postojanje više sličnih zahtjeva za izmjenom za predmetne stavke, naručitelj je već ranije dao odgovor u svezi prihvaćanja prijedloga za izmjenom i to pod Ad.1.) toč. 1.1.).

11.2.)

„GRUPA 25

Stavka 1. Molimo izmjenu veličine balona u 5-10ml“

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog kao što je naveo pod Ad.1.) 1.2.).

11.3.)

„GRUPA 26

Stavka 1. Molimo izmjenu veličine balona u 3-5ml“

Odgovor naručitelja:

Naručitelj odbija prijedlog što je već ranije obrazložio pod Ad.1.) 1.3.).

11.4.)

„GRUPA 29

Stavke 1 i 2 – molim izmjenu veličine balona na 5-15ml ili 30-50ml koje su inače standardne veličine“

Odgovor naručitelja:

U odnosu na st. 1 naručitelj djelomično prihvaća prijedlog odnosno određuje raspon veličine balona 3-15 ml kako bi što većem broju gospodarskih subjekata omogućio dostavljanje ponude za ovu grupu predmeta nabave.

U odnosu na st. 2 naručitelj odbija prijedlog što je već ranije obrazložio pod Ad.1.) 1.4.).

11.5.)

„GRUPA 32

Stavka 1.- molimo izmjenu veličine balona u 5-10ml“

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog kao što je naveo pod Ad.1.) 1.5.).

11.6.)

„GRUPA 33

Stavka 1.- molimo izmjenu veličine balona za CH6 u 3ml“

Odgovor naručitelja:

Naručitelj odbija prijedlog što je već ranije obrazložio pod Ad.1.) 1.6.).

11.7.)

„GRUPA 34

Stavka 1.- molimo izmjenu veličine balona u 3-5ml“

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog kao što je naveo pod Ad.1.) 1.7.).

11.8.)

„GRUPA 35

Stavku 3. molimo izmjenu dužine za stavku 3. u 310mm

Stavka 5. Tražiti izmjenu veličine balona za stavku 5. iz 30-50ml u 30ml“

Odgovor naručitelja:

U odnosu na stavku 3. naručitelj djelomično prihvaća zahtjev, dok u odnosu na st. 5 naručitelj odbija prijedlog, te je sve obrazložio pod Ad.1.) 1.8.).

11.9.)

„GRUPA 156

Stavka 1. molim izmjenu volumena propiranja za u 0.09-0.16ml“

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog kao što je naveo pod Ad.1.) 1.12.).

11.10.)

„GRUPA 82

Molim da se grupa 82 razdvoji na dvije grupe. U prvoj bi bile veličine koje su standardne i više se koriste, CH04-CH10.

U drugoj bi bile veličine od CH12-CH22.“

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog kao što je naveo pod Ad.1.) 1.9.).

11.11.)

„GRUPA 94

Stavka 1. molim izmjenu dužine u 80-85cm.“

Odgovor naručitelja:

Naručitelj prihvaća prijedlog kao što je naveo pod Ad.1.) 1.10.).

11.12.)

„GRUPA 96

Stavka 1. molim izmjenu dužine za stavku 1. u 125cm što je standardna dužina za duodenalne sonde.

Stavka 2. molim izdvajanje stavke 2. u zasebnu grupu.“

Odgovor naručitelja:

U odnosu na st. 1. naručitelj ne prihvaća prijedlog dok u odnosu na st. 2. naručitelj prihvaća prijedlog. Sve je obrazloženo pod Ad. 1.) 1.11.).

Ad. 12.) Prijedlog 2 (dva) gospodarska subjekta (sadržajno su jednaki stoga ga Naručitelj navodi samo jednom)

„Poštovani,

lijepo vas molimo izmjenu opisa za medicinski proizvod „Čep za i.v. kanilu“:

- Grupa 124, stavka 10

- Grupa 130, stavka 10

Kako slijedi:

Čep za i.v. kanilu , sterilni, ukupne dužine 18mm, za injiciranje kroz membranu žute boje debljine 5mm, sa luer lock priključkom, bez DEHP-a“

Odgovor naručitelja:

Prihvaća se.

S obzirom da je Naručitelj utvrdio kako se ovaj artikl s identičnim opisom nalazi u 124. i 130. grupi predmeta nabave, Naručitelj briše ovaj artikl u grupi 130, a količine iz ove grupe pribrojiti će se količinama u grupi 124.

Ad. 13.) prijedlog gospodarskog subjekta

„Molimo da iz grupe 41 izbacite/izostavite stavku sljedećih tehničkih karakteristika s obzirom da ju nismo u mogućnosti ponuditi:

Kateter za trombektomiju, nefragmentirajući balon, sa ili bez lateksa, veličine 2-10 F, duljine min. 80 cm, promjera 1-2,35 mm, protoka tekućine 0,2-2,5 ml, sa oznakama svakih 10 cm od vrha katetera

Također Vas molimo za uvrštavanje stavaka sljedećih tehničkih karakteristika u grupu 41:

- 1. Single lumen kateteri za embolektomiju, natural latex, sterilni, 2,3,4,5,6,7F dužine 40, 60 i 80 cm*
- 2. Silikonski embolektomijski kateter, 2,3,4,5,6,7F, dužine 60-80 cm, dijametar balona 4-14 mm*
- 3. Okluzivni kateteri dijametar: 7,9,11mm, 27cm (stopcock i šprica uključeni).*

Odgovor naručitelja:

Prihvaćaju se prijedlozi. Iz grupe 41 izdvojit će se artikl pod st. 1 u novu grupu. Artikli pod stavkama 1., 2. i 3. uvrstit će se u novu grupu predmeta nabave.

Ad. 14.)

14.1.) Naručitelj je naknadno zaprimio zahtjeve KBC-a Rijeka i OŽB Našice za povećanjem količina u grupi 47 te će sukladno tome povećati procijenjenu vrijednost nabave za ovu grupu.

14.2.) Naručitelj je povećao svoje potrebe za st. 1.1. u grupi 6 te će sukladno tome povećati procijenjenu vrijednost nabave za ovu grupu.

14.3.) S obzirom da su tijekom ovog prethodnog savjetovanja zaprimljeni prijedlozi gospodarskih subjekata za izmjenama opisa artikala odnosno za uvrštavanjem novih artikala u postupak, Naručitelj je sve nove prijedloge dostavio zdravstvenim ustanovama za koje provodi predmetni postupak kako bi iste revidirale odnosno upisale svoje potrebe. Slijedom navedenog, izmijenjen je broj grupa predmeta nabave kao i procijenjene vrijednosti većine grupa predmeta nabave.

S poštovanjem,

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU

Dostaviti:

1. Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, putem EOJN RH
2. Pismohrana