



URBROJ: R1- 11434/2025.
Osijek, 13. listopada 2025. godine

- **SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**
- **STRUČNOJ JAVNOSTI**
- **JAVNIM ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA**

PREDMET: Zapisnik/Izvešće o održanim tehničkim konzultacijama za pripremu postupka zajedničke javne nabave kirurškog šivaćeg materijala

Zajednički naručitelj/središnje tijelo Klinički bolnički centar Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek, temeljem točke IV. Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-21-01 od 5. studenog 2021.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave – IV. Izmjena i dopuna - (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-23-401 od 27. prosinca 2023.g.) donesenih od strane ministra zdravstva priprema postupak zajedničke javne nabave velike vrijednosti za nabavu *KIRURŠKOG ŠIVAĆEG MATERIJALA*.

S ciljem istraživanja tržišta zajednički naručitelj/središnje tijelo, Klinički bolnički centar Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek, objavio je javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka zajedničke javne nabave – tehničke konzultacije koje su bile otvorene do 16. lipnja 2025. godine, gdje su zainteresirani gospodarski subjekti, stručna javnost i javne zdravstvene ustanove mogle dostaviti svoje primjedbe, prijedloge, izmjene i dopune nacrtu dokumentacije o nabavi.

Pozivu na tehničke konzultacije odazvali su se sljedeći zainteresiranih gospodarski subjekti:

1. Predstavnik društva SANYKO d.o.o.
2. Predstavnik društva Johnson & Johnson S.E.d.o.o.
3. Predstavnik društva MEDIKA D.D. Biovit d.o.o.
4. Predstavnik društva MA-CO PLAST d.o.o.
5. Predstavnik društva Mark Medical d.o.o.

Pozivu na tehničke konzultacije odazvali su se sljedeći predstavnici zainteresirane stručne javnosti:

6. Predstavnik Opće bolnice Varaždin
7. Predstavnik Opće bolnice Virovitica

Zainteresirani gospodarski subjekti i zdravstvene ustanove, korisnice u predmetnom postupku javne nabave, dostavile su elektroničkom poštom prijedloge u svezi s objavljenim okvirnim nacrtom tehničkih specifikacija kako slijedi:

1) Pitanje/Prijedlog:

Zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je prijedlog tehničke specifikacije kiruškog materijala za zdravstvene ustanove u RH I to:

R.B.	Vrsta	Debljina niti	Duljina niti u centimetrima	Igla dimenzija/oblik	Napomena
Prirodni pleteni (multifilamentni) obloženi neresorptivni konac					
	Neresorptivni pleteni konac (multifilament), sastav: proteinska svilena vlakna i fibrioni, ravnomjerno obložen silikonom ili voskom	1	75	kožna obrnutorežuća, 3/8 kruga, 24mm	molimo dodavanje
	Neresorptivni pleteni konac (multifilament), sastav: proteinska svilena vlakna i fibrioni, ravnomjerno obložen silikonom ili voskom	0	5X45	okrugla, 1/2 kruga, 37 mm	molimo dodavanje
	Neresorptivni pleteni konac (multifilament), sastav: proteinska svilena vlakna i fibrioni, ravnomjerno obložen silikonom ili voskom	4/0	75	okrugla tanja, 1/2 kruga, 17mm	molimo dodavanje
Sintetski pleteni (multifilamentni) obloženi srednjedugo resorptivni konac					
209	Srednje resorptivni pleteni konac (multifilament),sastav: Lactomer - kopolimer glikolid laktida, obložen mješavinom kaprolakton/glikolid polimera i kalcij stearoil laktilata, totalna resorpcija 56 -72 dana	4/0	75	okrugla, 1/2 kruga, 13 mm	molimo u kolonu "D"dodati neoboje
	Srednje resorptivni pleteni konac (multifilament),sastav: Lactomer - kopolimer glikolid laktida, obložen mješavinom kaprolakton/glikolid polimera i kalcij stearoil laktilata, totalna resorpcija 56 -72 dana	2	90	okrugla, 1/2 kruga, tupog vrha, 64mm	molimo dodavanje
	Srednje resorptivni pleteni konac (multifilament),sastav: Lactomer - kopolimer glikolid laktida, obložen mješavinom kaprolakton/glikolid polimera i kalcij stearoil laktilata, totalna resorpcija 56 -72 dana	1	90	okrugla, 1/2 kruga, tupog vrha, 48mm	molimo dodavanje
	Srednje resorptivni pleteni konac (multifilament),sastav: Lactomer - kopolimer glikolid laktida, obložen mješavinom kaprolakton/glikolid polimera i kalcij stearoil laktilata, totalna resorpcija 56 -72 dana	0	90	okrugla, 1/2 kruga, 48 mm	molimo dodavanje
	Srednje resorptivni pleteni konac (multifilament),sastav: Lactomer - kopolimer glikolid laktida, obložen mješavinom kaprolakton/glikolid polimera i kalcij stearoil laktilata, totalna resorpcija 56 -72 dana	4/0	75 neoboje	kožna obrnutorežuća, 3/8 kruga, 24mm	molimo dodavanje
	Srednje resorptivni pleteni konac (multifilament),sastav: Lactomer - kopolimer glikolid laktida, obložen mješavinom kaprolakton/glikolid polimera i kalcij stearoil laktilata, totalna resorpcija 56 -72 dana	4/0	75	okrugla tanja, 1/2 kruga, 17mm	molimo dodavanje
Sintetski pleteni (multifilamentni) obloženi neresorptivni konac					
251	Neresorptivni pleteni konac (multifilamentni) i monofilamentni, sastav: polietilen tereftalat, pleteni konci obloženi polibutilen adipatom	2/0	75	okrugla, penetrirajućeg vrha, 1/2 kruga, 26mm	
	Neresorptivni pleteni konac (multifilamentni) i monofilamentni, sastav: polietilen tereftalat, pleteni konci obloženi polibutilen adipatom	2	75	okrugla, jača, 1/2 kruga, 40mm	molimo dodavanje
	Neresorptivni pleteni konac (multifilamentni) i monofilamentni, sastav: polietilen tereftalat, pleteni konci obloženi polibutilen adipatom	2	75	okrugla, jača, 1/2 kruga, 37mm	molimo dodavanje
	Neresorptivni pleteni konac (multifilamentni) i monofilamentni, sastav: polietilen tereftalat, pleteni konci obloženi polibutilen adipatom	2	90	okrugla, 1/2 kruga, 37mm dupla	molimo dodavanje
	Neresorptivni pleteni konac (multifilamentni) i monofilamentni, sastav: polietilen tereftalat, pleteni konci obloženi polibutilen adipatom	1	75	krugla, jača, 1/2 kruga, 37mm	molimo dodavanje
	Neresorptivni pleteni konac (multifilamentni) i monofilamentni, sastav: polietilen tereftalat, pleteni konci obloženi polibutilen adipatom	3/0	12x45	gatura	molimo dodavanje
	Neresorptivni pleteni konac (multifilamentni) i monofilamentni, sastav: polietilen tereftalat, pleteni konci obloženi polibutilen adipatom	5/0	45 neoboje	patula, 1/4 kruga, dvostruka, 2x8,6mm	molimo dodavanje
	Neresorptivni pleteni konac (multifilamentni) i monofilamentni, sastav: polietilen tereftalat, pleteni konci obloženi polibutilen adipatom	5/0	90	krugla fina,1/2 dvostruka, 2x16mm	molimo dodavanje
Sintetski monofilamenti neresorptivni konac					
295	Neresorptivni monofilamentni konac sastav: polibutester/kopolimer butilen tereftalata i politetrametilen eter glikola	2	150	krugla, 1/2 kruga, 65 mm	
Sintetski monofilamenti neresorptivni konac					
	Neresorptivni monofilamentni konac sastav: Nylon 6 i Nylon 6.7	3/0	90	ožna,obrnuto-režuća, 3/8 kruga, 24 mm	molimo dodavanje
	Neresorptivni monofilamentni konac sastav: Nylon 6 i Nylon 6.8	3/0	45	ožna,obrnuto-režuća, bolja, 3/8 kruga, 19 mm	molimo dodavanje

Sintetski monofilamenti neresorptivni konac					
	Neresorptivni monofilamentni konac sastav: polipropilen i polietilen	4/0	75	krugla tanja, 3/8 kruga, dvostruka, 2x13mm	molimo dodavanje
	Neresorptivni monofilamentni konac sastav: polipropilen i polietilen	4/0	90	krugla tanja, 1/2 kruga, dvostruka, 2x17mm	molimo dodavanje
	Neresorptivni monofilamentni konac sastav: polipropilen i polietilen	5/0	75	krugla tanja, 3/8 kruga, dvostruka, 2x13mm	molimo dodavanje
	Neresorptivni monofilamentni konac sastav: polipropilen i polietilen	5/0	60	okrugla tanja, 3/8 kruga, dvostruka, 2x13mm	molimo dodavanje
	Neresorptivni monofilamentni konac sastav: polipropilen i polietilen	6/0	60	okrugla tanja, 3/8 kruga, dvostruka, 2x9mm	molimo dodavanje
Sintetski monofilamentni dugoresorptivni sistem za zatvaranje rana					
432	Dugo resorptivni sistem za zatvaranje rana, samozaključavajući, bodlje raspoređene duž niti, sastav: kopolimer glikolne kiseline i trimetilen karbonata, totalna resorpcija unutar 6 mjeseci	2/0	23	okrugla, 1/2 kruga, 26 - 27 mm	molimo brisanje stavke
Sintetski monofilamentni dugoresorptivni konac					
472	Dugo resorptivni monofilamentni konac, sastav: kopolimer glikolne kiseline i trimetilen karbonata, vrijeme resorpcije unutar šest mjeseci	6/0	45	kožna obrnutorežuća, bolja, 3/8 kruga, 13mm	molimo u kolonu "D" dodati bezbojan/proziran
	Dugo resorptivni monofilamentni konac, sastav: kopolimer glikolne kiseline i trimetilen karbonata, vrijeme resorpcije unutar šest mjeseci	0	90	okrugla trobridog vrha, 1/2 kruga, 37mm	molimo dodavanje
	Dugo resorptivni monofilamentni konac, sastav: kopolimer glikolne kiseline i trimetilen karbonata, vrijeme resorpcije unutar šest mjeseci	0	90	okrugla, 1/2 kruga, 48mm	molimo dodavanje
	Dugo resorptivni monofilamentni konac, sastav: kopolimer glikolne kiseline i trimetilen karbonata, vrijeme resorpcije unutar šest mjeseci	0	90	okrugla, 1/2 kruga, 40mm	molimo dodavanje
	Dugo resorptivni monofilamentni konac, sastav: kopolimer glikolne kiseline i trimetilen karbonata, vrijeme resorpcije unutar šest mjeseci	4/0	75	okrugla, 1/2 kruga, 13mm	molimo dodavanje
Sintetski monofilamentni srednjedugo resorptivni konac					
520	Srednje resorptivni sistem za zatvaranje rana, samozaključavajući, bodlje raspoređene duž niti, sastav: poliester glikolid, diaxanon i trimetilen karbonata, resorpcija 90 - 110 dan	3/0	23 bezbojan/proziran	okrugla, jača, 5/8 kruga, 27mm	molimo u koloni "D" izbrisati bezbojan/proziran
Sintetski monofilamentni brzo-resorptivni konac					
563	Brzo-resorptivni monofilamentni konac, sastav: Poliglilon 6211 poliester/glikolid, kaprolakton, trimetilen karbonat i laktid, totalna resorpcija unutar 56 dana	1	90	okrugla, 1/2 kruga, 37 mm	molimo u kolonu "D" dodati bezbojan/proziran
565	Brzo-resorptivni monofilamentni konac, sastav: Poliglilon 6211 poliester/glikolid, kaprolakton, trimetilen karbonat i laktid, totalna resorpcija unutar 56 dana	3/0	75	kožna ravna konvencionalna, 51 mm	molimo u kolonu "D" dodati bezbojan/proziran
	Brzo-resorptivni monofilamentni konac, sastav: Poliglilon 6211 poliester/glikolid, kaprolakton, trimetilen karbonat i laktid, totalna resorpcija unutar 56 dana	1	75 bezbojan/proziran	okrugla, 1/2 kruga, 37mm	molimo dodavanje
	Brzo-resorptivni monofilamentni konac, sastav: Poliglilon 6211 poliester/glikolid, kaprolakton, trimetilen karbonat i laktid, totalna resorpcija unutar 56 dana	0	90 bezbojan/proziran	okrugla, 1/2 kruga, 48mm	molimo dodavanje
	Brzo-resorptivni monofilamentni konac, sastav: Poliglilon 6211 poliester/glikolid, kaprolakton, trimetilen karbonat i laktid, totalna resorpcija unutar 56 dana	0	90 bezbojan/proziran	okrugla, 1/2 kruga, 37mm	molimo dodavanje
	Brzo-resorptivni monofilamentni konac, sastav: Poliglilon 6211 poliester/glikolid, kaprolakton, trimetilen karbonat i laktid, totalna resorpcija unutar 56 dana	3/0	75	okrugla, 1/2 kruga, 26mm	molimo dodavanje
	Brzo-resorptivni monofilamentni konac, sastav: Poliglilon 6211 poliester/glikolid, kaprolakton, trimetilen karbonat i laktid, totalna resorpcija unutar 56 dana	4/0	75 bezbojan/proziran	okrugla, 1/2 kruga, 17mm	molimo dodavanje
572	Neresorptivni pleteni konac, sastav: polimer Nyalon 6 i Najlon 6.6, obložen silikonom	2	75	kožna obrnutorežuća, 3/8 kruga, 30 mm	molimo brisanje stavke
	Neresorptivni pleteni konac, sastav: polimer Nyalon 6 i Najlon 6.6, obložen silikonom	1	75	kožna obrnutorežuća, jača, 1/2 kruga, 40 mm	molimo dodavanje
	Neresorptivni pleteni konac, sastav: polimer Nyalon 6 i Najlon 6.6, obložen silikonom	2/0	75	okrugla, 1/2 kruga, 26mm	molimo dodavanje
Monofilamentna čelična žica					
Sintetski pleteni (multifilamentni) obloženi brzo-resorptivni konac					
	Brzo-resorptivan pleteni konac, sastav: poliester/glikolida i laktida, obložen kopolimerom glikolida, laktida i kalcij stearata, resorpcija 40-50 dana	5/0	75 neobojan	kožna obrnutorežuća, 3/8 kruga, 16mm	molimo dodavanje

➤ **Odgovor 1:**

Prihvaća se prijedlog izmjene tehničkih specifikacija po prijedlogu gospodarskog subjekta.

2) Pitanje/Prijedlog:

Zainteresirani gospodarski subjekt nema primjedbi na tehničku specifikaciju, ali utvrđeno je kako nedostaju neki redni brojevi; primjerice, nakon broja 813 dolazi broj 819 (označeno žutim u tablici).

➤ **Odgovor 2:**

Naručitelj će u konačnoj verziji tehničkih specifikacija korigirati redne brojeve.

3) Pitanje/Prijedlog:

Predstavnik zainteresiranog gospodarskog subjekta osvrnuo se na nacrt tehničkih specifikacija kako slijedi:

“Poštovana,

Nastavno na vaš poziv za tehničke konzultacije, šaljem revidiran troškovnik.

Većina stavki je malo izmijenjenog opisa specifikacije te su dodate nove stavke u grupu 9 pa predlažem da ovaj troškovnik uvrstite u tehničke konzultacije.

S poštovanjem,”

R.B.	Vrsta	Debljina niti	Duljina niti u cm	Igla dimenzija/oblik	Originalno pakiranje (broj niti u pak)	Jedinica mjere
1	Polipropilen monofilament, neresorptivni	2/0	90	2X26mm, Tapercutting, 1/2C	36	nit
2	Polipropilen monofilament, neresorptivni	2/0	120	2X18mm, Taper, 3/8C	36	nit
3	Polipropilen monofilament, neresorptivni	2/0	75	26mm, Taper, 1/2C	36	nit
4	Polipropilen monofilament, neresorptivni	3/0	90	2X26mm, Taper, 1/2C	36	nit
5	Polipropilen monofilament, neresorptivni	3/0	90	2X22mm, Taper, 1/2C	36	nit
6	Polipropilen monofilament, neresorptivni	3/0	90	2X18mm, Taper, 1/2C	36	nit
7	Polipropilen monofilament, neresorptivni	4/0	90	2X22mm, Taper, 1/2C	36	nit
8	Polipropilen monofilament, neresorptivni	4/0	90	2X26mm, Taper, 1/2C	36	nit
9	Polipropilen monofilament, neresorptivni	4/0	120	2X26mm, Taper, 1/2C	36	nit
10	Polipropilen monofilament, neresorptivni	5/0	90	2X18mm, Taper, 1/2C	36	nit
11	Polipropilen monofilament, neresorptivni	5/0	90	2X22mm, Taper, 1/2C	36	nit
12	Polipropilen monofilament, neresorptivni	5/0	60	13mm, Taper, 3/8C	36	nit
13	Polipropilen monofilament, neresorptivni	5/0	90	2X13mm, Taper, 1/2C	36	nit
14	Polipropilen monofilament, neresorptivni	6/0	75	2X13mm, Tapercutting, 3/8C	36	nit
15	Polipropilen monofilament, neresorptivni	6/0	75	2X10mm, Taper, 3/8C	36	nit
16	Polipropilen monofilament, neresorptivni	6/0	60	2X13mm, Taper, 3/8C	36	nit
17	Polipropilen monofilament, neresorptivni	7/0	75	2X10mm, Taper, 3/8C	36	nit
18	Polipropilen monofilament, neresorptivni	7/0	60	2X10mm, Taper, 3/8C	36	nit
19	Polipropilen monofilament, neresorptivni	8/0	75	2X8mm, Taper, 3/8C	36	nit
20	Pleteni poliester presvučen teflonom	2/0	75	1/2, Tapercutting, 2X16mm, pladget 3x7mm, MULTIPAK	12	nit
21	Pleteni poliester presvučen teflonom	2/0	75	1/2, Tapercutting, 2X18mm, pladget 3x5mm, MULTIPAK	12	nit
22	Pleteni poliester presvučen teflonom	2/0	75	1/2, Tapercutting, 2X18mm, pladget 3x7mm, MULTIPAK	12	nit
23	Pleteni poliester presvučen teflonom	2/0	75	1/2, Tapercutting, 2X20mm, pladget 3x7mm, MULTIPAK	12	nit
24	Monofilamentni poliamid	6/0	80	3/8 Taperpoint, 2x12mm	36	nit
25	Monofilamentni poliamid	6/0	80	1/2 Taperpoint, 2x18mm	36	nit
26	Monofilamentni poliamid	5/0	80	3/8 Taperpoint, 2x13mm	36	nit
27	Monofilamentni poliamid	5/0	90	3/8 Taperpoint, 2x13mm	36	nit
28	Monofilamentni poliamid	5/0	80	3/8 Taperpoint, 2x16mm	36	nit
29	Monofilamentni poliamid	5/0	80	1/2, Taperpoint, 2x16mm	36	nit
30	Monofilamentni poliamid	4/0	80	1/2, Taperpoint, 2X16mm	36	nit
31	Monofilamentni poliamid	4/0	80	3/8 Taperpoint, 2x16mm	36	nit
32	Monofilamentni poliamid	4/0	80	3/8 Taperpoint, 2x25mm	36	nit
33	Monofilamentni poliamid	3/0	80	3/8 Taperpoint, 2x25mm	36	nit
34	Pleteni poliester presvučen silikonom	2/0	90	1/2, Taperpoint, 2x16mm, pladget 3x5 mm, MULTIPACK	12	nit
35	Pleteni poliester presvučen silikonom	2/0	90	1/2, Taperpoint, 2X25mm, MULTIPACK	12	nit
36	Pleteni poliester presvučen silikonom	2/0	90	1/2, Tapercutting, 2X25mm, pladget 3x7mm, MULTIPACK	12	nit
37	Pleteni poliester presvučen silikonom	2/0	75	1/2, Tapercutting, 2X16mm, pladget 3x7mm, MULTIPACK	12	nit

38	Pletena brzo sorbirajuća poliglikolna kiselina	0	90	1/2, Taperpoint, 48mm	36	nit
39	Pletena brzo sorbirajuća poliglikolna kiselina	1	90	1/2, Taperpoint, 48mm	36	nit
40	Pletena brzo sorbirajuća poliglikolna kiselina	4/0	75	3/8, Reverse cutting, 19 mm	36	nit
41	Pletena brzo sorbirajuća poliglikolna kiselina	4/0	75	1/2, Taperpoint, 22mm	36	nit
42	Pletena brzo sorbirajuća poliglikolna kiselina	3/0	75	3/8, Reverse cutting, 24 mm	36	nit
43	Pletena brzo sorbirajuća poliglikolna kiselina	3/0	75	1/2, Taperpoint, 22mm	36	nit
44	Pletena brzo sorbirajuća poliglikolna kiselina	2/0	75	3/8, cutting, 24 mm	36	nit
45	Pletena poliglikolna kiselina	6/0	75	3/8, Reverse cutting, 13 mm	36	nit
46	Pletena poliglikolna kiselina	3/0	75	3/8, Reverse cutting, 17 mm	36	nit
47	Pletena poliglikolna kiselina	2/0	75	1/2, Taperpoint, 22mm	36	nit
48	Pletena poliglikolna kiselina	0	75	5/8, Taperpoint, 27mm	36	nit
49	Pletena poliglikolna kiselina	2	75	5/8, Taperpoint, HEAVY BODY, 22mm	36	nit
50	Monofilamnetni nylon	6/0	90	3/8, Reverse cutting, 12 mm	36	nit
51	Monofilamnetni nylon	5/0	90	3/8, Reverse cutting, 12 mm	36	nit
52	Monofilamnetni nylon	5/0	90	3/8, Reverse cutting, 18 mm	36	nit
53	Monofilamnetni nylon, neobojan	5/0	45	3/8, Reverse cutting, 16 mm	36	nit
54	Monofilamnetni nylon	4/0	90	3/8, Reverse cutting, 20 mm	36	nit
55	Monofilamnetni nylon	4/0	90	1/2, Reverse cutting, 16 mm	36	nit
56	Monofilamnetni nylon, neobojan	4/0	45	3/8, Reverse cutting, 16 mm	36	nit
57	Monofilamnetni nylon, neobojan	4/0	45	3/8, Reverse cutting, 18 mm	36	nit

➤ **Odgovor 3:**

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta te će izmijeniti konačnu verziju tehničkih specifikacija sukladno prijedlogu zainteresiranog gospodarskog subjekta.

4) Pitanje/Prijedlog:

Predstavnik zainteresiranog gospodarskog subjekta osvrnuo se nacrt tehničkih specifikacija kako slijedi:

„Poštovani,

nastavno na Poziv za sudjelovanjem u pripremi postupka ZJN - tehničke konzultacije za nabavu kiruškog šivaćeg materijala dostavljamo :

- troškovnik za grupu 4 s upisanim napomenama

- tablicu s novim artiklima , koriste se u zdravstvenim ustanovama - naknadno pronađeni.

S obzirom da se provode konzultacije, lijepo Vas molimo da razmotrite naš prijedlog da se dozvoli dostava kataloga na engleskom jeziku.

Naime, katalog kirurških konaca je dosta shematski (tablica), slikovno su prikazani oblici igala, zakrivljenost, vrlo malo je teksta.

Unaprijed se zahvaljujemo !

S poštovanjem,“

R.B.	Vrsta	Debljina niti	Duljina niti u cm	Igla dimenzija/oblik	Originalno pakiranje (broj niti u pak)	Jedinica mjere	Napomena
SINTETSKI SREDNJI RESORPTIVNI PLETENI KONAC-s totalnom resorpcijom od 56 do 90 dana (polyglactine 910)							
35	atraumatski	4/0	75 cm	17 mm, okrugla taper point, 1/2 kruga	12	nit	PROMIENA DEBLJINE KONCA , IZ 5/0 U 4/0
SINTETSKI SREDNJI RESORPTIVNI PLETENI KONAC - s totalnom resorpcijom od 60 do 90 dana (polyglactine 910)							
SINTETSKI BRZO RESORPTIVNI PLETENI KONAC - s totalnom resorpcijom od 40 do 50 dana (brzoresorbirajuća poliglaktinska kiselina)							
SINTETSKI SREDNJI RESORPTIVNI MONOFILAMENTNI KONAC - s totalnom resorpcijom od 50 do 120 dana (polyglactone)							
SINTETSKI DUGO RESORPTIVNI KONAC - s totalnom resorpcijom od 180 do 230 dana (polidioxanone)							
127	atraumatski	7/0	75 cm	2 igle, 10 mm, okrugle taper point, 3/8 kruga	12	nit	umjesto 1/2 kruga ide 3/8 kruga
132	atraumatski	5/0	75 cm	19 mm, kožna, 3/8 kruga reverse cutting	12	nit	Umjesto 4/0 ide 5/0
MONOFILAMENTNI POLIPROPILEN							
146	atraumatski	2/0	90 cm	2 igle, 30 mm, okrugla taper point, 1/2 kruga	12	nit	opis igle iz tapercut u taperpoint
MONOFILAMENTNI POLYAMID							
KONCI ZA OFTALMOLOGIJU							
OBLOŽENA PLETENA SVILA							
OBLOŽENI PLETENI POLIESTER							
284	atraumatski	0	75 cm	26 mm, okrugla taper point, 1/2 kruga	12	nit	opis igle iz CUT u POINT
291	atraumatski	4	75 cm	55 mm, okrugla tapercut point, 1/2		nit	brisati - DUPLA STAVKA
KONCI ZA OFTALMOLOGIJU							
Nylon tape							
CERVIX SET							
PATELLA SET (STEEL)							
dodano STEEL							

GRUPA 4 NOVI ARTIKLI

R.B.	Vrsta	Debljina niti	Duljina niti u cm	Igla dimenzija/oblik	Originalno pakiranje (broj niti u pak)	Jedinica mjere
SINTETSKI SREDNJI RESORPTIVNI PLETENI KONAC-s totalnom resorpcijom od 56 do 90 dana (polyglactine 910)						
	ligatura	2	250 cm		12	nit
	atraumatski	1	90 cm	40 mm, okrugla tapercut point, 1/2 kruga	12	nit
	atraumatski	1	75 cm	30 mm, okrugla taper point, 1/2 kruga	12	nit
MONOFILAMENTNI POLIPROPILEN						
	atraumatski	3/0	90 cm	2 igle, 30 mm, okrugla taper point, 1/2 kruga	12	nit
	atraumatski	10/0	20cm	2 špatulaste igle 16 mm, 150 µm, 1/4 kruga	12	nit
	atraumatski	10/0	20 cm	2 ravne igle 16.15mm, 150 µm,	12	nit
MONOFILAMENTNI POLYAMID						
	atraumatski	4/0	50 cm	19 mm, kožna Easy Pass, 3/8 kruga	12	nit
	atraumatski	3/0	50 cm	19 mm, kožna Easy Pass, 3/8 kruga	12	nit
	atraumatski	2/0	50 cm	19 mm, kožna Easy Pass, 3/8 kruga	12	nit
KONCI ZA OFTALMOLOGIJU						
	atraumatski	7/0	45 cm	2 špatulaste igle 6,5 mm, 240 µm, 3/8 kruga	12	nit
	atraumatski	6/0	45 cm	2 špatulaste igle 6,5 mm, 240 µm, 3/8 kruga	12	nit
	atraumatski	8/0	45 cm	2 špatulaste igle 6,5 mm, 200 µm, 3/8 kruga	12	nit
OBLOŽENI PLETENI POLIESTER						
	ligatura	0	150 cm		12	nit
	atraumatski	4/0	75 cm	26 mm, okrugla taper point, 1/2 kruga	12	nit

➤ **Odgovor**

Prihvaćaju se prijedlozi gospodarskog subjekta te javni naručitelj mijenja dio tehničkih specifikacija sukladno traženom i uvrštava nove artikle u troškovnik predmeta nabave.

Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta o dostavi kataloga na englesnom jeziku no ponuditelji su dužni, ukoliko zaprime pisani zahtjev Naručitelja, u traženom zakonskom roku dostaviti prijevode dostavljenih dokumenata.

5) Pitanje/Prijedlog:

Opća bolnica Virovitica dostavila je prijedlog za uvrštavanje novih stavki u tehničke specifikacije kirušskog materijala za zdravstvene ustanove u RH kako slijedi:

„Poštovani,
u privitku dostavljam prijedlog dopuna tehničkih karakteristika za postupak zajedničke nabave kirurškog šivaćeg materijala za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj.
S poštovanjem“

R.B.	Vrsta	Debljina niti	Duljina niti u cm	Igla dimenzija/oblik	Originalno pakiranje (broj niti u pak)	Jedinica mjere
1	Brzoresorptivni sintetski pleteni poliglaktin 910, obložen poliglaktinom	6-0	45	8 mm, 1/2 c	12	nit
2	Brzoresorptivni sintetski pleteni poliglaktin 910, obložen poliglaktinom	3-0	75	20 mm, 1/2 c	12	nit
3	Brzoresorptivni sintetski pleteni poliglaktin 910, obložen poliglaktinom	8-0	30	6,5 mm, 3/8 c	12	nit

➤ **Odgovor**

Artikli za koje je traženo dodavanje već se nalaze u troškovniku grupe 3 predmeta nabave, pod slijedećim stavkama:

R.B.	Vrsta	Debljina niti	Duljina niti u cm	Veličina igle u mm	Oblik igle	Tip igle	Igla- dvostruka/jednostruka
831	Sintetski resorptivni konac - obloženi pleteni poliglaktin 910	8-0	30	6,5	3/8C	špatula	dvije igle
880	Sintetski resorptivni konac - obloženi pleteni poliglaktin 910	3-0	75	20	1/2C	okrugla plosnata pri vrhu	jedna igla
892	Sintetski resorptivni konac - obloženi pleteni poliglaktin 910	6-0	45	8	1/2C	špatula	dvije igle

6) Pitanje/Prijedlog:

Opća bolnica Varaždin dostavila je prijedlog za uvrštavanje novih stavki u tehničke specifikacije kirušskog materijala za zdravstvene ustanove u RH kako slijedi:

“Dostavljamo Vam artikle koje bi smo nadodali u grupi 11 kako slijedi:

1. kratkoresorptivni konac sterilan debljine 5/0, sintetički, resospitvan, monofilamentni šav (glyconate), duljine cca. 70cm, igla DS12, 3/8, 12mm duljine, cutting igla trokutastog presjeka, šiljati vrh s reznom oštircicom na unutrašnjoj strani. Vrijeme apsorpcije 7 dana. bezbojan.

2. kratkoresorptivni konac sterilan debljine 4/0, sintetički, resospitvan, monofilamentni šav (glyconate), duljine cca. 45 cm, igla dgmp19, 3/8, 19mm duljine, cutting- microtip igla trokutastog presjeka, šiljati vrh s reznom oštircicom na unutrašnjoj strani. Vrijeme apsorpcije 7 dana, bezbojan.

➤ **Odgovor**

Artikli za koje je traženo dodavanje već se nalaze u troškovniku grupe 1 predmeta nabave, pod slijedećim stavkama:

R.B.	Vrsta	Debljina niti	Duljina niti u centimetrima	Igla dimenzija/oblik	jed.mjere
332	Brzo resorptivni sintetički monofilamentni glikonat, apsorpcija 56 dana	5/0	70 cm	Režuća igla, 3/8 kruga, 12 mm	nit
333	Brzo resorptivni sintetički monofilamentni glikonat, apsorpcija 56 dana	4/0	45 cm	Režuća igla, izrazito precizan vrh, 3/8 kruga, 19 mm	nit

7) Pitanje/Prijedlog:

Zainteresirani gospodarski subjekt dostavio je prijedlog za uvrštavanje nove stavke u tehničke specifikacije kirurškog materijala za zdravstvene ustanove u RH u grupu 8 kako slijedi:

„Poštovana,

hvala Vam lijepo na obavijesti.

Nastavno na tehničke konzultacije: postupak zajedničke javne nabave za nabavu **KIRURŠKOG ŠIVAĆEG MATERIJALA** za zdravstvene ustanove u RH.

Ljubazno Vas molim za uvrštenje nove stavke u grupu 8:

"Neresoptivna monofilamnetna polivinildenfluoridna omča za podvezivanje aurikule lijevog atrija. Debljina niti: 2/0, Duljina niti u cm: 50 cm, Originalno pakiranje (broj niti u pak.): 3 niti u orginalnom pakiranju (kutija)."

Hvala lijepo“

➤ **Odgovor**

Navedeni artikl je uvršten u grupu 7, stavka 6.4., u postupku zajedničke nabave ugradbenog potrošnog materijala za kardijalnu kirurgiju i izvantjelesni krvotok koji provodi Klinički bolnički centar Zagreb.

Stručno povjerenstvo razmotrilo je sve zaprimljene prijedloge o izmjenama i dopunama dostavljenih od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata te su ih uzeli u obzir prilikom izrade konačne verzije tehničkih specifikacija.

Temeljem prihvaćenih prijedloga izrađena je konačna verzija tehničkih specifikacija koja će biti poslana svim obveznicima zajedničke nabave na iskazivanje potreba.

Ovaj se Zapisnik/Izvešće sa svim pitanjima i prijedlozima zaprimljenim u pisanom obliku kao i neposredno na sastanku te odgovorima na iste javno objavljuje na web stranici Središnjeg tijela, kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka zajedničke nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU

