

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
J. Huttlera 4, 31000 Osijek



URBROJ: R6-7363/2025
Osijek, 24. lipnja 2025. godine

**- SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

PREDMET: Zapisnik/Izvjješće o održanim „tehničkim konzultacijama“ za pripremu postupka javne nabave lasera i litotriptora

Naručitelj Klinički bolnički centar Osijek priprema postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu **lasera i litotriptora** za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek, evidencijski broj nabave: MV-25/11.

S ciljem istraživanja tržišta javni naručitelj Klinički bolnički centar Osijek, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek objavio je na svojoj web stranici javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka javne nabave – tehničke konzultacije kojim je pozvao sve zainteresirane gospodarske subjekte da se odazovu i dostave svoje primjedbe, prijedloge, izmjene i dopune tehničke specifikacije elektroničkim putem do 16. lipnja 2025. godine.

Pozivu na tehničke konzultacije odazvao se sljedeći zainteresirani gospodarski subjekt:

1. OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o., član koncerna, Prag – Prag 6, Evropska 176, poštanski broj 16041, Češka, djeluje putem Podružnica Zagreb, Slavenska avenija 1B, 10000 Zagreb, OIB: 40715487779.

Klinički bolnički centar Osijek zaprimio je zaključno sa 16. lipnja 2025. godine pisane prijedloge u svezi s objavljenim okvirnim nacrtom tehničkih specifikacija kako slijedi:

1. PITANJE/PRIJEDLOG:

Gospodarski subjekt predlaže izmjenu opisa tehničkih specifikacija rednog broja 1.1., 1.17., 1.21., 1.22. i 1.24. tako da isti sada glase:

R.br.	Naziv i opis robe	Prijedlog izmjene
1.	Thulium laser tower format na 4 kotača.	Traži se izmjena u: ili na pokretnoj stanici
2.	MPE (Vrijeme izlaganja): Maksimalno 1000 W/m2.	Traži se izmjena u: ili 99 J/m2
3.	Promjer jezgre vlakna: 150µm, 200µm, 272µm, 365µm, 550µm, 800µm, 1000µm.	Traži se izmjena u : Promjer jezgre vlakna: od 150-200µm, od 200-365µm, 550µm, od 800-1000µm
4.	Upravljanje: ekran na dodir u boji, dijagonale minimalno 7", rezolucije min. 1280 × 800, s prikazom duljine impulsa, energije i frekvencije (sve podesivo) s	Traži se izmjena u: ekran na dodir u boji, dijagonale minimalno 7", s prikazom duljine impulsa, energije i frekvencije (sve podesivo) s vodoravnom trakom iznad s

	vodoravnom trakom iznad s dodatnim numeričkim prikazom ukupne snage.	dodatnim numeričkim prikazom ukupne snage.
5.	Mogućnost korištenja u ostalim djelatnostima: Torakalna i plućna kirurgija, otorinolaringologija, ginekologija, gastroenterologija, opća kirurgija.	Molimo izmjenu da bude samo tekst: Mogućnost korištenja u ostalim djelatnostima (bez nabiranja kojih djelatnosti)

Odgovor: Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

2. PITANJE/PRIJEDLOG:

Gospodarski subjekt predlaže izdvajanje artikla rednog broja 2 (litotriptor) u zasebnu grupu predmeta nabave.

Odgovor: Prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta.

Ovaj se Zapisnik/Izvješće sa svim pitanjima i prijedlozima zaprimljenim u pisanom obliku te odgovorima na iste javno objavljuje na web stranici Kliničkog bolničkog centra Osijek kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka zajedničke nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU